

# **Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.**

**Szpital Miejski w Piekarach Śląskich**

**p.w. św. Łukasza**

ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie


KRS nr 0000351024, NIP: 498-024-81-12

Kapitał zakładowy 90.695.000,00 zł

www.szpital.piekary.pl

e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl

tel. 32 39-38-100, fax 32 39-38-101



Piekary Śląskie, dn. 23.01.2023 r.

**ZP - 3/2023**

## **Wyjaśnienia treści SWZ do wszystkich zainteresowanych**

### **dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zakup wraz z dostawą lampy RTG (1 szt.) do tomografu komputerowego Siemens typ SOMATOM SCOPE POWER nr 93064**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

#### **Pytanie 1 – dot. SWZ oraz załącznika nr 4 do SWZ projektowane postanowienia umowy**

Wnosimy, aby w trosce o dobrze pojęty interes Zamawiającego, udzielona na wymienioną lampę RTG gwarancja uwzględniała nieograniczony - serwisowy dostęp do wymienionej lampy rtg oraz tomografu zarówno wykonawcom - serwisom autoryzowanym / upoważnionym przez producenta jak też wykonawcom - serwisom niezależnym od producenta, wyznaczonym przez Zamawiającego do wykonania pogwarancyjnego serwisu tomografu komputerowego SIEMENS SOMATOM SCOPE POWER nr 93064.

Doświadczenia krajowego rynku przedmiotowych usług wskazują na liczne dowody ograniczania przez autoryzowanych wykonawców (Siemens) dostępu do aparatów medycznych, w których w okresie pogwarancyjnym dokonano wymiany podzespołu i objęto go nową gwarancją producenta. Skutkiem takiego działania jest zablokowanie dostępu serwisowego wykonawcom niezależnym od producenta, co z pewnością nie leży w interesie Zamawiającego.

Mając powyższe na uwadze, wnosimy o wprowadzenie wnioskowanego zapisu do SWZ, w tym projektu umowy w zakresie gwarancji (§ 4 projektu umowy).

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SWZ - projektowane postanowienia umowy poprzez dodanie w § 4 ustępu 6, który otrzymuje brzmienie:

"6. Gwarancja uwzględnia nieograniczony - serwisowy dostęp do wymienionej lampy rtg oraz tomografu zarówno wykonawcom - serwisom autoryzowanym / upoważnionym przez producenta jak też wykonawcom - serwisom niezależnym od producenta, wyznaczonym przez Zamawiającego do wykonywania pogwarancyjnego serwisu tomografu komputerowego SIEMENS SOMATOM SCOPE POWER nr 93064".

**Pytanie 2 – dot. SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia ma posłużyć do naprawy aparatu SOMATOM SCOPE Power SN 93064.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 3 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, par 3, ust. 5**

Prosimy o zmianę brzmienia ustępu: „Wykonawca dokona demontażu uszkodzonej lampy i odeśle ją do producenta lub podda utylizacji. Dokumenty potwierdzające utylizację (...)”

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest przepisami ochrony środowiska i troską o środowisko naturalne. Zwracamy uwagę, że firma nasza stosuje system organizacji zaopatrzenia w fabryczne oryginalne części zamienne uwzględniający wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska m. in. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. System taki zgodny z ISO nakazuje powtórne wykorzystanie elementów w pełni sprawnych, takich które nie podlegają obciążeniom mechanicznym i zmęczeniowym, a wymianę elementów składowych mogących mieć wpływ na jakość i trwałość wymienianego modułu. Powyższe nadaje priorytet wszelkim procesom przygotowania produktu do ponownego użycia oznaczającego procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub ich składniki, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane. Wymontowane części, mogące podlegać procesowi regeneracji lub utylizacji zostaną przekazane Wykonawcy i odesłane do producenta w celu utylizacji lub podjęcia innych działań zgodnych z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 4 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, par 9, ust. 1**

Prosimy o wydłużenie czasu na rozpatrzenie reklamacji do 5 dni roboczych.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 5 – dot. SWZ**

Z uwagi na to, że wykonanie czynności będących przedmiotem postępowania wymaga użycia

kodów serwisowych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę podpisanej umowy licencyjnej/dokumentu potwierdzającego legalność nabycia kodów serwisowych.

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie 6 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, par 4**

Producent wymaganej w postępowaniu lampy RTG udziela szerszej niż opisana w umowie gwarancji, tzw.: gwarancji pro-rata. Mając na uwadze słuszny interes Zamawiającego i lepsze od wymaganych warunki gwarancji producenta prosimy o dodanie zapisu w par 4 o następującym brzmieniu: *„W przypadku zużycia się lampy po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się złożyć ofertę zawierającą w szczególności następujące warunki:*

*– 70% upustu przy wymianie do 15 miesięcy od daty zainstalowania lub do 150.000 skanosekund w zależności, co nastąpi wcześniej albo*

*– 40% upustu przy wymianie do 18 miesięcy od daty zainstalowania lub do 200.000 skanosekund w zależności, co nastąpi wcześniej.”*

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 7 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy, par 4**

Prosimy o dodanie zapisu w par 4 o następującym brzmieniu:

*„Gwarancją nie są objęte w szczególności:*

*a. uszkodzenia i wady Lampy wynikłe na skutek:*

*- eksploatacji Lampy przez Zamawiającego niezgodnej z jej przeznaczeniem, niestosowania się Kupującego do instrukcji obsługi, wynikające z naturalnego zużycia, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,*  
*- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*

*b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.).*

*Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.”*

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 8 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy**

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu:

*„W celu wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska w nieograniczony sposób dostęp do urządzenia w uzgodnionych wcześniej przez Strony terminach. Zamawiający zapewni, że urządzenie jak również pomieszczenia, w których urządzenie jest zainstalowane nie będą*

*zanieczyszczone krwią, innymi płynami ustrojowymi ani jakimikolwiek substancjami zanieczyszczającymi, aktywnymi biologicznie lub chemicznie. Uchybienie powyższemu obowiązkowi uprawnia Wykonawcę do odmowy wykonania usług serwisowych."*

Odp.: Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 9 – dot. Załącznika nr 4 do SWZ, Projekt umowy**

Czy mając na uwadze fakt, że podczas realizacji umowy zostaną wytworzone przez Wykonawcę odpady, co do których istnieją wiarygodne do przyjęcia podstawy, że mogą wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy następującej klauzuli:

*Mając na uwadze art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (tj. Dz. U. z 2021 nr 779 r, z późn. zm.), wytwórcą odpadów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mogących wykazywać właściwości klasyfikujące je jako odpady medyczne zakaźne oraz odpady medyczne niebezpieczne inne niż zakaźne, wraz z odpowiedzialnością za nie, będzie Zamawiający, który potwierdza, że zagospodaruje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dotyczy to w szczególności odpadów sprzętu i podzespołów elektronicznych czy mechanicznych."*

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.  
PROKURENT

  
Izabela Baciak