



Profesjonalna opieka nad kobietą i dzieckiem w zdrowiu i chorobie

DAG.260.37.2024.JK

Opole, dnia 27 czerwca 2024

Dotyczy: Zakupu i dostawy części wymiennych i eksploatacyjnych do aparatury medycznej z podziałem na zadania.

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Zadanie 9, 10 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane głowice były nowe i oryginalne, marki posiadanych przez Zamawiającego aparatów KTG, czy dopuszcza zamienniki innych marek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby głowice były nowe i oryginalne, marki posiadanych przez Zamawiającego aparatów KTG. Nie dopuszcza się zamienników innych marek.

2. Zadanie 9, 10 Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana głowica TOCO posiadała pomiar tętna matki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3. Zadanie 9 Czy Zamawiający dopuści nowe, oryginalne głowice, producenta posiadanych przez Zamawiającego aparatów, które aktualnie występują pod nr ref. Cardio 867246 oraz TOCO MP 867248?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nowe, oryginalne głowice, producenta posiadanych przez Zamawiającego aparatów, które aktualnie występują pod nr ref. Cardio 867246 oraz TOCO MP 867248.



4. Dotyczy zadania nr 7, pozycje 1 – 10 Czy Zamawiający, celem uniknięcia pomyłek, poda numery referencyjne używanych akumulatorów lub doprecyzuje opis przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmodyfikował treść załącznika nr 7 tak, aby pozycje były w jak najwyższym stopniu precyzyjne i przejrzyste.

Z poważaniem

Marek Władysław Chowaniec

Z-ca dyrektora ds.lecznictwa

sprawę prowadzi Dział Administracyjno-Gospodarczy: Joanna Kotwica, tel.: 536 738 546