



Włocławek, dnia 28.04.2020r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

**dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa materiałów dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej.
Znak postępowania: DZP/33/2020.**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 533620-N-2020, data zamieszczenia 23.04.2020r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyodrębni z zadania nr. 1 pozycję numer 2- Stenty uwalniające lek antyproliferacyjny i dopuści w postępowaniu stent typu DES, pokryty dodatkowo pasywną powłoką z węgla krzemowego przyspieszającą endotelializację oraz zmniejszającą odczyn zapalny, o poniższych parametrach:

- Średnice stentu 2.25-4.0 mm
- Długości stentu 9-30 mm
- Utrata długości przy rozprężaniu 0%
- Ciśnienie nominalne dla stentu 3.0 - 8 atm
- Ciśnienie RBP dla stentu 3.0 - 16atm
- Grubość ściany stentu 60qm (2.25-3.0mm) oraz (80qm dla 3.5,4.0mm)
- Profil przejścia (stent 3.0mm) 0.039"
- Średnica systemu w części dystalnej 2.6F (2.25-3.5mm), 2.8F (4.0mm)
- Średnica systemu w części proksymalnej 2.0F

Zwiększy to konkurencyjność składania ofert na poszczególny asortyment.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie oddzielnego pakietu.

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka
(oryginalny podpis w aktach dokumentacji)

SPORZĄDZIŁA :
mgr inż. Dorota Szczupakowska
e-mail: przetargi@szpital.wloclawek.pl



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl
tel. 54 412 90 00