



Grudziądz, dnia 28.08.2024 r.

ZP- 2150/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego wraz z dzierżawą generatora dla Oddziału Chirurgii Naczyń (znak sprawy Z/65/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy asortymentu medycznego wraz z dzierżawą generatora dla Oddziału Chirurgii Naczyń” (znak sprawy Z/65/PN/24) wpłynęło zapytanie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1:

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia z zadania 10 Jakiego złącza długości 150cm wymaga Zamawiający? Czy niskociśnieniowego złącza o wytrzymałości ciśnieniowej 350psi, czy wysokociśnieniowego złącza o wytrzymałości ciśnieniowej 1200psi?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że oczekuje złącza wysokociśnieniowego o wytrzymałości do 1200 psi. Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 10 jak poniżej.**

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawy asortymentu medycznego wraz z dzierżawą generatora dla Oddziału Chirurgii Naczyń” (znak sprawy Z/65/PN/24), w następującym zakresie:





– w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 10 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 10 jak w załączeniu.

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:
złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.

