



Warszawa, 5 lipca 2024 r.

ADZ.261.23.2024

**Wykonawcy –  
uczestnicy postępowania**

### ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

***Dotyczy: Dostawy sprzętu biofizycznego: dostawa systemu do pomiaru parametrów preparatów makromolekularnych umożliwiającego pomiar DLS, SLS oraz potencjału zeta KPO7 (sygn. ADZ.261.23.2024)***

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, zwany dalej Zamawiającym, na mocy art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

- 1. Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia z zakresie punktu I. PARAMETRY PODSTAWOWE, punkt 3.**

Przed zmianą:

PARAMETRY OPIS	
<b>I.</b>	<b>PARAMETRY PODSTAWOWE</b>
<b>3.</b>	Moc źródła światła co najmniej 10 W.

Po zmianie:

PARAMETRY OPIS	
<b>I.</b>	<b>PARAMETRY PODSTAWOWE</b>
<b>3.</b>	<b>Moc źródła światła co najmniej 10 mW.</b>

W analogicznym zakresie zmianie ulega również treść załącznika nr 3 do SWZ – formularz oferty. Edytowalna wersja dokumentu po zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Termin składania i otwarcia ofert oraz ogłoszenie o zamówieniu nie ulega zmianie.**



**KRAJOWY  
PLAN  
ODBUDOWY**



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU

