



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI



UCZELNIA
BADAWCZA
INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI

Dziekan

Gdańsk, dnia 23.03.2021 r.

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA
ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wektorowego analizatora obwodów wraz z wyposażeniem oraz analizatora widma czasu rzeczywistego dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, nr CRZP/16/009/D/21, ZP/6/WETI/21, ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 045-110384.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. - zwanej ustawą Pzp), informuje, że w dniu 22.03.2021 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na który Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg oferowania minimalnej gwarancji 60 miesięcy w Części I postępowania dotyczy analizatora obwodów natomiast Zamawiający akceptują dostawę akcesoriów w postaci kalibratora oraz kabli testowych z gwarancją 12 miesięczną.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie 2:

W ogłoszonej w postępowaniu CRZP/16/009/D/21 specyfikacji Zamawiający określa że analizator ma się charakteryzować:

Poziomem kompresji min. +8 dBm dla 0,2 dB amplitudy i 1,2 stopnia błędu fazy

Zgodnie z wymaganiami poziom kompresji wynosi +8dBm.

Czy Zamawiający wyraża zgodę zaoferowanie tak określonego analizatora i może wykreślić z wymagań na poziom kompresji warunek na błąd fazy?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie określonego przez pytającego analizatora oraz na wykreślenie z wymagań na poziom kompresji warunek na błąd fazy.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ustawy Pzp, informuje, że dokonuje zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy dla Części I – Dostawa czteroportowego analizatora obwodów w następujący sposób:

W Załączniku nr 4 do SWZ w opisie czteroportowego analizatora obwodów był zapis:

– **poziom kompresji min. +8 dBm dla 0,2 dB amplitudy i 1,2 stopnia błędu fazy**

Po zmianie opisu jest:

– **poziom kompresji min. +8 dBm dla 0,2 dB amplitudy**

W Załączniku nr 4 do SWZ w opisie czteroportowego analizatora obwodów był zapis:

- gwarancja minimum 60 miesięcy

Po zmianie opisu jest:

- gwarancja minimum 12 miesięcy dla kalibratora i kabli testowych

- gwarancja minimum 60 miesięcy dla czteroportowego analizatora obwodów

Zmianie ulega wzór formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

Zmieniony Załącznik nr 1 i nr 4 do SWZ zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zamawiając informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jacek Stefański