



Włocławek, dnia 15.04.2020r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania na dostawę zestawów do ciągłej terapii nerkozastępczej
razem z dzierżawą aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych i plasmaferezy.
Znak postępowania: DZP/25/2020**

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 529652 – N – 2020, data zamieszczenia 06.04.2020 r. data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 06.04.2020 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz.U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z pakietu 1 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 2

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ, poz.11 oraz załącznika nr 7 pkt 1

Czy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wyrazi zgodę na zaoferowanie używanych aparatów wyprodukowanych w 2018 lub młodszych?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ, poz. 5

Czy zamawiający dopuści cewnik dializacyjny, wysokoprzepływowo, dwuświatłowy, bez bocznych otworów, hydrofilny, o podwyższonej gładkości średnica zew.: 12Fr lub 14Fr, o długościach: 15, 20 lub 25 cm;

zestaw zawiera: cewnik, igłę wprowadzającą, kalibrowany przewodnik, 2 x korek do wstrzyknięć luer-lock, rozszerzacz naczyniowy, opatrunek;

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie nr 4

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ, poz. 5, 8

Czy zamawiający wydzieli pozycję nr 5 i pozycję nr 8 i stworzy osobny pakiet?



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl;
sekretariat@szpital.wloclawek.pl



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI WE WŁOCŁAWKU

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Józefa Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka

SPORZĄDZIŁA: Justyna Kruszyńska
Tel. 054 412 96 70
Fax: 054 412 94 32



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727
www.szpital.wloclawek.pl;
sekretariat@szpital.wloclawek.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
jest Jednostką Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego