




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego z podziałem na 4 zadania”

zadanie nr 1

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
1.		Ciśnieniomierz automatyczny: <ul style="list-style-type: none"> - profesjonalny, automatyczny ciśnieniomierz stacjonarny; - metoda pomiaru oscylometryczna; - duży i czytelny wyświetlacz LCD; - pamięć 2 użytkowników, każdy po 90 pomiarów; - zakres pomiaru: ciśnienie-> 30-280 mmHg; tętno-> 40-199 uderzeń na minutę; - dokładność: ciśnienie ± 3 mmHg, tętno $\pm 5\%$; - mankiet rozmiar: 28-42 cm; - zasilanie: bateryjne lub sieciowe; - wyrób medyczny
2.		Ciśnieniomierz naramienny: <ul style="list-style-type: none"> - intuicyjny pomiar ciśnienia; - pomiar w trakcie pompowania; - wyświetlacz LCD 60x74; - podświetlany ekran; - automatyczne wyłączenie; - pamięć 60x2; - zasilanie USB/4xbaterie AAA; - zestaw: ciśnieniomierz + mankiet uniwersalny o obwodzie: 22-42 cm; - funkcja wykrywania arytmii; - funkcja uśredniania ostatnich 3 wyników; - wyrób medyczny

3.		Pulsoksymetr napalcowy: <ul style="list-style-type: none"> - pomiar natlenienia krwi (SpO₂) i tętna; - wykres falowy, słupkowy; - pomiar wskaźnika perfuzji; - wskaźnik wyczerpania baterii; - automatyczne wyłączenie; - sygnał dźwiękowy tętna; - funkcja alarmu po przekroczeniu ustawionych wartości granicznych; - maksymalny czas jednorazowego zapisu do 8 godzin; - linka zabezpieczająca; - 2 baterie AAA 1,5 V w zestawie; - wyrób medyczny
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		
1.	Pełna 24 miesięczna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	48 godzinny czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej)	
3.	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze.	
4.	Gwarancja 10 - letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych	
5.	Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi	
6.	Autoryzowany serwis	
7.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych.	
8.	Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu	
9.	Interfejs użytkownika w języku polskim	
CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE		
10.	Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE	
11.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu	
12.	Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej	

zadanie nr 2

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
1.		<p>Fotel do pobierania krwi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stanowisko do pobierania krwi poprzez iniekcję na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi; – z przeznaczeniem do stosowania w jednostkach służby zdrowia, szpitalach, sanatoriach; – wyrób medyczny, nieinwazyjny, niesterylny; – 2 podłokietniki przestawne; – ściśle zintegrowane oparcie z podłokietnikami; – zagłówek; – wspornik podłokietników; – siedzisko – oparcie; – rama stanowiska; – całkowita szerokość: 80cm; – całkowita długość: 78cm; – szerokość podstawy: 71 cm; – długość podstawy: 73 cm; – całkowita wysokość: 112/128 cm; – dopuszczalne obciążenie: 120 kg
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU		
1.	Pełna 24 miesięczna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	48 godzinny czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej)	
3.	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze.	
4.	Gwarancja 10 - letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych	
5.	Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi	
6.	Autoryzowany serwis	
7.	Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych.	
8.	Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu	
9.	Interfejs użytkownika w języku polskim	
CERTYFIKATY – WYMAGANIA DODATKOWE		
10.	Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE	
11.	Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy – znakiem zgodności CE – dla kompletnego zestawu	

12.	Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej
-----	--

zadanie nr 3

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
1.	BRAK	Zestaw podstawowy gum tubingowych do systemu Pragma
WARUNKI GWARANCJI I CERTYFIKATY		
1.	12 miesięczna gwarancja na dostarczony sprzęt (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	Certyfikaty CE	

zadanie nr 4

Lp.	zdjęcie poglądowe	Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane)
1	2	3
1.	BRAK	Fartuch do suchej kąpielii CO₂ – peleryna materiałowa (ortalionowa); – pasujący do komory do suchych kąpielii CO ₂ /ozon, typ TOWER MX-1 Nr ser. SN 010/2010
WARUNKI GWARANCJI I CERTYFIKATY		
1.	12 miesięczna gwarancja na dostarczony sprzęt (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy)	
2.	Certyfikaty CE	