

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
NIP: 9222294159, REGON: 000291049
22-463 Radecznicza, ul. Klasztorna 4
woj. lubelskie
tel. 84 681 80 20

Radecznicza, 07 grudnia 2023 r.

Znak sprawy: ET.2100.97.2023

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

Dotyczy prowadzonego postępowania pn. **Sprzedaż i dostawa analizatora hematologicznego do Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.**

Na podstawie ust. 5 i 7 Zaprośzenia do składania ofert z dnia 29 listopada 2023r. Zamawiający - Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, przekazuje treść zapytań dotyczących Zaprośzenia do składania ofert wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 8 z dnia 06 grudnia 2023r.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania analizatora pobierającego w systemie zamkniętym objętość próbki $\leq 250 \mu\text{l}$ (punkt 10 parametrów)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie wskazanych parametrów.

Zamawiający dokonuje tym samym zmiany treści pkt. 10 Parametrów techniczno-eksploatacyjnych *Opisu przedmiotu zamówienia* w przedstawiony poniżej sposób i nadaje mu obowiązujące brzmienie: „Maksymalna objętość aspirowanej próbki w systemie otwartym max 110 μl i maksymalnie 250 μl w systemie zamkniętym”.

Pytanie nr 9 z dnia 06 grudnia 2023r.

Czy w punkcie 30 parametrów Zamawiający ma na myśli międzynarodową kontrolę jakości np. firmy LabQuality lub Randox?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 30 Załącznika nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”, Zamawiający wymaga międzynarodowej kontroli jakości, nie ograniczając udziału ani nie wskazując konkretnych firm realizujących ją.

Zamawiający informuje jednocześnie o modyfikacji prowadzonego postępowania w oparciu o ust. 28 *Zaproszenia do składania ofert* poprzez zmianę treści Załącznika nr 1 w związku z uwzględnionymi w nim zmianami, nadając mu poniższą nazwę oraz umieszczając na stronie prowadzonego postępowania jako obowiązujący w momencie upublicznienia:

- Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – obowiązujący od 07.12.2023 v.3.

Kierownik
ds. Ekonomiczno- Eksploatacyjnych
oraz Techniczno-Gospodarczych
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy

.....
Mariusz Sykała

(podpis Kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)