



Poznań, 3 października 2022 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

Nasz znak: AD-O.272.21.2022

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet VIII, załącznik nr 9 do SWZ

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie z szalką Ø 90mm?”

Pytanie nr 2: „Czy zamawiający dopuści wagę analityczną z wyświetlaczem OEL bez funkcji dotykowej o wymiarach 212x411x345 i szalce 91mm ale o liniowości +/- 0,1 mg?”

Odpowiedź nr 1 – 2: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 9 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet IX, załącznik nr 10 do SWZ

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw o głębokości 852 mm?”

Pytanie nr 4: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw z pokrywą ze stali nierdzewnej?”

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kolorowy wyświetlacz dotykowy do obsługi autoklawu?”

Pytanie nr 6: „Czy Zamawiający zamiast punktu „urządzenie było sprawdzone przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie następujących parametrów: 2 cykle sterylizacji, na 2 poziomach w min. 1 punkcie w temp. 121°C. Świadectwo sprawdzenia należy dostarczyć na etapie dostawy urządzenia.” Wyrazi zgodę na przeprowadzanie kwalifikacji i rozkładu temperatury w komorze w 12 punktach dla wyznaczonego programu przez Autoryzowany serwis Producenta przy użyciu urządzeń posiadających kalibrację?”

Odpowiedź nr 3 - 6: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w załączniku nr 10 do SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 7: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania autoklaw z terminem dostawy do 16 tygodni od dnia podpisania umowy?”

Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i nie wprowadza modyfikacji SWZ. Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia dostawa, zainstalowanie, w tym, jeżeli urządzenie tego wymaga podłączenie do instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej i wentylacyjnej, uruchomienie i przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu laboratoryjnego w terminie nie dłuższym niż do **9 grudnia 2022 r.**

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych

mgr Lidia Zwieszchowska-Cerek

Sporządziła: D. Bartoszewska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl