

.....
(Dane Wykonawcy)

Załącznik nr 2.6 do SWZ
DZP/24/2024

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Część nr 6. Elektrody EDGE SYSTEM ze złączem QUIK- COMBO

L.p.	Nazwa asortymentu wraz z opisem	Rozmiar	Jednostka miary	Ilość na 24 m-ce	Nazwa handlowa	Kod wyrobu	Producent	Cena jednostkowa netto PLN	VAT %	Cena jednostkowa brutto PLN (kol. 9+kol. 10)	Wartość netto PLN (kol. 5 x kol.9)	Wartość brutto PLN (kol. 12+kol. 10)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Elektrody EDGE SYSTEM ze złączem QUIK- COMBO - przeznaczone do LIFEPAKA - jednorazowe - do stymulacji, defibrylacji i odczytu EKG, - kpl = 2 sztuki	dla dorosłych	kpl.	800	Elektrody EDGE System ze złączem QUIK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG	11996-000091	Physio-Control Inc.	122,00	8%	131,76	97600,00	105408,00
2.	Elektrody EDGE SYSTEM ze złączem QUIK- COMBO - przeznaczone do LIFEPAKA - jednorazowe - do stymulacji, defibrylacji i odczytu EKG, - kpl = 2 sztuki	dla dzieci	kpl.	160	Elektrody pediatryczne EDGE RTS, radiotransparentne, ze złączem QUIK-COMBO	11996-000093	Physio-Control Inc.	174,00	8%	187,92	27840,00	30067,20
RAZEM WARTOŚĆ NETTO/BRUTTO:											125440,00	135475,20

Wymagania dla Części nr 6:

- Zamawiający wymaga, aby elektrody określone w pozycji 1 i 2 posiadały warstwę przewodzącą wykonaną z Ag/AgCl.**
- Zamawiający wymaga, aby elektrody wielofunkcyjne dla dorosłych określone w pozycji 1, posiadały powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 102cm² (204cm² dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SWZ defibrylatorami.**

3. Zamawiający wymaga, aby elektrody wielofunkcyjne dla dzieci określone w pozycji 2, posiadały powierzchnię przewodzącą pojedynczej elektrody min. 51cm² (102cm² dla pary) oraz zintegrowane odprowadzenie kompatybilne ze wskazanymi w SWZ defibrylatorami.

łączna wartość netto części nr 6 : PLN

(Słownie:)

łączna wartość brutto części nr 6 : PLN

(Słownie:)