

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Dot. Zapytania ofertowego 2/MCSM/OPZ/2021

W dniu 14.10.2021 od jednego Wykonawcy wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej.

1. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o pojemności 1650 ml i rezerwuarem o poj. 2000 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza worek samorozprężalny dla dorosłych o pojemności 1650 ml i rezerwuarem o poj. 2000 ml

2. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 zamiast 3/4?

Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 lub 4

3. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 zamiast 4/5?

Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 lub 5

4. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dzieci o pojemności 600 ml i rezerwuarem o poj. 1600 ml?

Odp. Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dzieci o pojemności 600 ml i rezerwuarem o poj. 1600 ml

5. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 0 zamiast 0/0?

Odp. Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 0

6. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 1 zamiast 0/1?

Odp. Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 1

7. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający wymaga w sumie 11 sztuk przewodnic (jedna do każdego rozmiaru)?

Odp. Zamawiający wymaga w sumie 11 sztuk przewodnic po jednej sztuce każdego rozmiaru

8. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający wymaga w sumie 13 sztuk rurek intubacyjnych?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Odp. Zamawiający wymaga po 13 sztuk rurek intubacyjnych każdego rozmiaru wymienionego w OPZ

9. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek ustno-gardłowych?

Odp. Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek ustno-gardłowych

10. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający wymaga w sumie 12 sztuk rurek nosowo-gardłowych?

Odp. Tak

11. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający wymaga w sumie 6 sztuk masek I-GEL?

Odp. Zamawiający wymaga w sumie 6 sztuk masek I-GEL w dwóch rozmiarach 3 oraz 4

12. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Pielęgniarska – Sala Wysokiej Wierności

Czy Zamawiający doprecyzuje jakiego rozmiaru wymaga dla rurki krtaniowej LTS?

Odp. Zamawiający wymaga rurek LTS w rozmiarach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

nr 1 noworodek 5-12 kg - kolor biały

nr 2 dzieci 12-25 kg - kolor zielony

nr 2.5 dzieci 125-150cm - kolor pomarańczowy

nr 3 dorośli <155 cm - kolor żółty

nr 4 dorośli 155-180 cm - kolor czerwony

nr 5 dorośli >180 cm - kolor fioletowy

**13. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna
OSCE**

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o pojemności 1650 ml i rezerwuarem o poj. 2000 ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

**14. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna
OSCE**

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 zamiast 3/4?

Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 lub 4

**15. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna
OSCE**

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 zamiast 4/5+?

Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 lub 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

16. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna

OSCE

Czy Zamawiający wymaga 11 sztuk prowadnic (jedna do każdego rozmiaru)?

Odp. Zamawiający wymaga 11 sztuk prowadnic po jednym w każdym rozmiarze

17. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna

OSCE

Czy Zamawiający wymaga 130 sztuk rurek intubacyjnych?

Odp. Zamawiający wymaga 13 szt. rurek intubacyjnych

18. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna

OSCE

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek ustno-gardłowych?

Odp. Tak dopuści

19. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna

OSCE

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dzieci o pojemności 600 ml i rezerwuarem o poj. 1600 ml?

Odp. Tak

20. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna

OSCE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 0 zamiast 0/0?

Odp. Tak

21. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Egzaminacyjna OSCE

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 1 zamiast 0/1?

Odp. Tak

22. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS

Czy Zamawiający doprecyzuje co ma zawierać zestaw do pielęgnacji?

Odp. Zestaw powinien zawierać 11 podzestawów składających się z:

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;

1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm;

z przyklepnym otworem 5 cm x 10cm;

1 x serweta włókninowa nieprzyklepna 60 cm x 60 cm

1 nożyczki Iris, proste, ostro/ostre, 11,5cm

1 imadło Mayo-Hegar, 14 cm

1 kleszczyki do tupferów, 24 cm

1 kubek, ze skalą, przezroczysty, 250 ml

10 kompresów włókninowych, 10 x 10 cm, 8-warstwowe

1 serweta z otworem, samoprzylepna, 75 x 90cm

2 obłożenia, 75 x 90 cm

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

10 tupferów z gazy (wielkości śliwki)

rękawice zabiegowe lateksowe M, 2 szt

ostrze nr 11, 1 szt

worek na odpady, 240x240, 1 szt.

23. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia ran o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;

6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3);

1 x igłotrzymacz 12 cm;

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm;

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana);

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana);

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)

Odp. Tak dopuszcza

24. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Cewnik Foleya Dwurożny lateksowy, pokryty silikonem, Balon 5-10 ml, 1 szt.

Iglę iniekcyjną 18G z 1 1/2 (1,2 x 40 mm), 1 szt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Pęsetę plastikową anatomiczną 13 cm zielona, 1 szt.

Pojemnik plastikowy okrągły 125 ml, wys 3 cm, średnica denka 7,5 cm, skala transparentna, 1 szt.

Strzykawkę plastikową 3-częściowa, 10 ml, LN, Ttran G, 1 szt.

Worek na mocz 2 l z portem, wężyk 90 cm, 1 szt.

Rękawiczki Ambulex P lateksowa niepurowana M, wywnięta, 2 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm, O5 ROZC, 1 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm

Tupfery A, 17N, 20 x 20 cm, 6 szt.

Odp. Tak dopuszcza

25. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek Bermana?

Odp. Nie, zamawiający wymaga sprzętu opisanego w OPZ

26. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS

Czy Zamawiający wymaga w sumie 9 sztuk produktów w tym masek i rurek?

Odp. Tak

27. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS

Czy Zamawiający wymaga 3 sztuk kleszczyków Magilla?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Odp. Tak

28. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS

Czy Zamawiający wymaga 6 sztuk rurek do intubacji?

Odp. Zamawiający wymaga po 6 sztuk rurek każdego rozmiaru

29. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu ALS

Czy Zamawiający wymaga 2 sztuk resuscytatorów (po jednym dla dorosłych i dzieci)?

Odp. Zamawiający wymaga 2 szt. resuscytatorów jedna dla dorosłych jedna dziecięcy

30. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS

Czy Zamawiający doprecyzuje co ma zawierać zestaw do pielęgnacji ran?

Odp. Zestaw powinien zawierać 11 podzastawu składających się z :

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;

1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm;

z przyklepnym otworem 5 cm x 10cm;

1 x serweta włókninowa nieprzyklepna 60 cm x 60 cm

1 nożyczki Iris, proste, ostro/ostre, 11,5cm

1 imadło Mayo-Hegar, 14 cm

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

1 kleszczyki do tupferów, 24 cm

1 kubek, ze skalą, przezroczysty, 250 ml

10 kompresów włókninowych, 10 x 10 cm, 8-warstwowe

1 serweta z otworem, samoprzylepna, 75 x 90cm

2 obłożenia, 75 x 90 cm

10 tupferów z gazy (wielkości śliwki)

rękawice zabiegowe lateksowe M, 2 szt

ostrze nr 11, 1 szt

worek na odpady, 240x240, 1 szt.

31. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia ran o składzie:

1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;

6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3);

1 x igłotrzymacz 12 cm;

1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm;

1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana);

1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana);

1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)

1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm; z przylepnym otworem 5 cm x 10cm;

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

1 x serweta włókninowa nieprzyklepna 60 cm x 60 cm?

Odp. Tak

32. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Cewnik Foleya Dwurożny lateksowy, pokryty silikonem, Balon 5-10 ml, 1 szt.

Igłę iniekcyjną 18G z 1 1/2 (1,2 x 40 mm), 1 szt.

Pęsetę plastikową anatomiczną 13 cm zielona, 1 szt.

Pojemnik plastikowy okrągły 125 ml, wys 3 cm, średnica denka 7,5 cm, skala transparentna, 1 szt.

Strzykawkę plastikową 3-częściowa, 10 ml, LN, Ttran G, 1 szt.

Worek na mocz 2 l z portem, wężyk 90 cm, 1 szt.

Rękawiczki Ambulex P lateksowa niepodrowana M, wywynięta, 2 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm, O5 ROZC, 1 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm

Tupfery A, 17N, 20 x 20 cm, 6 szt.

Odp. Tak

33. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek Bermana?

Odp. Nie zamawiający wymaga sprzętu opisanego w OPZ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

34. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS

Czy Zamawiający wymaga w sumie 9 sztuk produktów w tym masek i rurek?

Odp. Tak

35. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS

Czy Zamawiający wymaga 3 sztuk kleszczyków Magilla?

Odp. Tak

36. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS

Czy Zamawiający wymaga 6 sztuk rurek do intubacji?

Odp. Zamawiający wymaga po 6 sztuk rurek każdego rozmiaru

37. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Symulacji z zakresu BLS

Czy Zamawiający wymaga 2 sztuk resuscytatorów (po jednym dla dorosłych i dzieci)?

Odp. Zamawiający wymaga 2 szt. resuscytatorów jedną dla dorosłych jedną dziecięcą

38. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dorosłych o pojemności 1650 ml i rezerwuarem o poj. 2000 ml?

Odp. Tak

39. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 zamiast 3/4?

Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 3 lub 4

40. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich

Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 zamiast 4/5?

Odp. Zamawiający dopuści maski twarzowe w rozmiarze 4 lub 5

41. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich

Czy Zamawiający wymaga w sumie 11 sztuk przewodnic (jedna do każdego rozmiaru)?

Odp. Zamawiający wymaga 11 sztuk przewodnic po jednym w każdym rozmiarze

42. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Pielęgniarskich

Czy Zamawiający wymaga w sumie 13 sztuk rurek intubacyjnych?

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Odp. Zamawiający wymaga po 13 sztuk rurek intubacyjnych każdego rozmiaru wymienionego w SWIZ

**43. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń
Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek ustno-gardłowych?

Odp. Tak

**44. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń
Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści worek samorozprężalny dla dzieci o pojemności 600 ml i rezerwuarem o poj. 1600 ml?

Odp. Tak

**45. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń
Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 0 zamiast 0/0?

Odp. Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 0

**46. Zestaw Drobного Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń
Umiejętności Pielęgniarskich**

Czy Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 1 zamiast 0/1?

Odp. Zamawiający dopuści maskę twarzową w rozmiarze 1

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

47. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń

Umiejętności Technicznych

Czy Zamawiający doprecyzuje co ma zawierać zestaw do pielęgnacji ran?

Odp. Zestaw powinien zawierać 11 podzastawu składających się z:

1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm

1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm;

z przyklepnym otworem 5 cm x 10cm;

1 x serweta włókninowa nieprzyklepna 60 cm x 60 cm

1 nożyczki Iris, proste, ostro/ostre, 11,5cm

1 imadło Mayo-Hegar, 14 cm

1 kleszczyki do tupferów, 24 cm

1 kubek, ze skalą, przezroczysty, 250 ml

10 kompresów włókninowych, 10 x 10 cm, 8-warstwowe

1 serweta z otworem, samoprzylepna, 75 x 90cm

2 obłożenia, 75 x 90 cm

10 tupferów z gazy (wielkości śliwki)

rękawice zabiegowe lateksowe M, 2 szt

ostrze nr 11, 1 szt

worek na odpady, 240x240, 1 szt.

48. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń

Umiejętności Technicznych

Czy Zamawiający dopuści zestaw do szycia ran o składzie:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;
- 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm;
- 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3);
- 1 x igłotrzymacz 12 cm;
- 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm;
- 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana);
- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa (zapakowana);
- 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 11/2, zielona (zapakowana)
- 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm; z przyklepym otworem 5 cm x 10cm;
- 1 x serweta włókninowa nieprzyklepna 60 cm x 60 cm

Odp. Tak

49. Zestaw Drobego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:

Cewnik Foleya Dwurożny lateksowy, pokryty silikonem, Balon 5-10 ml, 1 szt.

Iglę iniekcyjną 18G z 1 1/2 (1,2 x 40 mm), 1 szt.

Pęsetę plastikową anatomiczną 13 cm zielona, 1 szt.

Pojemnik plastikowy okrągły 125 ml, wys. 3 cm, średnica denka 7,5 cm, skala transparentna, 1 szt.

Strzykawkę plastikową 3-częściowa, 10 ml, LN, Tran G, 1 szt.

Worek na mocz 2 l z portem, wężyk 90 cm, 1 szt.

Rękawiczki Ambulex P lateksowa niepodudrowana M, wywinięta, 2 szt.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Serwetę FB 60 x 50 cm, O5 ROZC, 1 szt.

Serwetę FB 60 x 50 cm

Tupfery A, 17N, 20 x 20 cm, 6 szt.?

Odp. Tak

50. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych

Czy Zamawiający wymaga w sumie 9 sztuk produktów w tym masek i rurek?

Odp. Tak

51. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych

Czy Zamawiający wymaga 6 sztuk rurek do intubacji?

Odp. Zamawiający wymaga po 6 sztuk rurek każdego rozmiaru

52. Zestaw Drobnego Sprzętu Medycznego – Sala Ćwiczeń Umiejętności Technicznych

Czy Zamawiający wymaga 2 sztuk resuscytatorów (po jednym dla dorosłych i dzieci)?

**Odp. Zamawiający wymaga 2 szt resuscytatorów jedna dla dorosłych
jedna dziecięcy**

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego



Projekt „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych dla kierunku pielęgniarstwo UKSW”
Nr POWR.05.03.00-00-0012/19

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

Biuro Projektu:
ul. Dewajtis 5 pok. 53
01-815 Warszawa