

Gdańsk, dnia 01.03.2021 r.

### Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego ujętego w 7 pakietach.**

nr postępowania: GUM2021 ZP0012

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

#### Dotyczy Pakietu 6.

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści zbiornik bez alarmu niskiego poziomu ciekłego azotu?

**Odpowiedz:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści zbiornik ze statycznym współczynnikiem parownika 0,3 l/24h?

**Odpowiedz:** Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Kanclerz  
/-/  
Marek Langowski

Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska