



Piekary Śląskie, dn. 23.02.2023 r.

ZP - 5/2023

Wyjaśnienia treści SWZ
do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę wyrobów medycznych

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

1) Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 18 poz.1 i 2 – Wkłady do ssaka**, dopuści system do odsysania wydzielin ustrojowych równoważny do opisanego w pakiecie? Wkłady workowe z substancją żelującą z króćcem i zatyczką koloru białego o pojemności w **poz.1** do wyboru 1000ml lub 2000ml a w **poz.2** do wyboru 2000ml lub 3000ml, pozostałe wymagania zgodne z opisem Zamawiającego. Pojemniki zewnętrzne nieodpłatnie wymienimy. Proponowany przez naszą firmę system do odsysania spełnia takie same standardy jakościowe co opisany w SWZ system. Dopuszczenie asortymentu o zbliżonych parametrach nie spowoduje obniżenia standardów jakościowych, a umożliwi zdrową konkurencję i pozwoli wybrać Zamawiającemu najkorzystniejszą opcję.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

2) Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 33** dopuści pętlę jednorazowego użytku, sterylne, do zabiegów laparoskopowych o średnicy 5mm, w kształcie romboidalnym do zabiegów nadszyjkowej resekcji macicy (LASH), o wymiarach: 160mm x 80mm lub 200mm x 100mm lub 240mm x 120 mm z teflonową izolacją oraz złączami 4 lub 8 mm, do wyboru Zamawiającego. Pakowane po 6 szt. w opakowaniu?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

3) Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 32** Siatkę kompozytową wewnątrztrzewnową, miękką, niewchłaniającą, 2-warstwową do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową i klasyczną. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego politetrafluoroetyleny (ePTFE), który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek do siatki, z drugiej z makroporowatego polipropylenu (PP), który z kolei stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Grubość siatki 0,62 mm, gramatura średnia 108 g/m², porowatość średnia: 0,68 mm, max 1,36 mm, średnia max. wytrzymałość na rozciąganie $\geq 2,6$ N/mm, z oznaczeniem strony implantacji, z możliwością przycinania siatki bez ryzyka rozwarstwienia protezy i utraty włókien polipropylenowych oraz posiadającą pamięć kształtu, nie powlekana tlenkiem tytanu, w rozmiarze zgodnym z SWZ?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

4) Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 31, poz. 1-5** Siatkę chirurgiczną przepuklinową, niewchłaniającą, polipropylenową, monofilamentową, o dwukierunkowej elastyczności, o grubości siatki 0,32 mm, gramaturze 30 g/m², sterylizowane tlenkiem etylenu, w rozmiarach zgodnych z SWZ?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

5) Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 31, poz. 6** Taśmę urologiczną do wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilamentową, polipropylenową, z plastikową osłonką, jednorodną, niewchłaniającą, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, wielkość porów średnia 0,98 mm, max 2,31 mm (porowatość 84%), grubości taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatyczne brzegi taśmy cięte laserowo zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), taśma przeznaczona do metody TVT i TOT, zakładana narzędziami wielokrotnego użycia?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie **próbek niesterylnych** w razie wezwania w celu weryfikacji zaoferowanego wyrobu?

Odp.: Nie, próbki muszą być sterylne.

7) Czy Zamawiający uzupełni **projekt umowy** o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not

korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający informuje, iż zapis § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy otrzymuje brzmienie: „1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu (przesłania w formie elektronicznej na adres e-mail: ksiegowosc@szpital.piekary.pl lub apteka@szpital.piekary.pl) prawidłowo wystawionej faktury VAT.”

8) Wnosimy o wprowadzenie w § 9 ust. 1 **projektu umowy** 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

9) Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowień **projektu umowy** w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

1.1. zwłoki w wykonaniu dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust. 2 karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane w całości lub części, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane w całości lub części

1.2. zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 9 ust. 2 karę w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane w całości lub części, licząc za każdy dzień zwłoki do dnia zrealizowania dostawy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 10 ust. 2 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówienia, które nie zostało zrealizowane w całości lub części

1.3. za każde stwierdzone naruszenie postanowień § 3 ust. 12-17 umowy, karę umowną w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 3,

1.4. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% niezrealizowanej wartości brutto, określonej w § 5 ust. 3 umowy, w tym za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w trybie wskazanym w § 10 ust. 6,

1.5. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości brutto, określonej w § 5 ust. 3 części umowy,

1.6. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów

związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 11 ust. 10, w wysokości 0,05% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki. Za termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom przyjmuje się okres 30 dni licząc od daty zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia dokonany przez Zamawiającego.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

10) Czy Zamawiający w **pakiecie nr 31, poz. 6** dopuści taśmę o gramaturze : 67-75 g / m² oraz o powierzchni makroporów 5,9 mm²?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

11) Czy Zamawiający w **pakiecie nr 32, poz. 1** dopuści siatka przepuklinowa, polipropylenowa, monofilamentowa, lekka, powlekana powłoką tytanową, nadająca się do wszystkich rodzajów operacji przepuklinowych łącznie z przetrzewnym oraz wewnątrztrzewnym pozycjonowaniem. Nadająca się do wszystkich technik operacyjnych. Wielkość porów ≥ 1 mm², gramatura 35 g/m². Rozmiar siatki 30cm x 30cm. Wytrzymałość 47 N/cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

12) Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie nr 5, poz. 3** igły okrągłej ½ koła, 25 mm, długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

13) Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie nr 5, poz. 4** igły okrągłej ½ koła, 25 mm, długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

14) Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie nr 7, poz. 3** igły okrągłej ½ koła, 25 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

15) Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie nr 7, poz. 4** długości nici 100 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

16) Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie nr 7, poz. 7** igły okrągłej ½ koła, 25 mm, długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

17) Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie nr 7, poz. 9** igły okrągłej $\frac{1}{2}$ koła, pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

18) Prosimy o odstąpienie w **pakiecie nr 8** od wymogu : powleczenie polibutylenem.

Odp.: Zamawiający nie odstąpi. Zgodnie z SWZ.

19) Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie nr 8, poz. 2** igły okrągłej $\frac{1}{2}$ koła, 30 mm pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

20) Prosimy o dopuszczenie w **pakiecie nr 8, poz. 3** igły okrągłej $\frac{1}{2}$ koła, 40 mm pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.

PROKURENT

Izabela Bacik