



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2023-10-06

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawy odczynników, sprzętu specjalistycznego oraz materiały eksploatacyjne do urządzeń na potrzeby laboratoriów dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi**, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15/09/2023 pod nr 2023/S 178-557399

Nr sprawy: **ZP/88/2023**

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Nr pytania	Dotyczy/Pakiet	Dotyczy Pozycja/Paragraf/Punkt	Pytanie	Odpowiedź
1.	5	1	Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 zestaw ELISA 96 dołkowy do oznaczania stężenia przeciwciał anti-GAD (65kD) z objętością 75µl surowicy, kalibratory (6szt) wyrażone w U/ml zgodnie z NIBSC 97/550. Odczyt w 450/620nm?	Zamawiający nie dopuści
2.	5	2	Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 zestaw ELISA 96 dołkowy do oznaczania stężenia przeciwciał anti-IA2 z objętością 75µl surowicy, kalibratory (6szt) wyrażone w U/ml zgodnie z NIBSC 97/550. Odczyt w 450/620nm?	Zamawiający nie dopuści
3.	5	3	Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 5 poz. 3 i stworzy osobny pakiet. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej.	Nie ma możliwości wydzielenia asortymentu do osobnego pakietu-jest to uwarunkowane przez oprogramowanie obsługujące ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
4.	5	1,2,3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 1, 2 i 3 zestawów ELISA, w których fotometryczna ocena intensywności barwy powinna być przeprowadzona przy długości fali 450 nm, następnie 405 nm i referencyjnej długości fali pomiędzy 620 nm i 650 nm?	Zamawiający nie wyraża zgody
5.	5	2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 2 zestawu ELISA do oznaczania stężenia przeciwciał anti-IA2, w którym ocena ilościowa odbywa się na podstawie krzywej kalibracyjnej wykreślanej za pomocą 6 kalibratorów?	Zamawiający nie wyraża zgody



PN-EN ISO 9001:2015
PN-EN ISO/IEC 27001:2017

Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 Istomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”



Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Medycznego:

tel.: +48 42 675 74 89, skrzynka ePUAP: /cskumedlodz/SkrytkaESP, e-mail: k.dopierala@csk.umed.pl

6.	5	1,2	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w pozycji 1 i 2 wartości kalibratorów wyrażone były w jednostkach międzynarodowych IU/ml? Kalibrację przeprowadza się w jednostkach międzynarodowych (IU) za pomocą pierwszej międzynarodowej surowicy referencyjnej dla przeciwciał przeciwko komórkom wysp trzustki (WHO, 1999, reagent 97/550, National Institute for Biological Standards and Control, Hertfordshire, England). Według definicji surowica referencyjna NIBSC 97/550 zawiera 100 IU anty-GAD w ampulce i odpowiednio surowica referencyjna NIBSC 97/550 zawiera 100 IU anty-IA2 w ampulce.	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
7.	5	3	Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w pozycji 3 wartości kalibratorów wyrażone były w jednostkach względnych RU/ml?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
8.	5	zestawy ELISA	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów ELISA z 10-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy?	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
9.	6	Załącznik nr 2 Terminy wymagane	Załącznik nr 2; pakiet nr 6, Terminy wymagane Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę minimalnego terminu ważności przedmiotu zamówienia na minimum 5 miesięcy? Maksymalny termin ważności produktów wynosi od 15 do 18 miesięcy i są one oferowane do odbiorców do czasu uruchomienia produkcji kolejnej serii produktów, co ma miejsce nie częściej niż raz w roku, dlatego zwykle produkty są oferowane z krótszymi terminami ważności niż 10 miesięcy. Zapewniamy jednocześnie, że wielkości opakowań wszystkich produktów są przygotowane tak, że są one wykorzystywane w całości nawet te dostarczone z minimalnym terminem ważności 5 miesięcy. W SWZ Zamawiający wymaga: „termin ważności przedmiotu zamówienia (odczynników) od daty dostarczenia Zamawiającemu: minimum 10 m-cy.	Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
10.	6	Załącznik nr 3; II.II. PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE ANALIZATORA	Dotyczy: załącznik nr 3; pakiet 6; II.II. PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE ANALIZATORA Prosimy o ujednolicenie wymagań dotyczących maksymalnego czasu dla usunięcia awarii dotyczących pakietu nr VI. Czy Zamawiający ma na myśli 7 dni roboczych czy 5 dni roboczych? Zgodnie z „Wymaganymi terminami podanymi w załączniku nr 2 Zamawiający podaje: „Czas usunięcia awarii analizatora dzierżawionego, licząc od daty zgłoszenia w dni robocze (pon.– pt.): maksimum 7 dni” Zgodnie z zapisami w „II. II PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE ANALIZATORA” „... Usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia uszkodzenia.”	Usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia uszkodzenia. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.
11.	Wzór umowy	§ 3 ust. 2	Dot. wzoru umowy § 3 ust. 2 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie dokumentacji wyszczególnionej w § 3 ust. 2 mailem w terminie pierwszej dostawy lub po podpisaniu umowy. W przypadku naszej firmy towar jest wysyłany do Klienta bezpośrednio z magazynu znajdującego się poza RP, nie mamy fizycznej możliwości dołączenia wymaganej dokumentacji do dostawy. Zobowiązujemy się dostarczyć dokumenty pocztą elektroniczną w terminie pierwszej dostawy lub bezpośrednio po zawarciu umowy na wskazany przez Zamawiającego adres email.	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1605) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 5 poz. 1,2,3** kol. b) Przedmiot zamówienia, które uzyskują brzmienie:

PAKIET Nr 5 - Odczynniki do oznaczania stężenia przeciwciał przeciwwypowsowych dla Pracowni Immunopatologii i Genetyki

Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
1.	Zestaw ELISA 96 dołkowy do oznaczania stężenia przeciwciał anti-GAD (65kD) w objętości 25µl surowicy, kalibratory (6szt) wyrażone w U/ml zgodnie z NIBSC 97/550. Odczyt w 450/570nm. Zamawiający wyraża zgodę, aby wartości kalibratorów wyrażone były w jednostkach międzynarodowych IU/ml
2.	Zestaw ELISA 96 dołkowy do oznaczania stężenia przeciwciał anti-IA2 w objętości 50µl surowicy, kalibratory (5szt) wyrażone w U/ml zgodnie z NIBSC 97/550. Odczyt w 450/570nm. Zamawiający wyraża zgodę, aby wartości kalibratorów wyrażone były w jednostkach międzynarodowych IU/ml
3.	Zestaw ELISA 96 dołkowy do oznaczania stężenia przeciwciał ZnT8 w objętości 25µl surowicy, kalibratory (5szt) wyrażone w U/ml zgodnie z NIBSC 97/550. Odczyt w 450/570nm. Zamawiający wyraża zgodę, aby wartości kalibratorów wyrażone były w jednostkach względnych RU/ml

- 1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 5, tiret 4 pkt. 1**

► **TERMINY WYMAGANE:**, który uzyskuje brzmienie:

Termin ważności przedmiotu zamówienia (odczynników) od daty dostarczenia Zamawiającemu:	minimum 10 m-cy
--	------------------------

- 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 6, tiret 4 pkt. 1**

► **TERMINY WYMAGANE:**, który uzyskuje brzmienie:

Termin ważności przedmiotu zamówienia (odczynników) od daty dostarczenia Zamawiającemu:	minimum 5 m-cy
--	-----------------------

- 1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 3- WYMAGANIA I PARAMETRY GRANICZNE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II.II. pkt. 35, który uzyskuje brzmienie:

35.	Przeglądy, konserwacja, naprawy i aktualizacja oprogramowania w ramach czynszu dzierżawnego. Reakcja serwisu naprawczego do 6 godzin od chwili zgłoszenia. Usunięcie awarii w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia uszkodzenia. Jeżeli awaria nie zostanie usunięta w ciągu 7 dni roboczych – wymiana analizatora na nowy.
------------	---

- 1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SWZ, Załącznik nr 5- WZÓR UMOWY, § 3 ust. 2, poprzez dopisanie pkt. 2.1. o treści:

2.1. **Zamawiający wyraża zgodę na przekazanie dokumentacji wyszczególnionej w § 3 ust. 2 mailem w terminie pierwszej dostawy lub po podpisaniu umowy.**

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Kinga Miśkiewicz