

Numer sprawy: ZP 01/23

Grajewo, dnia 30.03.2023 r.

DO WSZYSTKICH OFERENTÓW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem dodatkowym oraz przebudową i dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego”.

Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie informuje, iż nastąpiły omyłki pisarskie. Niniejszym dokonuje się sprostowania niżej wymienionych pozycji:

- ZP 01/23 Załącznik nr 1 - modyfikacja.
7. Wózek niemagnetyczny do transportu pacjenta w pozycji siedzącej (niemagnetyczne i dostosowane do pracy w polu magnetycznym min. 1.5T).
8. Leżanka niemagnetyczna do transportu pacjenta w pozycji leżącej(niemagnetyczne i dostosowane do pracy w polu magnetycznym min. 1.5T)
- Część II. PARAMETRY PREMIOWANE, rozdział VI APLIKACJE KLINICZNE, pkt. 1 Załącznika nr 8 - modyfikacja oraz SWZ rozdział 15 punkt 3.

Lp.	OPIS/PARAMETRY WYMAGANE	Wymogi graniczne	Punktacja
1	Pomiary DTI z różnymi kierunkami ≥ 120 kierunków	Tak, podać liczbę kierunków	0 pkt – wartość najniższa 1 pkt – wartość najwyższa Pozostałe proporcjonalnie