



Szczecin, dnia 14.09.2021 roku

Sprawa: A.272.6.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr A.272.6.2021 w trybie podstawowym bez negocjacji na „Zakup i dostawę chromatografu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Szczecinie w roku 2021.”

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu przetargowym wpłynęły pytania. Zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Termostat kolumnowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termostatu z precyzją temperatury wynoszącą: 0,1°C.

Odpowiedź na pytanie nr 1: TAK

Pytanie 2.

Termostat kolumnowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie termostatu na 2 kolumny o długości 300 mm wraz z pre-kolumną.

Odpowiedź na pytanie nr 2: NIE

Pytanie 3.

Autosampler.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie autosamplera bez możliwości rozbudowy o wewnętrzny termostat. W skład urządzenia wchodzi już termostat kolumnowy przy czym istnieje możliwość dołączenia drugiego termostatu.

Odpowiedź na pytanie nr 3: TAK

Pytanie 4.

Detektor DAD.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora DAD z minimalnie większym dryftem: $< \pm 1 \times 10^{-3}$ AU/h przy 254 nm.

Odpowiedź na pytanie nr 4: TAK

Pytanie 5.

Detektor DAD.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora DAD z zakresem spektralnym 190-800nm.

niepodlega



Odpowiedź na pytanie nr 1: NIE

Pytanie 6.

Detektor DAD.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora DAD z programowalną szerokością szczeliny – do wyboru wąska lub szeroka. Konkretna wartość jest przedmiotem patentu producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 1: NIE

Pytanie 7.

Detektor FLD.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora FLD z czułością RAMAN (H₂O) >2100.

Odpowiedź na pytanie nr 7: NIE

Pytanie 8.

Detektor FLD

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora FLD z zakresem wzbudzania: 200-880 nm i emisji: 220-900 nm.

Odpowiedź na pytanie nr 1: NIE

DYREKTOR
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Szczecinie
Małgorzata Domagała-Dobrzycka
dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka