



Znak: ZOZ.V.010/DZP/07/19

Sucha Beskidzka dnia 07.03.2019r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz
Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym**

LAMPY OPERACYJNE I ZABIEGOWE

w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postępowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet 1 - lampa sufiowa zabiegowa

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną 150 000 klux wyposażoną w diody LED o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach) **bez „efektu tęczy”**, co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 5000’K? Oferowane rozwiązanie jest o wiele bardziej korzystne dla użytkownika gdyż zagwarantuje białe światło w polu operacyjnym z możliwością regulacji temperatury barwowej.

Odp. ZGODNIE Z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną **150 000 klux** ze źródłem światła w postaci diod LED - diody nowej generacji, w tym białe, wyposażone w 3 moduły świetlne po 13 diod LED (łącznie 39 diod) każda? Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy

Odp. ZGODNIE Z SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną **150 000 klux** o



współczynnika odwzorowania barwy CRIS95?

Odp. ZGODNIE Z SIWZ

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet 2 - lampa sufiowa operacyjna

- 1- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwukopułową, obie czasze po 150 000 **klux** wyposażoną w diody **LED** o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych {dwóch odcieniach} bez „efektu tęczy”, co umożliwi regulację temperatury barwowej w zakresie od 3100 do 5000'K? Oferowane rozwiązanie jest o wiele bardziej korzystne dla użytkownika gdyż zagwarantuje białe światło w polu operacyjnym z. możliwością regulacji temperatury barwowej.

Odp. ZGODNIE Z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwukopułową obie czasze po 150 000 **klux** ze źródłem światła w postaci diod **LED** - diody nowej generacji, w tym białe, wyposażone w 3 moduły świetlne po 13 diod **LED** (łącznie 39 diod) każda? Każdy moduł diodowy o tych samych właściwościach. Moduły, rozmieszczone równomiernie wewnątrz czaszy

Odp. ZGODNIE Z SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną dwukopułową, obie czasze po 150 000 **klux** o współczynniku odwzorowania barwy CRI&95?

Odp. ZGODNIE Z SIWZ

z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Baskińskiej

mgr Janusz Bączewski