

## Chłodziarka farmaceutyczna mała- ilość 3 sztuki.

### 1. Chłodziarka farmaceutyczna mała

Model/typ .....

Producent/kraj .....

Rok produkcji .....

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane		Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
	Chłodziarka farmaceutyczna z elektronicznym panelem sterowania. Montaż i podłączenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szkolenie z obsługi i eksploatacji urządzenia.	
2.	Pojemność netto chłodziarki 100l (+/- 100l - 110l)	
3.	Rok produkcji: nie wcześniej niż 2023r.	
4.	Gwarancja min. 24 miesiące	
5.	Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW) 590/600/800 (+/-5%)	
6.	Poziom głośności poniżej 50 dB(A)	
7.	Częstotliwość / napięcie 50 Hz / 220-240 V~	
8.	Automatyczne odszranianie	

9.	Zakres temperatury: chłodziarka nr 1: 2-8 °C chłodziarka nr 2: 2-8 °C chłodziarka nr 3: 2-8 °C	
10.	Kolor obudowy – biały	
11.	Materiał drzwi – szkło	
12.	Drzwi prawe (z możliwością zamiany)	
13.	Cyfrowy termostat z wyświetlaczem	
14.	Sygnal ostrzegawczy w przypadku awarii	
15.	Alarm braku zasilania, otwartych drzwi, wysokiej/niskiej temp.	
16.	Zamek na klucz	
17.	Rejestrator Zintegrowany, złącze USB	
18.	Oświetlenie wewnętrzne LED	
19.	Ilość półek 3 – półki druciane białe	
20.	Materiał półek ruszty powlekane tworzywem sztucznym	

**Formularz należy podpisać**