



Piekary Śląskie, dn. 30.05.2023 r.

ZP - 10/2023

**Wyjaśnienia treści SWZ**  
**do wszystkich zainteresowanych**

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego**  
**na dostawę wyrobów medycznych**

Zamawiający informuje, iż w toku prowadzonego postępowania wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania, których treść wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego zamieszczamy poniżej.

**1) Dot. pakietu nr 3, poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści serwetę z przyklepcem 150 x 240 cm zamiast serwety 170 x 240 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**2) Dot. pakietu nr 3, poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści taśmę chirurgiczna przyklepną 9 x 50 cm zamiast taśmy 10 x 50 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**3) Dot. pakietu nr 3, poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści 2 serwety chłonne do rąk w rozmiarze 20 x 40 cm zamiast 4 serwet 30 x 30 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**4) Dot. pakietu nr 3, poz. 6:** Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu blister z etykietą w języku polskim oraz min. dwiema naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zamiast opakowania typu tyvec?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**5) Dot. pakietu nr 3, poz. 7-8:** Czy Zamawiający dopuści zestaw bez 2 szt. ręczników 20-30,5 x 34-40 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**6) Dot. pakietu nr 3, poz. 7:** Czy Zamawiający dopuści obłożenia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa / folia polipropylenowo-polietylenowa) o gramaturze 60-62 g / m<sup>2</sup> plus dodatkowe wzmocnienie o gram. 60 g / m<sup>2</sup> wykonane z włókniny polipropylenowej; odporność na przenikanie cieczy 152 cm H<sub>2</sub>O? Pozostałe parametry zgodne z Załącznikiem nr 1 A do SWZ.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**7) Dot. pakietu nr 3, poz. 9** Czy Zamawiający dopuści zestaw z 4 szt. serwety do rąk z włókniny zamiast 2 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**8) Dot. pakietu nr 4, poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści opakowanie A'20szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**9) Dot. pakietu nr 4, poz. 6:** Czy zamawiający dopuści kompresy w rozmiarze 7 x 7 cm zamiast 7,5 x 7,5 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**10) Dot. pakietu nr 5, poz. 2-3:** Czy Zamawiający dopuści opakowanie A'30 z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**11) Dot. pakietu nr 5, poz. 4:** Czy Zamawiający dopuści podkład 33cm x 50cm, rolka 50 szt., dł. 25m z przeliczeniem ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

**12) Dot. pakietu nr 5, poz. 14:** Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą a'500 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp.: Zamawiający dopuszcza watę bawełnianą a 500 g.

**13) Dot. pakietu nr 5, poz. 14:** Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu

  
mgr Marcin Baron

PIEKARSKIE CENTRUM MEDYCZNE Sp. z o.o.  
PROKURENT

  
Izabela Bacik