

Słupsk dnia 11. 10. 2021 r.

Numer sprawy nr: **SE-407/30/21**

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na zadane pytania

dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie **zaptania ofertowego na dostawę respiratora.**

W dniu 11 października 2021 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Opisu przedmiotu zamówienia.

Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

1. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wymaga płyty ściiennej do ambulansu do oferowanego respiratora?

Odp. Zamawiający nie wymaga płyty ściiennej.

2. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 30 do 45 dni? Aktualna sytuacja związana z COVID-19 wpływa na terminy transportów, w związku z tym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego pytania.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy.

3. Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu umowy §6 ust. 1 z " 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia" na " 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki"?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis § 6 ust. 1.

4. Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni w sytuacji, która wymaga sprowadzenia części zamiennych od producenta?

Odp. Zgodnie z projektm umowy.

Zamawiający:

DYREKTOR
Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Słupsku
inż. Mariusz Żukowski