



Słupsk dnia 17. 03. 2023 r.

Numer sprawy nr: **SE-407/14/23**

Wykonawcy w postępowaniu

Odpowiedzi na zadane pytania

dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia w prowadzonym postępowaniu w trybie **zaptania ofertowego na usługę serwisowania apartury medycznej**.

W dniu 17 marca 2023 r. Zamawiający otrzymał pytania dot. Opisu przedmiotu zamówienia. Poniżej zamieszczamy treść pytań oraz odpowiedzi zamawiającego.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK 15 (pozycja 14-29) oraz urządzeń LUCAS3.1 (pozycja 85-96 wg załącznika nr 2 do SIWZ)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Stryker.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK 12 (pozycja 30-31 wg załącznika nr 2 do SIWZ) oraz wyraża zgodę wyłączenie z użytku defibrylatorów LIFEPAK12 w przypadku braku możliwości naprawy? Wsparcie techniczne dla tych urządzeń zostało już zaprzestane i nie gwarantujemy dostępności wszystkich części zamiennych/ akcesoriów. Takie działanie pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowany serwis techniczny.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

3. Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK oraz urządzeń LUCAS zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

Odp. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

4. Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do defibrylatorów LIFEPAK oraz urządzeń LUCAS oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza na zasadach równoważności.

5. Czy Zamawiający wymaga użycia dedykowanego przez Producenta smaru, który jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia przeglądu technicznego urządzenia LUCAS? Nienasmarowanie śruby poruszającej tłokiem może doprowadzić do zatarcia silnika.

Odp. Zamawiający dopuszcza na zasadach równoważności.

6. Czy Zamawiający wymaga używania dedykowanego oprogramowania służącego do przeprowadzenia prawidłowo procesu kalibracji położenia tłoka w urządzeniu LUCAS? Pozwala to na odczyt danych z urządzenia, takich jak liczba użyć akumulatora.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający:

