

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

CPV 42513000-5 - Urządzenia chłodnicze i mrozące

Załącznik Nr 2

Nazwa	Nazwa handlowa	Producent	Kraj pochodzenia	JM	Ilość	Okres dzierżawy /miesiąc/	Cena jedn. netto za 1 miesiąc dzierżawy /pln/	Wartość netto /pln/	Stawka VAT	Wartość brutto /pln/
Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej do przechowywania krwi i jej składników.				sztuka	1	12				
Specyfikacja techniczna przenośnej komory chłodniczej z dwoma niezależnymi systemami chłodzenia: <ol style="list-style-type: none"> Posiada znak CE. Posiada Deklarację zgodności. Wymiary zewnętrzne komory: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Długość - 9,00 m (±10%), ➤ Wysokość - 2,70 m (±10%), ➤ Szerokość - 3,80 m (±10%). Wymiary wewnętrzne komory: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Długość - 8,00 m (±10%), ➤ Wysokość - 2,30 m (±10%), ➤ Szerokość - 3,60 m (±10%). Wymiary drzwi: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wysokość - 2,00 m (±10%), ➤ Szerokość (2-skrzydłowe) - 1,85 m (±10%). Kubatura urządzenia: 65,00 m³ (±10%). Zasilanie trójfazowe: 400V 32 A Wykonanie komory musi być odporne na działanie czynników atmosferycznych (śnieg, deszcz, wiatr, promienie słoneczne, niskie i wysokie temperatury) Zakres temperatur pracy w komorze przechowywanych produktów od -26°C do -30°C. Czynnik chłodzący R404A. Poziom wytwarzanego hałasu maksymalnie 60 dB. Komora chłodnicza wyposażona w dwa niezależne systemy chłodzenia. Parownik : Elektryczny system rozmrażania, Interwał rozmrażania 4 – 6 godzin, przerywanie procesu rozmrażania parownika przy temp. 0 – 10 °C . Gładką, łatwo zmywalną i antypoślizgową podłogę. Alarm w razie przypadkowego zamknięcia się we wnętrzu komory, jak również mechanizmem umożliwiającym natychmiastowe otwarcie drzwi od środka. Alarm wystąpienia braku zasilania urządzenia. Pełne wewnętrzne oświetlenie. System monitoringu i rejestracji temperatury komory. Posiada możliwość zdalnego monitoringu i zmiany parametrów pracy układów chłodniczych (szczególnie wstępna diagnoza potencjalnych nieprawidłowości i błędów). Menu urządzenia, raporty i drukowane w języku polskim. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis na terenie Polski. 										

22. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia, zakończonego podpisaniem protokołu przekazania nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
23. Wykonawca w ramach bezpłatnej instalacji wykona instalację elektryczną niezbędną do zasilania komory chłodniczej (montaż dobranego zabezpieczenia, montaż dobranego kabla w korytku kablowym, montaż skrzynki elektrycznej na budynku, montaż gniazd umożliwiających podłączenie zasilania do komory chłodniczej).
24. Wykonawca zapewnia bezpłatny transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
25. Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim.
26. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny, autoryzowany serwis gwarancyjny urządzenia w czasie trwania umowy, w tym wszystkie materiały eksploatacyjne. Serwis obejmuje m.in. przeglądy techniczne i walidację urządzenia minimum raz w roku oraz po każdej ewentualnej naprawie i regulacji, bezpłatne naprawy oraz regulacje urządzenia stosowanie do sytuacji, ponosząc koszty dojazdu serwisanta.
27. Zamawiający nie będzie ponosić żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem z dzierżawionego urządzenia za wyjątkiem czynszu dzierżawnego.
28. Serwis dostępny 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Numery telefonów kontaktowych podane zostaną wraz z protokołem przekazania.
29. Wykonawca podejmie działania serwisowe niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.
30. W przypadku braku możliwości usunięcia awarii Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia zastępczego o parametrach równoważnych z naprawianym.
31. „Zamawiający” zobowiązuje się zwrócić aparat „Wykonawcy” po okresie obowiązywania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji aparatu. „Wykonawca” dokona na własny koszt demontażu i transportu aparatu. Przekazanie aparatu potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem podpisanym przez strony.

Informacja ogólna	Parametr wymagany	Wypełnia Wykonawca
Termin płatności za wykonaną usługę: (Zamawiający zastrzega, że minimalny, wymagany termin płatności za wykonaną usługę wynosi 30 dni)	Tak, podać oferowany termin płatności za wykonaną usługę dni

Wymagane w ofercie dokumenty:

- dokument CE,
- deklaracja zgodności,
- instrukcja w języku polskim,
- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

Miejsce dostawy: Terenowa Stacja WCKiK SP ZOZ w Ełku, ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk.

Wykonawca oświadcza, że:

- cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia;
- uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ;
- zapoznaliśmy się ze SIWZ i wzorem umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń;
- przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w oparciu o zapisy określone w SIWZ;
- zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego;
- jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy.

.....
(znak graficzny podpisu)