

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się o zamówienie**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
ZMIANA TREŚCI SWZ**

**Dotyczy postępowania pn. „Dostawa drobnego i specjalistycznego sprzętu medycznego oraz środków medycznych dla Akademii Tarnowskiej” prowadzonego przez Akademię Tarnowską.  
Nr referencyjny: K-dzpz/382-18/2023.**

**Zamawiający Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami:**

*Pytanie nr 1:*

DOTYCZY: Część 9 – Wideolaryngoskop

Czy przy zachowaniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści wysokiej jakości wideolaryngoskop UESCOPE VL310 z wielorazowymi łyżkami z tworzywa sztucznego, o parametrach podanych poniżej, posiadający rekomendacje profesora Tomasza Gaszyńskiego?

Wideolaryngoskop z łyżkami wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wielorazowego użytku, w zestawie łyżki w trzech rozmiarach SM, M i L

- Videolaryngoskop dla pacjentów dorosłych
- Rok produkcji najdalej 2022
- Monitor kolorowy LCD matowy, o przekątnej 2,7” i rozdzielczości 320 x 240 px
- Monitor mocowany do uchwytu urządzenia.
- Możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach.
- Kąt pola widzenia kamery: 60°
- Zakres roboczy (głębina ostrości): 20 – 100 mm
- Rękojeść z wbudowaną kamerą zapewniającą możliwość obserwowania krtani podczas laryngoskopii
- Źródło światła: diody LED po min 150 luxów, 5500—6500k.
- Możliwość rejestracji zdjęć i filmów (32GB pamięci wewnętrznej)
- Tor wizyjny zintegrowany z uchwytem i łyżką
- Podgrzewana optyka zapobiega parowaniu kamery
- Funkcja kontroli temperatury podczas intubacji zapobiegająca parowaniu kamery
- W zestawie z wideolaryngoskopem zostaną dostarczone łyżki wielokrotnego użytku w rozmiarze SM, M i L (zbliżone do Mac 2,3,4)
- W zestawie minimum 1 sztuka z każdego rozmiaru.
- łyżki wielokrotnego dezynfekowane w oparciu o polskie normy
- Wideolaryngoskop zasilany akumulatorem (baterią) zainstalowanym w monitorze.
- Możliwość ładowania akumulatora (baterii).

- Zasilacz (ładowarka) w komplecie.
- Czas działania baterii wynosi min. 120 minut.
- Wskaźnik zużycia baterii widoczny na monitorze.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

*Zamawiający nie wyraża zgody.*

Pytanie nr 2:

DOTYCZY: Część 9 – Wideolaryngoskop

Czy przy zachowaniu pozostałych parametrów Zamawiający dopuści wysokiej jakości widelaryngoskop UESCOPE UED-A z jednorazowymi łyżkami z tworzywa sztucznego, o parametrach podanych poniżej?

Pragniemy zwrócić uwagę, że w związku z możliwymi zakażeniami krzyżowymi oraz utrudnioną sterylizacją w pogotowiu ratunkowym oraz w ratownictwie odchodzi się od rozwiązań wielorazowych.

Oferowane przez nasz jednorazowe łyżki są jednocześnie rękojeścią osłaniającą tor wizyjny, przez co umożliwiają natychmiastową gotowość do użycia wideolaryngoskopu na kolejnym pacjencie, zanim nastąpi czasochłonna sterylizacja czy dezynfekcja łyżki i rękojeści.

Wideolaryngoskop z łyżkami jednorazowymi użytku, w zestawie łyżki w rozmiarach 2,3,4

- Wideolaryngoskop dla pacjentów dorosłych i dzieci
- Rok produkcji najdalej 2022
- Monitor kolorowy LCD matowy, dotykowy, o przekątnej 3" i rozdzielczości HD 720 x 480px
- Monitor przymocowany do uchwytu urządzenia.
- Możliwość obracania monitora w dwóch płaszczyznach.
- Kąt pola widzenia kamery: 60
- Zakres roboczy (głębina ostrości): 20 – 100 mm
- Rękojeść z wbudowaną kamerą zapewniającą możliwość obserwowania krtani podczas laryngoskopii
- Źródło światła: diody LED wysokiej intensywności, min. 150 luxów, 5500—6500k
- Możliwość rejestracji zdjęć i filmów
- Możliwość podłączenia do zewnętrznego monitora przez złącze HDMI (lub inne równoważne) lub bezprzewodowe udostępnienie ekranu(WiFi)
- Tor wizyjny - łyżka stanowi osłonę modułu kamery i diody LED oraz zabezpiecza ten moduł przed bezpośrednim kontaktem z ciałem pacjenta.
- Przeźroczyste łyżki jednorazowe będące jednocześnie rękojeścią i osłoną toru wizyjnego.
- łyżki jednorazowe sterylne, pakowane pojedynczo.
- łyżki jednorazowe pokryte powłoką zapobiegającą parowaniu.
- W zestawie z wideolaryngoskopem zostaną dostarczone opakowania zbiorcze z łyżkami jednorazowego użytku w rozmiarze 2,3,4
- Wideolaryngoskop zasilany akumulatorem (baterią) zainstalowanym w monitorze.
- Możliwość ładowania akumulatora (baterii).
- Zasilacz (ładowarka) w komplecie.
- Czas działania baterii wynosi ponad 210 minut.
- Wskaźnik zużycia baterii widoczny na monitorze.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

*Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.*

Pytanie nr 3:

DOTYCZY: Część 9 – Wideolaryngoskop.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 30 do 60 dni jako parametru punktowanego za 0 pkt? Towar produkowany poza granicami Polski wymaga dłuższego czasu na dostawę.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W części 9-Wideolaryngoskop, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 60 dni.

W związku z powyższą odpowiedzią, na podstawie art. 286 ust. 1 Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ poprzez zmianę treści rozdziału 19. Kryteria i sposób oceny ofert.

Rozdział 19 otrzymuje nowe brzmienie:

**Było:**

### **Rozdział 19. Kryteria i sposób oceny ofert**

**Dotyczy części od 1 do 10:**

1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2.	Termin realizacji zamówienia	40%

2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:

Nr i nazwa kryterium	Wzór:												
1. Cena	Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)												
	Liczba punktów = $(C_{\min}/C_{\text{of}}) * W_c * 100$ , gdzie: $C_{\min}$ – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert $C_{\text{of}}$ – cena zł brutto podana w badanej ofercie $W_c$ – waga kryterium cena												
2. Termin realizacji zamówienia	Punkty w kryterium oceny ofert – 40% (40 pkt)												
	<table border="1"><thead><tr><th>Termin realizacji</th><th>30 dni</th><th>25-29 dni</th><th>20-24 dni</th><th>15-19 dni</th><th>14 dni i mniej</th></tr></thead><tbody><tr><td>Liczba punktów</td><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td></tr></tbody></table>	Termin realizacji	30 dni	25-29 dni	20-24 dni	15-19 dni	14 dni i mniej	Liczba punktów	0	10	20	30	40
	Termin realizacji	30 dni	25-29 dni	20-24 dni	15-19 dni	14 dni i mniej							
Liczba punktów	0	10	20	30	40								
Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty. W przypadku braku wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji (30 dni). Podanie terminu realizacji dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.													

**Dotyczy części 11:**

1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2.	Okres gwarancji	20%
3.	Termin realizacji zamówienia	20%

2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:

Nr i nazwa kryterium	Wzór:												
1. Cena	Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)												
	Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * W_c * 100$ , gdzie: $C_{min}$ – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert $C_{of}$ – cena zł brutto podana w badanej ofercie $W_c$ – waga kryterium cena												
2. Okres gwarancji	Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Okres gwarancji</th> <th>24 miesiące</th> <th>36 miesięcy</th> <th>48 miesięcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liczba punktów</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Okres gwarancji	24 miesiące	36 miesięcy	48 miesięcy	Liczba punktów	0	10	20				
	Okres gwarancji	24 miesiące	36 miesięcy	48 miesięcy									
Liczba punktów	0	10	20										
Uwaga! Oferowany okres gwarancji należy wskazać w formularzu asortymentowo-cenowym. W przypadku braku wskazania okresu gwarancji lub podania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona.													
3. Termin realizacji zamówienia	Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Termin realizacji</th> <th>30 dni</th> <th>25-29 dni</th> <th>20-24 dni</th> <th>15-19 dni</th> <th>14 dni i mniej</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liczba punktów</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>	Termin realizacji	30 dni	25-29 dni	20-24 dni	15-19 dni	14 dni i mniej	Liczba punktów	0	5	10	15	20
	Termin realizacji	30 dni	25-29 dni	20-24 dni	15-19 dni	14 dni i mniej							
Liczba punktów	0	5	10	15	20								
Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty. W przypadku braku wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji (30 dni). Podanie terminu realizacji dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.													

- Po dokonaniu ocen w danej części, punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów dotyczących tej części zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny w danej części zamówienia stanowić będzie końcową ocenę oferty w tej części.
  - Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
  - Za ofertę najwyższej ocenioną w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w tej części.
  - Ocenie będą podlegały wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
  - Zamawiający poprawi w ofercie:
    - oczywiste omyłki pisarskie,
    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**Jest:**

## **Rozdział 19. Kryteria i sposób oceny ofert**

**Dotyczy części od 1 do 8 i 10:**

1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2.	Termin realizacji zamówienia	40%

2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:

Nr i nazwa kryterium	Wzór:												
1. Cena	Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)												
	Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * W_c * 100$ , gdzie: $C_{min}$ – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert $C_{of}$ – cena zł brutto podana w badanej ofercie $W_c$ – waga kryterium cena												
2. Termin realizacji zamówienia	Punkty w kryterium oceny ofert – 40% (40 pkt)												
	<table border="1"><thead><tr><th>Termin realizacji</th><th>30 dni</th><th>25-29 dni</th><th>20-24 dni</th><th>15-19 dni</th><th>14 dni i mniej</th></tr></thead><tbody><tr><td>Liczba punktów</td><td>0</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td></tr></tbody></table>	Termin realizacji	30 dni	25-29 dni	20-24 dni	15-19 dni	14 dni i mniej	Liczba punktów	0	10	20	30	40
	Termin realizacji	30 dni	25-29 dni	20-24 dni	15-19 dni	14 dni i mniej							
Liczba punktów	0	10	20	30	40								
Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty. W przypadku braku wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji (30 dni). Podanie terminu realizacji dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.													

**Dotyczy części 9:**

1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2.	Termin realizacji zamówienia	40%

2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:

Nr i nazwa kryterium	Wzór:
1. Cena	Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
	Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * W_c * 100$ , gdzie: $C_{min}$ – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert $C_{of}$ – cena zł brutto podana w badanej ofercie $W_c$ – waga kryterium cena
	Punkty w kryterium oceny ofert – 40% (40 pkt)

<b>2. Termin realizacji zamówienia</b>	Termin realizacji	60 dni	45-59 dni	30-44 dni	15-29 dni	14 dni i mniej
	Liczba punktów	0	10	20	30	40
	Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty. W przypadku braku wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji (60 dni). Podanie terminu realizacji dłuższego niż 60 dni spowoduje odrzucenie oferty.					

**Dotyczy części 11:**

- Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
1.	Cena	60%
2.	Okres gwarancji	20%
3.	Termin realizacji zamówienia	20%

- Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:

Nr i nazwa kryterium	Wzór:												
<b>1. Cena</b>	Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)												
	Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * W_c * 100$ , gdzie: $C_{min}$ – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert $C_{of}$ – cena zł brutto podana w badanej ofercie $W_c$ – waga kryterium cena												
<b>2. Okres gwarancji</b>	Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)												
	<table border="1"> <tr> <td>Okres gwarancji</td> <td>24 miesiące</td> <td>36 miesięcy</td> <td>48 miesięcy</td> </tr> <tr> <td>Liczba punktów</td> <td>0</td> <td>10</td> <td>20</td> </tr> </table>	Okres gwarancji	24 miesiące	36 miesięcy	48 miesięcy	Liczba punktów	0	10	20				
	Okres gwarancji	24 miesiące	36 miesięcy	48 miesięcy									
Liczba punktów	0	10	20										
Uwaga! Oferowany okres gwarancji należy wskazać w formularzu asortymentowo-cenowym. W przypadku braku wskazania okresu gwarancji lub podania okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące, oferta zostanie odrzucona.													
<b>3. Termin realizacji zamówienia</b>	Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)												
	<table border="1"> <tr> <td>Termin realizacji</td> <td>30 dni</td> <td>25-29 dni</td> <td>20-24 dni</td> <td>15-19 dni</td> <td>14 dni i mniej</td> </tr> <tr> <td>Liczba punktów</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> </table>	Termin realizacji	30 dni	25-29 dni	20-24 dni	15-19 dni	14 dni i mniej	Liczba punktów	0	5	10	15	20
	Termin realizacji	30 dni	25-29 dni	20-24 dni	15-19 dni	14 dni i mniej							
Liczba punktów	0	5	10	15	20								
Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty. W przypadku braku wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji (30 dni). Podanie terminu realizacji dłuższego niż 30 dni spowoduje odrzucenie oferty.													

- Po dokonaniu ocen w danej części, punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów dotyczących tej części zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny w danej części zamówienia stanowić będzie końcową ocenę oferty w tej części.

4. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (bez zaokrągleń).
  5. Za ofertę najwyższej ocenioną w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w tej części.
  6. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
  7. Zamawiający poprawi w ofercie:
    - 1) oczywiste omyłki pisarskie,
    - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
    - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

**Pytanie nr 4:**

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Część 9 - Wideolaryngoskop: Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskopu z łyżkami wielorazowymi z tworzywa sztucznego (do 10 krotnej sterylizacji), dostępnymi w 4 rozmiarach pokrywających szeroki zakres pacjentów: niemowlęca, pediatryczna, dla dorosłych, dla otyłych dorosłych?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

*Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.*

**Pytanie nr 5:**

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracamy się o wyjaśnienie Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie Część 9 - Wideolaryngoskop: Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści wideolaryngoskop z wbudowaną diodą LED 1500 lux?

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

*Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.*

**Pytanie nr 6:**

Część 7 - Defibrylator nr 1

I. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z pojemnością akumulatora wystarczającą na co najmniej 240 minut ciągłego monitorowania lub 120 defibrylacji z energią 360 J?

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

*Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.*

**Pytanie nr 7:**

Część 7 - Defibrylator nr 1

II. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z defibrylacją półautomatyczną, bez możliwości programowania energii 1, 2 i 3? Oferowany defibrylator posiada prosty w użyciu system wyboru energii defibrylacyjnej na płycie głównej urządzenia (zmiana pokrętkiem lub przyciskami plus/minus) oraz na łyżkach twardych.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

*Zamawiający nie wyraża zgody.*

**Pytanie nr 8:**

Część 7 - Defibrylator nr 1

III. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator z możliwością transmisji danych poprzez eksport na przenośny dysk USB?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Część 7 - Defibrylator nr 1

IV. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator bez algorytmu wykrywającego ruch pacjenta w trybie półautomatycznym?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Część 7 - Defibrylator nr 1

V. Czy Zamawiający dopuści do przetargu defibrylator ze wzmocnieniem sygnału EKG na 6 poziomach oraz możliwością ustawienia wyboru AUTO?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11:

**Dot. wszystkich części**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów równoważnych?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładanych i zrozumiałych określeń. Zamawiający nie wskazał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Zamawiający dopuszcza wyroby, które są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 12:

**Część nr 2 poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawkę o pojemności 6 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

**Część nr 2 poz. 22**

Czy Zamawiający dopuści ampułkostrzykawkę o pojemności 11 ml?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

**Część nr 2 poz. 33**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do porodu o składzie:

- 1x kocyk flanelowy, 160x75 cm
- 1x serweta z laminatu Blue Special, 90x75 cm
- 1x serwetka włókninowa, 80x60 cm
- 1x podkład higieniczny Seni Soft Super, 90x60 cm
- 1x podkład higieniczny Seni Soft Super, 60x60 cm
- 10x kompres gazowy 17-nitkowy, 12-warstwowy, 10x20 cm
- 1x nożyczki metalowe Iris, proste, ostro-ostre, 11 cm



- 1x nożyczki metalowe do cięcia pępowiny, 10,5 cm
- 1x nożyczki metalowe do episiotomii Weldmann, ostro-tępe, znaczone kolorem, 18 cm
- 1x kleszczyki metalowe do igły Mayo Hegar, proste, znaczone kolorem, 20 cm
- 1x pęseta metalowa chirurgiczna Gillies, znaczone kolorem, 15 cm
- 2x zacisk do pępowiny, 5,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

**Część nr 2 poz. 34**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1x serweta z laminatu Blue Special, 150x90 cm
- 1x serweta włókninowa, 80x60 cm
- 1x kocyk flanelowy, 160x75 cm
- 1x podkład higieniczny Seni Soft Super, 90x60 cm
- 1x czapeczka dla noworodka, bawełniana, roz. 38
- 1x kleszczyki plastikowe Pean, niebieskie, 13 cm
- 1x nożyczki metalowe Mayo Stille, proste, tępo-tępe, znaczone kolorem, 17 cm
- 1x pojemnik plastikowy typu "nerka", pojemność: 700 ml
- 5x tupfer gazowy "kula", 17-nitkowy, 30x30 cm
- 5x kompres włókninowy, 4-warstwowy, 10x20 cm
- 2x rękawica lateksowa Ambulex P, niepodrowana, roz. M
- 1x centymetr do mierzenia noworodka, papierowy, 1x68 cm
- 1x zacisk do pępowiny, 5,5 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

**Część nr 2 poz. 74**

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Luer Lock 50ml?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

**Część nr 2 poz. 77**

Czy Zamawiający dopuści igłę do portów wyposażoną w skrzydełka?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

**Część nr 5 poz. 3**

Czy Zamawiający może wskazać oczekiwany rozmiar okładu?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Oczekiwany rozmiar okładu: min. 15-20 cm x 25-30 cm.

Pytanie nr 19:

**Część nr 6 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści oświetlacz naczyniowy LEDowy zawierający 9 diod czerwonych i 24 diody pomarańczowe?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

*Zamawiający dopuszcza.*

**Wobec powyższego, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, co skutkuje, że zmianie w SWZ ulegają:**

**W rozdziale 17. Termin składania i otwarcia ofert:**

**Było:**

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia **27.10.2023 r. godz. 10.00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.10.2023 r. godz. 10.05** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.

**Jest:**

1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia **02.11.2023 r. godz. 10.00** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **02.11.2023 r. godz. 10.05** za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Tarnowskiej.

**W rozdziale 18. Termin związania ofertą:**

**Było:**

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **25.11.2023 r. włącznie**, czyli przez 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

**Jest:**

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia **01.12.2023 r. włącznie**, czyli przez 30 dni licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert.

**Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia treści SWZ oraz zmiana treści SWZ stanowią integralną część SWZ oraz są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

**Rektor Akademii Tarnowskiej  
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni**

Otrzymują:

1x strona internetowa prowadzonego postępowania.

1x aa