



Zachodnie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 3, 66-600, Krosno Odrzańskie,  
www.szpitalzcm.pl email: sekretariat@szpitalzcm.pl tel. 68 419 75 80

## Do wszystkich wykonawców

Nasz znak: ZCM – ZP.270.35.2024.TP

Krosno Odrz. 11.10.2024r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zachodniego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim” – Nr Sprawy ZCM – ZP.270.35.2024.TP**

### Wyjaśnienia

#### Pytanie nr 1

##### Dotyczy Pakiet nr. 4 poz. 1 i 2

Czy zamawiający dopuści do oceny produkt w formie powlekanego granulatu, o dobrym działaniu czyszczącym, brak utwardzania białek, odpowiedni dla materiałów typu stal nierdzewna, anodowane aluminium, tworzywa sztuczne (włącznie z silikonem). Zawierający w swoim składzie min. nadwęglan sodu oraz kwas cytrynowy; Wykazujący działanie bakteriobójcze (EN 13727, EN 14561, drożdżakobójcze (EN 13624), wirusy osłonkowe (EN 14476) oraz sporobójcze w stężeniu użytkowym 1% w czasie do 15 minut, wykazujący działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze (EN 14348, EN 14563), wirusobójcze, sporobójcze (EN 13704) w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, pH: 7,6-7,9; Roztwór roboczy kontrolowany za pomocą pasków testowych; Konfekcjonowany w opakowaniu typu wiadro 2 kg i 8 kg (w każdym wiadrze znajduje się kubeczek do dozowania), z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania, wyrób medyczny kl IIb?

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z SWZ.

#### Pytanie nr 2

##### Dotyczy Pakiet nr 4, poz. 3

Czy zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych; W skład preparatu wchodzi: kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), chlorek didecyldimetyloamonu, propionian, niejonowe i kationowe związki powierzchniowo czynne, związki chelatujące; Spektrum działania: B, Y, V (HIV/HBV/HCV, Herpes simplex, Vaccinia, Tbc – 10 min. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%, o neutralnym pH, narzędzia mogą być bezpiecznie przechowywane w roztworze do 72h; Wyrób medyczny kl IIb. Konfekcjonowany w butelce 1l z dozownikiem przelewowym?

#### Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z SWZ.

**Prezes Zarządu - Jolanta Siwicka**