



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach
im. św. Jana Pawła II**

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51

(41) 260-42-00 Fax. (41) 260-42-05
NIP:657-18-13-314 REGON: 290391139



zoz@zozmswiakielce.pl

www.zozmswiakielce.pl

Kielce, dnia 24 września 2024 r.

Znak postępowania: **08/PN/2024**

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa asortymentu na potrzeby oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im.św. Jana Pawła II”

SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II działając na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm.), udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców w ramach wyżej wymienionego postępowania:

Pytanie 1:

Dotyczy: części 13 poz. 1. Prosimy o dopuszczenie hełmu z możliwością regulacji wysokości i kąta hełmu w celu uzyskania neutralnej linii szyi za pomocą 4 regulowanych pokręteł przy lusterku. Możliwość regulacji w zakresie 3-5 cm.



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wskazanego w pytaniu asortymentu. Asortyment w części 13 poz. 1. pozostaje bez zmian, zgodnie z SWZ

Pytanie 2:

Dotyczy części 13, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie poduszki o wymiarach 312 x 224 x146 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wskazanego w pytaniu asortymentu. Asortyment w części 13 poz. 2. pozostaje bez zmian, zgodnie z SWZ

Pytanie 3:


Dotyczy części 13, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie poduszek pakowanych indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza poduszki pakowane indywidualnie w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. Pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SWZ

Pytanie 4:

Dotyczy części 13, poz.2 Prosimy o odstąpienie od wymogu „poduszka wyposażona w instrukcję użycia na opakowaniu indywidualnym”, w przypadku gdy instrukcja użytkowania znajduje się na opakowaniu zbiorczym.



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Asortyment w części 13 poz. 2. pozostaje bez zmian, zgodnie z SWZ.

Z-CIA DYREKTORA
ds. Medycznych
SP ZOZ MSWiA w Wielcach
im. św. Józefa
Andrzej Ozimirski