



Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Anna Ekert-Tyszewicz  
Zastępca Dyrektora  
Biura Budżetu i Administracji

Warszawa, 8 czerwca 2021 r.

**BBA-2.262.12.2021**

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na **Badanie próbek kotłów na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, pod kątem spełniania wymagań rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wniosek:**

Dzień dobry,

Nazywam się \*\*\*\*\* i jestem kierownikiem\*\*\*\*\*.

Nasze laboratorium posiada akredytację na normę PN-EN 303-5:2012 w zakresie badań:

- a) sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń
- c) emisji organicznych związków gazowych dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń,
- d) emisji tlenku węgla dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń,
- e) emisji tlenków azotu, wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń.

W roku 2021 w dniach od 26.04. do 7.05 mieliśmy audyt PCA na którym rozszerzaliśmy zakres akredytacji o badania:

- b) emisji cząstek stałych dotyczących sezonowego ogrzewania pomieszczeń. zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Audyt w tym obszarze zakończył się wynikiem pozytywnym, niemniej jednak na dokument w postaci zakresu akredytacji wystawiony przez PCA, który potwierdzi ten fakt niestety musimy poczekać. Przewidujemy iż nowy zakres akredytacji uzyskamy realnie w okolicach



połowy lipca 2021 r. Możemy wystawić dokument, podpisany przez Dyрекcję \*\*\*\*\* oraz przez Pełnomocnika do spraw zarządzania jakością potwierdzający przytoczony wyżej fakt, że akredytacji zakończyła się pozytywnie bez niezgodności. W związku z powyższym mam pytanie, czy nasza oferta z dołączonym takim oświadczeniem będzie brana pod uwagę, pomimo że na dzień dzisiejszy nie posiadamy potwierdzonej zapisem w zakresie akredytacji, akredytacji na badania emisji cząstek stałych?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** wymaga, aby Wykonawca posiadał akredytację PCA lub innego równoważnego (europejskiego) ośrodka, na przeprowadzanie badań laboratoryjnych kotłów na paliwo stałe z zastosowaniem metod określonych w normie PN-EN 303-5. Oznacza to, że w momencie realizacji badań próbek, Wykonawca powinien posiadać akredytację na przeprowadzenie badań zgodnie z akredytowanymi metodami, a każde sprawozdanie z badań powinien opatrzyć symbolem akredytacji PCA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/uokik> do dnia 11 czerwca 2021 r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert następuje w dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 11 czerwca 2021 r. o godz. 11:15.

Z poważaniem,

Anna Ekert-Tyszewicz  
Zastępca Dyrektora  
Biura Budżetu i Administracji  
*/podpisano elektronicznie/*