



Jaworzyna Śląska 18.08.2023 r.

IGK.271.9.2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku z pytaniami skierowanymi do Zamawiającego w postępowaniu pn. „Dostawa wyposażenia do Centrum Rehabilitacji w Jaworzynie Śląskiej w ramach zadania „Rozbudowa budynku Samorządowej Przychodni Zdrowia w Jaworzynie Śląskiej na potrzeby Centrum Rehabilitacji””, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytania:

Dot. część 1 – zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń medycznych - komora hiperbaryczna.

Czy zamawiający dopuści komorę hiperbaryczną miękką bez medycznego certyfikatu CE zgodnego z dyrektywą 93/42/EWG?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z rozdziałem XX SWZ, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że zaoferowane wyroby posiadają deklarację zgodności Certyfikatu CE lub certyfikatu równoważnego lub inne dokumenty, z których będzie wynikało, że przedmiot zamówienia został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski. Zamawiający nie dopuszcza dostawy sprzętu bez certyfikatu CE.

Z up. BURMISTRZA
Katarzyna Grzelik
KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

