



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**  
42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29  
Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29  
Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00  
REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

SP ZOZ/DZ/33/2023/2

Myszków, 27.03.2023 r.

**WYJAŚNIENIE – MODYFIKACJA 2**

*dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy pn.:*

**Dostawy materiałów opatrunkowych dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie**

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 18.03.2023 r.,  
pod nr 2023/BZP 00141515/01

W związku z wniesionymi zapytaniem, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi.

**Pytanie 1: „dotyczy Pakietu nr 8**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z włókniny 30g/m<sup>2</sup>, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SWZ?”*

**Odpowiedź 1:**Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kompresów o charakterystyce opisanej w pytaniu.

**Pytanie 2: „dotyczy pakietu nr 14 Poz 10**

*Czy zamawiający dopuści opatrunek w nowszej technologii z nacięciami, opatrunek fleksyjny dopasowujący się do ciała pacjenta. Reszta parametrów bez zmian?”*

**Odpowiedź 2:**Zamawiający dopuszcza zaproponowany opatrunek, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 3: „dotyczy pakietu nr 14 Poz. 11**

*Czy zamawiający dopuści opatrunek w nowszej technologii z nacięciami, opatrunek fleksyjny dopasowujący się do ciała pacjenta w rozmiarze 15x15cm. Reszta parametrów bez zmian?”*

**Odpowiedź 3:**Zamawiający dopuszcza zaproponowany opatrunek w opisanym rozmiarze, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 4: „Pakiet nr 13 Podkłady higieniczne**

*Czy Zamawiający dopuści całkowicie podfoliowane (także zakładki / skrzydła) podkłady o następujących parametrach: wymiary całkowite - 70 x 180 cm, wymiar warstwy chłonnej – 60 x 80 cm, chłonność – 1.750 ml? Podkład zawiera superabsorbent, dzięki któremu zawilgocona powierzchnia staje się bardziej sucha.”*

**Odpowiedź 4:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ – nie dopuszcza asortymentu o charakterystyce opisanej w pytaniu.

**Pytanie 5: „Pakiet nr 13 Podkłady higieniczne**

*Czy Zamawiający dopuści całkowicie podfoliowane (także zakładki / skrzydła) podkłady o następujących parametrach: wymiary całkowite – 80 x 180 cm, wymiar warstwy chłonnej – 80 x 90*



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

*cm, chłonność – 1.600 ml? Podkład zawiera superabsorbent, dzięki któremu zawilgocona powierzchnia staje się bardziej sucha.*

**Odpowiedź 5:** Zamawiający nie zmienia wymagań określonych w SWZ – nie dopuszcza asortymentu o charakterystyce opisanej w pytaniu.

**Pytanie 6:** „*Pakiet 1 poz. 7: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opaski z 1 zapinką? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ*”

**Odpowiedź 6:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opaski z 1 zapinką, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 7:** „*Pakiet 1 poz. 12: Czy Zamawiający dopuści watę 100% bawełnianą 500 gram z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?*”

**Odpowiedź 7:** Zamawiający dopuszcza watę 100% bawełnianą 500 gram z przeliczeniem zamawianych ilości opakowań. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 8:** „*Pakiet 1 poz.12: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.*”

**Odpowiedź 8:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 9:** „*„Pakiet 1 poz.13: Czy Zamawiający dopuści watę 100% bawełnianą 500 gram?*”

**Odpowiedź 9:** Zamawiający dopuszcza watę 100% bawełnianą 500 gram. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 10:** „*Pakiet 1 poz.13: Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.*”

**Odpowiedź 10:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 11:** „*Pakiet 1, poz. 15: Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie danej pozycji z pakietu? Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie konkurentów.*”

**Odpowiedź 11:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z Pakietu nr 1 poz. 15.

**Pytanie 12:** „*Pakiet 1, poz. 15: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wyrobu niemedyycznego*”

**Odpowiedź 12:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 13:** „*Pakiet 5 poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?*”

**Odpowiedź 13:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane pieluchomajtki, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 14:** „*Pakiet 5 poz. 1,2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających dwa elastyczne ściągacze taliowe, które umożliwiają bardzo dobre dopasowanie pieluchomajtki do ciała pacjenta?*”

**Odpowiedź 14:** Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 1 dla pakietu nr 5 poz. 1 oraz 2 do brzmienia:

- Poz. 1: „*Pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2500g. Pieluchomajtki wykonane z materiału przepuszczającego powietrze na całej powierzchni. Pieluchomajtki musi posiadać minimum 1 ściągacz taliowy, absorbent pochłaniający zapach, przylepco-rzepy samoprzylepne, wielorazowego użytku. Rozmiar "L."*”

- Poz. 2: „*Pieluchomajtki dla dorosłych o minimalnej chłonności 2200g. Pieluchomajtki wykonane z materiału przepuszczającego powietrze na całej powierzchni. Pieluchomajtki musi posiadać minimum 1 ściągacz taliowy, absorbent pochłaniający zapach, przylepco-rzepy samoprzylepne, wielorazowego użytku. Rozmiar "M."*”

Zmodyfikowana treść załącznika nr 1.1 dla pakietu nr 5 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika.

Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ z uwzględnieniem niniejszej modyfikacji, dopuszcza zaproponowane pieluchomajtki, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ z uwzględnieniem niniejszej modyfikacji.

**Pytanie 15:** „*Pakiet 7, poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej wyposażonej dodatkowo w tasiemkę, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?*”

**Odpowiedź 15:** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie serwety operacyjnej wyposażonej dodatkowo w tasiemkę, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 16:** „*Pakiet 7, poz. 7,8: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania setonów wykonanych z gazy bawełnianej, 4 warstwowej, 17-nitkowej, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?*”



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

**Odpowiedź 16:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaoferowanie setonów wykonanych z gazy bawelnianej, 4 warstwowej, 17-nitkowej, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 17:** „*Pakiet 8poz. 1-6 : Czy Zamawiający może potwierdzić, że oczekuje zaoferowania kompresów sterylizowanych parą wodną w nadciśnieniu? Metoda sterylizacji wyrobów chłonnych zalecana przez: Farmakopea Polska wydanie VII 2006, tom I.*”

**Odpowiedź 17:** Zamawiający nie określił metody sterylizacji – nie zmienia treści SWZ w tym zakresie, dopuszcza zaoferowanie kompresów sterylizowanych parą wodną w nadciśnieniu.

**Pytanie 18:** „*Pakiet 8 poz. 1-6: Czy Zamawiający mógłby potwierdzić, że wymaga aby jednostkowe opakowania posiadały wskaźnik wysterylizowania produktu? Taki wskaźnik jest bardzo ważny i daje użytkownikowi pewność, że produkty były poprawnie wysterylizowane i są jałowe.*”

**Odpowiedź 18:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaoferowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ.

**Pytanie 19:** „*Pakiet 9poz. 1-2: Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania gazy kopertowanej sterylizowanej parą wodną w nadciśnieniu? Metoda sterylizacji wyrobów chłonnych zalecana przez: Farmakopea Polska wydanie VII 2006, tom I.*”

**Odpowiedź 19:** Zamawiający nie określił metody sterylizacji – nie zmienia treści SWZ w tym zakresie, dopuszcza zaoferowanie gazy kopertowanej sterylizowanej parą wodną w nadciśnieniu.

**Pytanie 20:** „*Pakiet 13:*

*Czy Zamawiający zgodzi się na wprowadzenie tolerancji w rozmiarze wkładu chłonnego do +/- m cm i dopuści do oceny podkład z wkładem chłonnym w rozmiarze 82 cm x 58 cm ?”*

**Odpowiedź 20:** Zamawiający dopuszcza podkład z wkładem chłonnym w rozmiarze 82 cm x 58. pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 21:** „*do umowy:*

*Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych w §9pkt.1 a) z 1% do 0,5%?”*

**Odpowiedź 21:** Zamawiający wskazuje, że postanowienia § 9 umowy dotyczą warunków zmiany umowy, a nie wysokości kar. Ponadto żadna z kar umownych nie wynosi 1%, stąd brak możliwości odniesienia się do pytania Wykonawcy.

**Pytanie 22:** „*do umowy: §3 pkt.14 ppkt.1 – Czy Zamawiający dopuści termin rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych? Termin rozpatrzenia reklamacji nie jest parametrem ocenianym a Zamawiający zamieścił we wzorze umowy miejsce do uzupełnienia oraz zapis „wg oferty”. Wnosimy o zmianę zapisów w tym zakresie.*”

**Odpowiedź 22:** Zamawiający modyfikuje treść postanowienia § 3 ust. 14 pkt 1 do brzmienia: „14. Termin rozpatrzenia reklamacji będzie wynosił:



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

*1) do 5 dni roboczych – od dnia otrzymania zawiadomienia w przypadku reklamacji dotyczącej braków ilościowych, bądź związanych z nieprzyjęciem dostawy towaru w naruszonym opakowaniu;”. Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy zawieranej z Wykonawcą.*

**Pytanie 23:** *„Pakiet nr 1 Czy zamawiający dopuści w poz. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, kompresy niejałowe sklasyfikowane w klasie I reguła 4, ponieważ zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 i reklasyfikowała produkty, które były objęte klasą IIa regułą 7, do klasy I reguła 4, prosimy o odstąpienie od wymogu klasyfikacji kompresów klasa IIa reguła 7. Produkty z dniem wejścia w życie MDR muszą spełnić wymogi zgodne z rozporządzeniem.*

*Jeśli zamawiający nie odstąpi od wymogu klasa IIa reguła 7, proszę o argumentację podjętej decyzji.”*

**Odpowiedź 23:** **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycjach określonych w pytaniu kompresów niejałowych sklasyfikowanych w klasie I reguła 4, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 24:** *„Pakiet 1, poz. 1-4 Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.”*

**Odpowiedź 24:** **Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pozycjach określonych w pytaniu wyrobów z gazy sklasyfikowanych w klasie I reguła 4, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.**

**Pytanie 25:** *„Czy zamawiający wydzieli poz.1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.”*

**Odpowiedź 25:** **Zamawiający nie wydzieli poz.1-4 z Pakietu nr 1 do osobnego pakietu.**

**Pytanie 26:** *„Pakiet 8, poz. 1-6 Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 30 g/m<sup>2</sup>? Czy zamawiający dopuści kompresy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? nCzy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?’”*

**Odpowiedź 26:** **Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.**

**Pytanie 27:** *„Pakiet 9, poz. 1-2 Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.”*

**Odpowiedź 27:** **Zamawiający nie wydzieli poz. 1-2 z Pakietu nr 9 do osobnego pakietu.**

**Pytanie 28:** *„dotyczy SWZ*

*W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu*



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

*prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów."*

**Odpowiedź 28: Zamawiający nie będzie sprawdzał warunków magazynowania i transportu.**

**Pytanie 29: „dotyczy SWZ**

*Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?"*

**Odpowiedź 29: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga, zaproponowanego rozwiązania.**

**Pytanie 30: „dotyczy SWZ**

*Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?"*

**Odpowiedź 30: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, poza określonymi w SWZ – nie wyklucza możliwości wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej.**

**Pytanie 31: „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 1) pieluchomajtki w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 140cm)?"**

**Odpowiedź 31: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, poza określonymi w SWZ - dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.**

**Pytanie 32: „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 2) pieluchomajtki w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm (rekomendowany obwód bez rozciągania co najmniej 120cm)?"**

**Odpowiedź 32: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, poza określonymi w SWZ - dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.**

**Pytanie 33: „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5 pozycje: 1 - 2) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych i bocznych mikcjach?"**

**Odpowiedź 33: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań, poza określonymi w SWZ – dopuszcza zaofiarowanie w pozycjach określonych w pytaniu asortymentu o charakterystyce opisanej w pytaniu, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

**Pytanie 34:** „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5 pozycje: 1 - 2) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Brak co najmniej jednego ściągacza (tylnego) nie zapewnia właściwego przylegania pieluch do ciała pacjenta i niesie ryzyko wyciekania zawartości pieluchy u pacjentów leżących.”

**Odpowiedź 34:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14, Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1 dla pakietu nr 5 poz. 1 oraz 2. Zmodyfikowana treść załącznika nr 1.1 dla pakietu nr 5 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika.

**Pytanie 35:** „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5 pozycje: 1 - 2) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.”

**Odpowiedź 35:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 36:** „Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5 pozycje: 1 - 2) pieluchomajtek dla dorosłych posiadających system szybkiego wchłaniania, który zapewnia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu i utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Brak systemu szybkiego wchłaniania powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz nie jest w pełni wchłaniany, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak systemu szybkiego wchłaniania naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.”

**Odpowiedź 36:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 37:** „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycje 1 - 2) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone we wskaźnik wilgotności w postaci jednego żółtego paska, który zmienia kolor na kolor niebieski w miarę napełniania produktu moczu (pozbawione czarnego napisu w postaci daty i serii produkcji, który rozplywa się pod wpływem moczu i jest imitacją wskaźnika chłonności a dodatkowo może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?).”

**Odpowiedź 37:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 38:** „Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycje 1 - 2) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

*miejskach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtki nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.”*

**Odpowiedź 38:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14, Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 1 dla pakietu nr 5 poz. 1 oraz 2. Zmodyfikowana treść załącznika nr 1.1 dla pakietu nr 5 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Składając ofertę należy posłużyć się zmodyfikowaną treścią załącznika.

**Pytanie 39:** *„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 3) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dzieci, które posiadają miejsce we wkładzie chłonnym na pępowinę, które zapewnia ochronę i zabezpieczenie kikutu pępowinowego noworodka oraz daje możliwość kontrolowania procesu gojenia się bez konieczności odpinania pieluchy i jest równoważne z wycięciem na pępowinę w pieluszcze?”*

**Odpowiedź 39:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 40:** *„Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje 3 - 4) pieluchomajtek dla dzieci, które posiadają ściągacz taliowy (tylny)? Brak tylnego ściągacza taliowego niesie ryzyko wyciekania zawartości pieluszki szczególnie u leżących dzieci.”*

**Odpowiedź 40:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane pieluchomajtki, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.

**Pytanie 41:** *„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycje 3 i 4) możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci wystawionych przez producenta?”*

**Odpowiedź 41:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ. Wymaga, by cały zaferowany asortyment posiadał oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974).

Jednocześnie Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w treści Części IV ust 3 pkt 4 SWZ poprzez odwołanie do prawidłowego aktu prawnego. Skorygowane zdanie otrzymuje brzmienie: **„Cały zaferowany asortyment posiada oznaczenie CE oraz aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 poz. 974).”**

**Pytanie 42:** *„Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 3) pieluchomajtki dla dzieci pakowane po 24 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”*

**Odpowiedź 42:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązania. W przypadku zaferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaferowano w danej pozycji.





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

---

**Pytanie 43:** „Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 5, pozycja 4) pieluchomajtki dla dzieci pakowane po 86 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?”

**Odpowiedź 43:** Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 44:** „PAKIET NR 2 Poz. nr 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych pakowanych po 2 sztuki w opakowanie zgrzewane, o czasie wiązania 2-3,5min. i poziomie wysycenia masą gipsową min. 89%?”

**Odpowiedź 44:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

**UWAGA! Pytania nr 45-49 dotyczą pakietu nr 3.**

**Pytanie 45:** „Poz. nr 4, 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego oraz pianki przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP?”

**Odpowiedź 45:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyroby. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 46:** „Poz. nr 10 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 2cm, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – palec; dzieci – dłoń, ręka, noga, stopa? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź 46:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyroby. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 47:** „Poz. nr 11 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 3cm, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – dłoń, ręka; dzieci – głowa? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź 47:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyroby. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 48:** „Poz. nr 12 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 5cm, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – noga, stopa; dzieci – tułów? Pozostałe parametry bez zmian.”

**Odpowiedź 48:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyroby. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

**Pytanie 49:** „*Poz. nr 13 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową w formie rękawa, o szerokości 6,5cm, ze wskazaniem do zastosowania odpowiednio: dorośli – głowa; dzieci – tułów? Pozostałe parametry bez zmian.*”

**Odpowiedź 49:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane wyroby. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.

**Pytanie 50:** „*Pakiet nr 3, poz. 9*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 9 do odrębnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi złożenie ofert na tę pozycję większej liczbie wykonawców.*”

**Odpowiedź 50:** Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu nr 3 do odrębnego pakietu.

**Pytanie 51:** „*Pakiet nr 7, poz. 1*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie serwet pakowanych po 2szt z przeliczeniem podanych ilości, spełniających pozostałe wymagania SWZ?*”

**Odpowiedź 51:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 52:** „*Pakiet nr 7, poz. 1*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie serwet w rozmiarze 75x90cm?*

**Odpowiedź 52:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 53:** „*Pakiet nr 7, poz. 4*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie kompresów z nitką RTG?*”

**Odpowiedź 53:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.

**Pytanie 54:** „*Pakiet nr 7, poz. 4*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie kompresów w opakowaniu a'20szt bez przewiązania po 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?*”

**Odpowiedź 54:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 55:** „*Pakiet nr 7, poz. 5*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie kompresów w opakowaniu a'20szt bez przewiązania po 10 sztuk?*”

**Odpowiedź 55:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 56:** „*Pakiet nr 7, poz. 5*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofiarowanie kompresów z nitką RTG?*

**Odpowiedź 56:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaofiarowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofiarowano w danej pozycji.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

**Pytanie 57:** „Pakiet nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu bez etykiet samoprzylepnych?”

**Odpowiedź 57:**Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 58:** „Pakiet nr 7, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów w opakowaniu a'10szt bez przewiązania z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

**Odpowiedź 58:**Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 59:** „Pakiet nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupperów z nitką RTG?”

**Odpowiedź 59:**Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 60:** „Pakiet nr 7, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupperów pakowanych po 5szt w torebkę papierowo-foliową, z przeliczeniem podanych ilości?”

**Odpowiedź 60:**Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 61:** „Pakiet nr 7, poz. 9-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu ocznego włókninowego z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, nieprzylepny, owalny. Każdy opatrunek pakowany indywidualnie w opakowanie jednostkowe papier-papier. Na każdym opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku, rozmiar 5,5 cm x 7,5 cm?”



**Odpowiedź 61:**Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaoferowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.

**Pytanie 62:** „Pakiet nr 7, poz. 9-10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku wyspowego, chirurgicznego, jałowego, samoprzylepnego do zabezpieczania oka. Wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W MYSZKOWIE**

**42-300 Myszków ul. Aleja Wolności 29**

Dyrekcja: tel. / fax. (034) 313-73-29

Centrala: 34 313 88 80, 315-82-00

REGON: 000306377, NIP: 577-17-44-296

*chlönny z wiskozy i poliestru. Wkład powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier, na każdym opakowaniu obrazkowa instrukcja użycia opatrunku. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm?*



**Odpowiedź 62:** Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań poza określonymi w SWZ, dopuszcza zaproponowane rozwiązanie, pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów określonych w SWZ. W przypadku zaofierowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofierowano w danej pozycji.

**Pytanie 63:** „*Pakiet nr 9, poz. 2*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofierowanie gazy kopertowej o powierzchni 1m<sup>2</sup>?”*

**Odpowiedź 63:** Zamawiający zgodnie z opisu przedmiotem zamówienia, oczekuj zaofierowanie gazy kopertowej o długości boku 1m x 1m (kwadrat) co stanowi 1m<sup>2</sup>.

**Pytanie 64:** „*Pakiet nr 13, poz. 1*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaofierowanie podkładu chłonnego w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej, warstwy celulozowej, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP, warstwy celulozowej, niebieskiej folii PE. Chłönność min. 3820ml?”*



**Odpowiedź 64:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

**Pytanie 65:** „*Pakiet nr 13, poz. 1*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?”*

**Odpowiedź 65:** Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

**W przypadku zaofierowania asortymentu dopuszczonego niniejszym wyjaśnieniem - modyfikacją należy w formularzu cenowym nanieść stosownie skorygowane zapisy tak, by nie było wątpliwości, co zaofierowano w danej pozycji.**

Załączniki:

1. Formularz cenowy dla pakietu nr 1 – zmodyfikowany.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, **przedłużony zostaje termin składania ofert** ustalony do dnia **31.03.2023 r.** do godziny **11.00** oraz termin otwarcia ofert: w tym samym dniu o godzinie **11.15** oraz odpowiednio termin związania ofertą.

Zatwierdził

DYREKTOR

dr n. med. Adam Miśkiewicz