

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
TRYB PODSTAWOWY – ZNAK: 11/TP/21**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. – Znak: 11/TP/21

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający – w odpowiedzi na pytanie zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców – udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

| Lp. | Treść pytania | Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego |
|-----|--|--|
| 1. | <p>Dotyczy: 11/TP/21, Pakiet 5, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. <u>Zestaw o przekroju 7Fr o długości 15 cm</u> w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.</p> | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 2. | <p>Dotyczy: 11/TP/21, Pakiet 5, Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. <u>Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20 cm</u> w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.</p> | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |

| | | |
|----|---|--|
| 3. | <p>Dotyczy: 11/TP/21, Pakiet 5, Pozycja 3Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. <u>Zestaw o przekroju 8Fr o długości 15 cm</u> w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu</p> | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 4. | <p>Dotyczy: 11/TP/21, Pakiet 5, Pozycja 4Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. <u>Zestaw o przekroju 8Fr o długości 20 cm</u> w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm), strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką, rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu</p> | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 5. | <p>Dotyczy: 11/TP/21, Pakiet 11Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml 2. cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml 3. cewnik 16Fr - 26Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml <p>Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich</p> | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |

| | | |
|-----|---|--|
| | aseptyczne użytkowanie. | |
| 6. | Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w pakiecie 3 Prowadnice do trudnych intubacji typu Bougie, sterylna, jednorazowa z tętym zakrzywionym końcem, z otworem wentylacyjnym na całej długości, dodatkowo dwa porty boczne. Widoczna w rtg, z oznaczeniem centymetrowym. Rozmiar 14Fr, śr. wewn. 3mm, długość 70cm. op=10 szt. | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 7. | Pakiet 9 poz.2,3 Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie. | Zamawiający nie wydziela, zapisy SWZ bez zmian |
| 8. | Pakiet 9 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z drenem o długości 200cm. | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 9. | Pakiet 9 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wąsów z ftalanami. | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 10. | Pakiet 9 poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wąsów o długości 200cm. | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 11. | Pakiet 17 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski z drenem o długości 200cm. | Zamawiający dopuszcza długość drenu min. 200cm, pozostałe wymagania SWZ bez zmian, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 12. | Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne niesterylne spełniające pozostałe wymagania swz? | Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający informuje że oczekuje masek sterylnych lub mikrobiologicznie czystych, Zapisy SWZ bez zmian |
| 13. | Pakiet 4, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści licznik igieł z ponumerowaną siatką z jednej strony, reszta parametrów zgodnie z swz? | Zamawiający dopuszcza licznik igieł z ponumerowaną siatką z jednej strony, pozostałe wymagania SWZ bez zmian |
| 14. | Pakiet 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule z koreczkiem portu głównego posiadającego trzpień powyżej jego krawędzi, spełniające pozostałe wymagania swz? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 15. | Pakiet 9, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne niesterylne o pojedynczych rozmiarach od 0 do 5, spełniające pozostałe wymagania swz? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 16. | Pakiet 9, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści wąsy wykonane z wysokiej jakości medycznego pcv zawierającego śladowe ilości ftalanów? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 17. | Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator niesterylny bez paska o ergonomicznym kształcie oraz lekko zmrożonej powierzchni worka umożliwiającą pewny chwyt? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 18. | Pakiet 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników Foleya wyłącznie w wersji bez prowadnicy, spełniające pozostałe wymagania swz? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |

| | | |
|-----|--|--|
| 19. | Pakiet 16, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kankę z kontrolą siły ssania o długości 16cm, spełniającą pozostałe wymagania swz? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 20. | Pakiet 16, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści kankę w rozmiarze CH21 spełniającą pozostałe wymagania swz? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 21. | Pakiet 16, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5,6mm o długości 210cm z końcówkami lejek-Kapkon  ? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 22. | Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy wewnętrznej 5,6mm o długości 300cm z końcówkami lejek-lejek  ? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 23. | Pakiet 16, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300cm z końcówkami lejek-lejek spełniający pozostałe wymagania swz? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 24. | Pakiet 19, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści urządzenie z bardziej precyzyjnym filtrem bakteryjnym 0,1µm umieszczonym w dolnej części chwytnej  ? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 25. | Pakiet 20, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści stabilizator w rozmiarze 5,6 cm x 6,7 cm jak na zdjęciu:  ? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |
| 26. | Pakiet 22, pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści cewniki z rozmiarem kodowanym wyłącznie barwnie na łączniku, a cyfrowo na opakowaniu jednostkowym. Końcówki | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | elastyczne, gumowe bez wewnętrznych karbowień zapewniają precyzyjne umocowanie drenu. | | |
| 27. | Pakiet 23, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe bez znaczników głębokości w cm i poziomej linii? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ | |
| 28. | Pakiet 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych z dodatkową rurą do worka od dł. 90 cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ | |
| 29. | Pakiet 8 poz. 3 Czy Zamawiający oczekuje filtra oddechowego z wymiennikiem ciepła i wilgoci pozbawionego szkodliwych ftalanów, które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci? | Zamawiający dopuszcza nie wymaga, zapisy wymogów SWZ bez zmian | |
| 30. | Pakiet 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę anestetyczną w rozmiarach: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ | |
| 31. | Pakiet 9 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z drenem, z drenem o przekroju gwiazdkowym 200 cm, w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dzieci i dorosłych, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ | |
| 32. | Pakiet 9 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważne węży do podawania tlenu z drenem o przekroju gwiazdkowym o dł. 200 cm, w dwóch uniwersalnych rozmiarach dla dzieci i dorosłych, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ? | Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ | |
| 33. | Pakiet 10 poz. 1 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważny resuscytator dla dorosłych, z maską dla dorosłych z napompowanym mankietem, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ? 2. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora dla dorosłych z paskiem zabezpieczającym przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowanym z workiem samorozprężalny? 3. Czy Zamawiający oczekuje resuscytatora dla dorosłych z możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączy? | 1. Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z aktualnym SWZ, 2. Zamawiający nie oczekuje, Zgodnie z opisanymi wymogami SWZ, 3 Zamawiający nie oczekuje zgodnie z opisanymi wymogami SWZ | |
| 34. | Pakiet 17 poz. 1 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową dla dorosłych z workiem, z drenem doprowadzającym o długości 200cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ? 2. Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla | 1.Zamawiający dopuszcza długość drenu min. 200 cm pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z aktualnym SWZ 2.Zamawiający dopuszcza nie wymaga maski tlenowej dla dorosłych z workiem pozbawionej ftalanów oraz lateksu | |

| | | |
|-----|--|--|
| | dorostych z workiem pozbawionej szkodliwych ftalanów oraz lateksu? | |
| 35. | <p>Pakiet 17 poz. 2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową dla dzieci z workiem, z drenem doprowadzającym o długości 200cm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ? 2. Czy Zamawiający oczekuje maski tlenowej dla dzieci z workiem pozbawionej szkodliwych ftalanów oraz lateksu? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zamawiający dopuszcza długość drenu min. 200 cm pozostałe parametry bez mian, zgodnie z aktualnym SWZ 2. Zamawiający dopuszcza nie wymaga maski tlenowe dla dzieci z workiem pozbawionej ftalanów oraz lateksu |
| 36. | <p>Pakiet 23 poz. 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku do wentylacji pacjenta, rurka i mankiet wykonane z PCV, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ? 2. Czy Zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci? 3. Czy Zamawiający oczekuje, aby informacja o braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w którym wymienia on akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zawartości ftalanów w wyrobie medycznym? | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zamawiający nie dopuszcza 2. Zamawiający określił swoje oczekiwania w SWZ dla Pakietu 23 poz. 1 – „nie zawiera lateksu i ftalanów DEHP”. Zapisy SWZ bez zmian 3. Zamawiający nie oczekuje, zapisy SWZ bez zmian |
| 37. | W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji. | Zamawiający nie wyraża zgody. |
| 38 | <p>Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6.4:</p> <p>6.4 Jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu dostawy przedmiotu umowy określonego w §4 pkt. 4.4 - zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % (słownie: pół procenta) wartości brutto niezrealizowanej</p> | Zamawiający nie wyraża zgody. |

| | | |
|-----|--|---|
| | dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanej dostawy | |
| 39 | Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy? | Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie |
| 40. | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 poz. 2 dopuści kranik zawierający DEHP? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 41. | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 poz. 2 dopuści kranik z odpornością na ciśnienie 0,5 bar? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 42. | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19 dopuści: <i>Przyrząd do pobierania leków i płynów z butelek, worków i fiolek z bezigłowym zaworem o przezroczystej obudowie, dwutorowy, z zamykanym odpowietrznikiem i wbudowanym filtrem, długość 5,5 cm, objętość napełnienia 0,162 ml. Ilość aktywacji 600. Przyrząd nie zawiera ftalanów, PCV i lateksu. Odporny na lipidy i cytostatyki. Op. a'100 sztuk?</i> | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 43. | Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści kaniulę ze standardowym korkiem z trzpieniem minimalnie powyżej krawędzi? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ. | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 44. | Pytanie 1 – dotyczy pakietu 3 Prosimy o dopuszczenie bezlateksowej prowadnicy 5,0x 700mm, skalowanej co 10 cm i spełniającej pozostałe wymogi SWZ. | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 45. | Pytanie 2 – dotyczy pakietu 9 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie masek tlenowych nowej generacji, które przez sposób wyprofilowania zachyłka nosowego nie wymagają stosowania klipsa na nos i dzięki uniwersalnej konstrukcji nie posiadają wyspecyfikowanych rozmiarów, w zestawie z lejkowato zakończonym drenem tlenowym umożliwiającym swobodne ruchy głową pacjenta bez niebezpieczeństwa rozłączenia układu, wyposażone w podwójny podbródek umożliwiający ich zastosowania u pacjentów o różnych rozmiarach i kształtach twarzy; dostępne w wersji dla dorosłych i dzieci (do wyboru Zamawiającego), bez wyspecyfikowanych rozmiarów XS, S, M, L. | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 46. | Pytanie 3 – dotyczy pakietu 9 poz. 3 Prosimy o dopuszczenie wąsów bezftalanowych firmy Intersurgical dostępnych w wersji wcześniak, noworodek, niemowlę, oraz wąsów dla dorosłych zawierających ftalany, ale wykonanych w technologii SATINE, której zastosowanie znacząco minimalizuje odsetek obtarć i odleżyn u | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |

| | | |
|-----|---|---|
| | pacjentów, a także wążów pediatrycznych wykonanych ze zmiękzonego PCV. Wąsy dostępne w rozmiarach wcześniak, noworodek, niemowlę, dziecko, dorosły (do wyboru Zamawiającego), pokrywających się z rozmiarami XS, S, M, L. | |
| 47. | Pytanie 4 – dotyczy pakietu 10 Prosimy o dopuszczenie zestawu z workiem 1,5L, zastawką 60 cm H ₂ O i maską 5, drenem tlenowym o długości 3 m, belateksowego, wykonanego z medycznego PCV. | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 48. | Pakiet 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 180 cm oraz dodatkową rurę rozciągliwą do 120 cm? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 49. | Pakiet 8 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 160 cm oraz dodatkową rurę rozciągliwą do 100 cm? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 50. | Pakiet 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści dwie rury rozciągliwe do długości 180 cm oraz dodatkową rurę rozciągliwą do 120 cm? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 51. | Pakiet 8 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści trójkąt Y z portami? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 52. | Pakiet 8 poz. 3 Czy Zamawiający rozdzieli pozycję 3 na osobne pozycje z podziałem na przeznaczenie filtra, tj. osobno dla dzieci, osobno dla dorosłych? | Zamawiający nie wydziela, zapisy SWZ bez zmian |
| 53. | Pakiet 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w pojedynczych rozmiarach od 0 do 6? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 54. | Pakiet 9 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści długość 200 cm? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 55. | Pakiet 9 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu w 3 rozmiarach – S, M, L? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 56. | Pakiet 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator mikrobiologicznie czysty? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 57. | Pakiet 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez paska? Sama struktura worka zapewnia pewny chwyt? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 58. | Pakiet 19 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści objętość wypełnienia około 0,56 ml? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 59. | Pakiet 19 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści opakowanie handlowe 100 sztuk? | Zamawiający dopuszcza opakowanie handlowe po karton 100 sztuk sterylne opakowanie pojedynczo wyboru z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości, pozostałe parametry SWZ bez zmian |
| 60. | Pakiet 20 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |

| | | |
|-----|--|---|
| 61. | Pakiet 20 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rurkę ze śladową ilością ftalanów? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 62. | Pakiet 20 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści logo lub nazwę producenta umieszczone na opakowaniu, a nie na baloniku i korpusie? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 63. | Pakiet 20 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 64. | Pakiet 20 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści rurkę ze śladową ilością ftalanów? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 65. | Pakiet 20 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dołączoną osobno? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 66. | Pakiet 21 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści łyżkę w rozmiarach 1, 2, 3, 4? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 67. | Pakiet 22 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi tylko naprzeciwległymi? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 68. | Pakiet 22 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kodowanie kolorystyczne na cewniku, natomiast numerycznie na opakowaniu? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 69. | Pakiet 22 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści końcówkę cewnika bez wewnętrznego karbowania? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 70. | Pakiet 22 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik z jednym otworem centralnym i dwoma bocznymi tylko naprzeciwległymi? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 71. | Pakiet 22 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kodowanie kolorystyczne na cewniku, natomiast numerycznie na opakowaniu? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 72. | Pakiet 22 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści końcówkę cewnika bez wewnętrznego karbowania? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 73. | Pakiet 23 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną w całości z PCV? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 74. | Pakiet 23 poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „zabezpieczenie w postaci uźebrowania lub inna konstrukcja maski chroniąca przed możliwością wklinowania nagłośni”? | Zamawiający nie odstąpi od wymogu, SWZ bez zmian |
| 75. | Pakiet 23 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści na rurce krtaniowej zaznaczone znaczniki głębokości tylko liniowo? | Zamawiający nie dopuszcza, SWZ bez zmian |
| 76. | Czy Zamawiający w zad. 11 , w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem: Cewnik Foley 2-drożny silikonowany z plastikową | Zamawiający nie dopuszcza, zapisy SWZ zgodnie z aktualnym formularzem |

| | |
|---|--|
| <p>zastawką – rozm CH12- CH14 z balonem 5 -10 ml lub 30 ml i CH16-CH30 z balonem 5-15 lub 30-50 ml do wyboru Zamawiającego, Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie - podwójnie pakowany, cewnik pakowany na prosto, bez przewodnicy</p> | |
|---|--|

Odpowiedź na pyt nr 39 będzie udzielona w późniejszym terminie.

Do niniejszych wyjaśnień załącza się załącznik:

1. Zmodyfikowany zał. nr 2 do SWZ oraz projekt umowy
2. Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 2 o treści:

„Termin składania ofert: do dnia 01.09.2021 r., do godz. 09:00 pod rygorem nieważności”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert: **do dnia 06.09.2021 r., do godz. 09:00** pod rygorem nieważności”

2) Rozdział VIII „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT”, punkt 4 o treści:

„Miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 01.09.2021 roku o godz. 09:15 w:

Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot
Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 3 (Budynek Administracji)”

otrzymuje brzmienie:

„Miejsce otwarcia ofert:

Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w trakcie posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **06.09.2021 roku o godz. 09:15** w:

Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot
Dział Zamówień Publicznych, parter, pok. nr 3 (Budynek Administracji)”

3) Rozdział XI „INNE INFORMACJE”, ust. 2 „termin związania ofertą”, pkt 2.1, o treści:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 30.09.2021 r.”

otrzymuje brzmienie:

„2.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres **30 dni, tj. do dnia 05.10.2021 r.**”

Pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do Pomorskiego Centrum Reumatologicznego im. J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o. o. – Znak: 11/TP/21- nie zmienia się.

DYREKTOR
 ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY
 mgr Danuta Szkutnik