



WSSz -NZZ -150/24

Łódź, dnia 29.03.2024 r.

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości poniżej progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp na zakup ultrasonografu oraz myjni do sond przezprzełykowych dla potrzeb WSSz. im. Biegańskiego w Łodzi, sprawa ZP 5/24

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dn. 11. 09. 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605 ze zm.) oraz w związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania **Zamawiający wyjaśnia, co następuje:**

Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 2 – Myjnia-dezynfektor do sond przezprzełykowych.

Proszę o podanie modeli i typów sond do echokardiografii przezprzełykowej, które będą reprocessowane w myjni? Podanie typów głowic umożliwi dobranie odpowiedniego konektora zapewniającego przeprowadzenie testu izolacji elektrycznej w czasie trwania procesu.

Wyjaśnienia: W myjni będą reprocessowane sondy typu X7-2t firmy Philips.

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
mgr Paweł Lipiński