



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE**

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 18 grudnia 2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Dostawę odczynników wraz z dzierżawą sprzętu do wykonywania badań serologicznych krwi mikrometodą kolumnową” – Znak sprawy: ZO-29/2023.

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytanie:

1. Prosimy o informację czy w poz. 3 formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2), Zamawiający dopuści zaoferowanie karty do oznaczania grupy krwi: DiaClon ABO/D (DVI+,DVI-) + Reverse Grouping z podwójnym oznaczeniem antygenu D, z których jeden wykrywa DVI+ o profilu: anty-A/anty-B/anty-DVI+/anty-DVI-/A1/B?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe.

2. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt 14 wymaganych parametrów (załącznik nr 2) po okresie obowiązywania umowy na własność Zamawiającego ma przejść tylko przenośna chłodziarko-zamrażarka do przewożenia krwi i preparatów krwiopochodnych?

Odp. Zamawiający informuje, że po okresie obowiązywania umowy na własność Zamawiającego ma przejść tylko przenośna chłodziarko-zamrażarka do przewożenia krwi i preparatów krwiopochodnych.

3. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z warunkiem z pkt 3 wymaganych parametrów (załącznik nr 2) Zamawiający wymaga, aby od jednego producenta pochodziły wszystkie oferowane elementy systemu mikrokolumnego (odczynniki, mikrokarty, krwinki i

dzierżawiony sprzęt) i tym samym powyższego nie dotyczy dodatkowe wyposażenie w postaci przenośnej chłodziarko-zamrażarki do przewożenia krwi i preparatów krwiopochodnych?

Odp. Zamawiający potwierdza, że zgodnie z warunkiem z pkt 3 wymaganych parametrów (załącznik nr 2) wymaga, aby od jednego producenta pochodziły wszystkie oferowane elementy systemu mikrokolumnnego (odczynniki, mikrokarty, krwinki i dzierżawiony sprzęt) i tym samym powyższego nie dotyczy dodatkowe wyposażenie w postaci przenośnej chłodziarko-zamrażarki do przewożenia krwi i preparatów krwiopochodnych.

DYREKTOR

dr Sebastian JANKIEWICZ