

Kraków, 23.10.2023 r.

DZ.271.70.1047.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.70.2023 – Dostawa różnych wyrobów medycznych m.in. czepków, masek folii, drenaży, obwodów, filtrów, łączników, cewników, igieł, papierów, balonów

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

Dotyczy pakietu 10

Czy w punkcie 6. Zamawiającemu pod pojęciem jednostki chodzi o jednostkę notyfikowaną, czyli niezależną zarówno od producenta, jak i konsumenta, działającą w sposób obiektywny?

Odpowiedź:

TAK, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu 10

Czy w punkcie 11 pod pojęciem elastyczności Zamawiający ma na myśli niską pamięć na rozciąganie zapewniającą nieodklejanie się folii podczas retrakcji rany i ruchów kończyną?

Odpowiedź:

TAK, zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu 13 poz. 10

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Dzięki temu zwiększy się konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 13 poz.1

Pkt.8-12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia w postaci katalogiem (ulotki) producenta

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pkt.13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia w postaci fabrycznego oznaczenia (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu 13 poz.2

Pkt.6-8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia w postaci katalogiem (ulotki) producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu 13 poz.3

Pkt.10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia w postaci fabrycznego oznaczenia (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu 13 poz.4

Pkt.12

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia w postaci fabrycznego oznaczenia (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu 13 poz.5

Pkt.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia w postaci oświadczenia producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu 13 poz.6

Pkt.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia w postaci fabrycznego oznaczenia (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu 13 poz.7

Pkt.8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia w postaci fabrycznego oznaczenia (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu 13 poz.8

Pkt.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia w postaci fabrycznego oznaczenia (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy pakietu 13 poz.9

Pkt.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie potwierdzenia w postaci fabrycznego oznaczenia (np. symbolem graficznym) przez producenta na opakowaniu jednostkowym wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu 14 poz.2

Pkt.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenu o średnicy 5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy pakietu 23

Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy składaniu zamówienia miał w tej samej cenie możliwość wyboru i zakupu nowych układów oddechowych posiadających komorę nawilżacza z dodatkowym wejściem umożliwiającym podłączenie do nebulizatora Solo firmy Aerogen LUB układów oddechowych z klasyczną komorą nawilżacza bez dodatkowego wejścia do nebulizatora Solo firmy Aerogen? Zaletą komory nawilżacza z

dotychczasowym wejściem do nebulizatora Solo firmy Aerogen jest prowadzenie jednoczesnej nebulizacji pacjenta bez przerywania terapii donosowej wysokim przepływem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy pakietu 23 próbki

Czy Zamawiający wymaga po 1 sztuce z asortymentu, czy też w każdym rozmiarze, jeśli asortyment występuje w różnych rozmiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga po 1 sztuce z danego asortymentu.

Pytanie 16

Dotyczy pakietu 23 próbki

Czy jako próbka filtra wystarczy 1 sztuka, czy Zamawiający wymaga pełnego opakowania zbiorczego tj. 2 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga po 1 sztuce z danego asortymentu.

Pytanie 17

Dotyczy wzoru umowy

umowa - kary - par 4 prosimy o zmniejszenie kar maksymalnych do 20 %.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy pakietu 1 poz.1-5

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyrobów spełniających normę EN 13795-2, a więc będących wyrobami medycznymi?

Zgodnie ze stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaofiarowania wyrobów higienicznych lub spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kategorii I?

Czy Zamawiający wymaga produktów **niezgodnych** z normą **EN-13795-2**?

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu zaofiarowania w pakiecie 1 w pozycjach 1-7 wyrobów zaklasyfikowanych jako wyrób medyczny.

Pytanie 19

Dotyczy pakietu 22

1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje wyrobów spełniających normę EN 13795-2, a więc będących wyrobami medycznymi?

Zgodnie ze stanowiskiem URPLWMIpB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795-2.

2. Jeżeli Zamawiający nie wymaga wyżej opisanych parametrów, to czy Wykonawca dobrze rozumie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania wyrobów higienicznych lub spełniających wymagania określone dla środków ochrony indywidualnej kategorii I?

3. Czy Zamawiający wymaga produktów **niezgodnych** z normą **EN-13795-2**?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który nie zawiera wymogu zaoferowania wyrobu medycznego ani wymogu spełniania normy EN 13795-2.

Pytanie 20

Dotyczy pakietu 1 poz.1

Prosimy o dopuszczenie czepka w opakowaniu foliowym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy pakietu 1 poz.2

Prosimy o dopuszczenie czepka

- Czepek w kształcie furażerka z gumką w tylnej części
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy pakietu 1 poz.3

Prosimy o dopuszczenie czepka

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy
- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy pakietu 1 poz.5

Prosimy o dopuszczenie czepka

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na gumkę
- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m² w kolorze niebieskim
- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m² w kolorze białym
- W części przedniej (czołowej) posiada wstawkę pochłaniającą pot z włókniny spunlace o gramaturze 52g/m² i wysokości 7,5 cm
- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm
- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 24

Dotyczy pakietu 22 poz.1

Prosimy o dopuszczenie koszuli dla pacjenta z włókniny typu SMMS.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 25

Dotyczy pakietu 1 poz.4

Prosimy o dopuszczenie czepka jednorazowego użytku, niejałowy



- hypoalergiczna
- maska medyczna typu II wykonana z trzech warstw włókniny PP niebieskiej i białej o gramaturze min. 25 g/m² + 25 g/m² + 25 g/m² (odporna na przesiąkanie)
- pełnobarierowa, skuteczność filtracji bakterii: BFE >98% zgodnie z EN 14683 (TYPE II)
- z wkładką modelującą na nos
- bezzapachowa
- z gumką zakładaną za głowę
- z czepkiem z włókniny PP o gramaturze min. 20 g/m² w części twarzowej i wokół szyi ściągnięty elastyczną, nieuciskającą gumką

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 26

Dotyczy pakietu 3 poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania śliniaka sklasyfikowanego, jako wyrób higieniczny i opodatkowanego stawką podatku VAT 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

Dotyczy pakietu 22 poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta w kolorze granatowym? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Dotyczy pakietu 22 poz.1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta sklasyfikowanej jako wyrób higieniczny i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29

Dotyczy pakietu 9

W związku z tym, że na rynku polskim pojawiły się wapna/pochłaniacze CO₂ nie dopuszczone przez Farmakopec brytyjską i amerykańską ze względu na wysoką zawartość

NaOH (powyżej 3%), nieregularny kształt granulek oraz bardzo niską wydajność pochłaniania (17%, przy średniej ok. 26%), czy wymaga wapna medycznego o zawartości NaOH nie przekraczającej 3%, regularnych granulach, stopniu wydajności na poziomie 26% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%. Wapno pakowane w kanister 4,5 kg / 5L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 30

Dotyczy pakietu 9

Mając na uwadze najwyższe dobro i bezpieczeństwo pacjentów czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację jakościowych wymagań SWZ i przyznanie 1 pkt w poz. 7 jak niżej:

7.	wapno zawierające wodorotlenek sodu max. 3 % - potwierdzone dokumentami producenta	TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty	1/0	
----	--	---	-----	--

Oraz dodatkowo dodanie:

10.	wapno o stopniu pylenia poniżej 0,3% - potwierdzone dokumentami producenta	TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty	1/0	
11.	Wapno dopuszczone przez Farmakopee brytyjską i amerykańską - potwierdzone dokumentami producenta	TAK/NIE, W przypadku wpisania „TAK” dołączyć do oferty	1/0	

Obecnie wymagane przez zamawiającego parametry wapna spełniają wszystkie produkty, również te najniższej jakości.

Odpowiedź:

TAK, Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie 31

Dotyczy pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjki w formie rękawic zgrzewanych bez palców, do jednoczesnego mycia i pielęgnacji ciała pacjentów. Oferowany produkt nie wymaga użycia wody i spłukiwania, nie zawiera mydła i barwników. Oferowane myjki posiadają w składzie substancję pielęgnującą (alantoinę). pH neutralne dla skóry (zgodnie z literaturą **zdrowa skóra ma pH od 5 do 6,5 i dlatego jest lekko kwaśna**). Produkt przebadany dermatologicznie. Wymiar rękawicy 15,5 x 23,5 cm, gramatura ok. 75g/m². Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W). Kosmetyk, opakowanie 10 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający dopuści myjkę podfoliowaną tylko po jednej stronie dłoni od strony wewnętrznej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 33

Pakiet nr 12 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści łącznik obrotowy 45 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 34

Pakiet nr 12 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar kodowany kolorystycznie na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 35

Pakiet nr 12 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 36

Pakiet nr 12 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści etykiety z oznaczeniami dni tygodnia w języku angielskim?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 37

Pakiet nr 12 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści manualny suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu zamiast jednoelementowej, samodomykającej się zastawki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 38

Pakiet nr 12 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw bez fiolek soli fizjologicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 39

Pakiet nr 12 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fiołki soli fizjologicznej dołączone osobno do zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 40

Pakiet nr 12 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści fiołki soli fizjologicznej 10 ml?

Odpowiedź:

TAK, z przeliczeniem.

Pytanie 41

Pakiet nr 12 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści 10 fiolek soli fizjologicznej dołączonych do zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 42

Pakiet nr 12 poz. 3

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający ma na myśli przewody ssące, tj. zestaw 2 drenów do odsysania stosowanych z zamkniętymi systemami ssącymi i zestawami do toalety jamy ustnej, zestaw drenów wyposażony w łącznik Y na jednym końcu oraz posiadający na końcach drenów końcówkę zakończoną łącznikiem prostym oraz końcówkę zakończoną schodkowym łącznikiem kapkon z zatyczką umożliwiającą regulację siły ssania, zaciski na drenach, długość 2 metry, rozmiar CH25, sterylne, zdjęcie poglądowe poniżej?



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 43

Pakiet nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci posiadający jedną centralnie umieszczoną membranę wymiennika?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 44

Pakiet nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści port do odsysania zabezpieczony zatyczką zamykaną manualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 45

Pakiet nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści skuteczność nawilżania min. 24 mgH₂O/l przy Vt 500 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4463

Pakiet nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści opór przepływu max. 0,5 cmH₂O przy 30 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47

Pakiet nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści długość trzeciej rury do maksymalnie 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 48

Pakiet nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany, rozciągalny z obrotowym łącznikiem kątowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 49

Pakiet nr 13 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany nierozciągliwy, o stałej długości 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 50

Pakiet nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu do odsysania, łącznik kominek ruchomy 22M/15F z wyjściem do bronchoskopii, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 51

Pakiet nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści złącze obrotowe do rurki z możliwością podłączenia do zestawu

do odsysania, przeznaczone do wykonania bronchoskopii, zgodny ze standardem połączeń ISO 15M/15F, z możliwością stosowania tak długo jak jest podłączony zestaw do odsysania?



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 52

Pakiet nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łącznik mikrobiologicznie czysty, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Pakiet nr 13 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści łącznik pakowany w opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 54

Pakiet nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści łącznik mikrobiologicznie czysty, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Pakiet nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany, nierozciągliwy, ze sztywnymi przyłączami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 56

Pakiet nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wyrób pakowany w opakowanie folia-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 57

Pakiet nr 13 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany złożony z dwóch elementów - przedłużenie z

rur karbowanych 22F, przedłużenie 15F oraz łącznik prosty 15M/22F, dzięki czemu przyłącza na obu końcach posiadają rozmiar 22F?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 58

Pakiet nr 13 poz. 10

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 10 z Pakietu nr 13 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 59

Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie drenu co 80-100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar drenu 9/7 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 61

Pakiet nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rozmiar drenu 10/7 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 62

Dotyczy pakietu 10 poz.1

pkt 6 prosimy zamawiającego o dopuszczenie na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów załączenie Deklaracji o biokompatybilności i funkcjonalności produktu Folia bakteriobójcza Dermadine Plus oraz Certyfikat CE. Producent Tiaset, w załączonym dokumencie potwierdza, że wyrób medyczny Dermadine Plus w celu uzyskania Certyfikatu CE 0373 i dopuszczenia do obrotu, został przebadany zgodnie z wymienionymi w deklaracji normami ISO i wykazuje działanie bakteriobójcze i przeciwdrobnoustrojowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 63

Dotyczy pakietu 10 poz.1

Pkt.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 64

Dotyczy pakietu 10 poz.1

Pkt.8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej o powierzchni lepnej 60x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Dotyczy pakietu 10 poz.2

pkt 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów załączenie Deklaracji o biokompatybilności i funkcjonalności produktu Folia bakteriobójcza Dermadine Plus oraz Certyfikat CE. Producent Tiaset, w załączonym dokumencie potwierdza, że wyrób medyczny Dermadine Plus w celu uzyskania Certyfikatu CE 0373 i dopuszczenia do obrotu, został przebadany zgodnie z wymienionymi w deklaracji normami ISO i wykazuje działanie bakteriobójcze i przeciwdrobnoustrojowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 66

Dotyczy pakietu 10 poz.2

Pkt.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej wykonanej z poliuretanu 25 +/-5 µ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 67

Dotyczy pakietu 10 poz.2

Pkt.8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie folii bakteriobójczej o powierzchni lepnej 15x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68

Dotyczy pakietu 12 poz.1 i 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętych systemów do odsysania spełniających opis: Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10; 12; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych: Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobstugową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 69

Dotyczy pakietu 18 poz.9

Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia próbki papieru Sony UPP 110HA, jeśli Wykonawca zaoferuje papier oryginalny producenta Sony. Zamawiający otrzymując papiery oryginalne producenta tzn. najlepsze jakościowo ma pewność z jakiego typu asortymentem będzie miał do czynienia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 70

Projekt umowy – par. 5 ust. 1

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, od wyrażenia zgody przez wykonawcę

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 71

Pakiet 1 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek o długości podstawy (mierzona na płasko) 32cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72

Pakiet 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze biało-niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 73

Pakiet 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek o długości denka 24,8 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 74

Pakiet 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek o długości denka 22 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 75

Pakiet 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m² i włókniny polipropylenowej w części górnej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i jednocześnie wyjaśnia, iż parametry określone w załączniku nr 3 w SWZ w pakiecie 1 poz. 3 w punkcie 9 i 10 są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.

Pytanie 76

Pakiet 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Pakiet 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 78

Pakiet 1 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i jednocześnie wyjaśnia, iż parametry określone w załączniku nr 3 w SWZ w pakiecie 1 poz. 3 w punkcie 9 i 10 są parametrami punktowanymi.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3.

Pytanie 79

Pakiet 1 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści czepek Astro z trokami o długości min. 36cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80

Pakiet 1 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w części górnej z włókny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² i części bocznej Spunlace o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i jednocześnie wyjaśnia, iż parametry określone w załączniku nr 3 SWZ są parametrami punktowanymi. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3 SWZ.

Pytanie 81

Pakiet 1 Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści czepek z wstawką antypotną w części czołowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 82

Pakiet 1 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści maskę z długością sztywnika 105mm +/- 5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 83

Pakiet 1 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści maskę w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 84

Pakiet 1 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści maskę posiadającą warstwę wewnętrzną (kolor biały) wykonaną z włókny polipropylenowej Spunbond o gramaturze 25g/m², warstwę środkową (kolor

biały) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m² i warstwę zewnętrzną z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i jednocześnie wyjaśnia, iż parametry określone w załączniku nr 3 SWZ w pakiecie 1 poz. 7 w pkt.7 jest parametrem punktowanym.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3 SWZ.

Pytanie 85

Pakiet 1 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści maskę w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 86

Pakiet 6 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający o gramaturze warstwy wierzchniej i dolnej 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i jednocześnie wyjaśnia, iż parametry określone w załączniku nr 3 SWZ w pakiecie 6 w pkt. 8, 9 i 10 jest parametrem punktowanym.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania załącznika nr 3 SWZ.

Pytanie 87

Pakiet 8 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści dreny pakowane lekko zwinięte?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 88

Pakiet 8 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie drenów w rozmiarach 8-18, podwójnie pakowane: zewnątrz folia/papier, wewnątrz folia lub opakowanie folia/papier?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 89

Pakiet 8 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści butelkę z drenem podwójnie pakowane: zewnątrz folia/papier, wewnątrz folia lub opakowanie folia/papier?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 90

Pakiet 10 – Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej zawierającą roztwór jodyny, która zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 91

Pakiet 10 poz.2 – Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej w rozmiarze 10x24cm (obszar przyklepny 10x18cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 92

Pakiet 10 poz.2 – Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej w rozmiarze 15x26cm (obszar przyklepny 15x20cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 93

Dotyczy pakietu 1 poz.1-5

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton; Opakowanie foliowe umożliwiające wyjmowanie pojedynczej sztuki oraz zmniejszenie powierzchni magazynowania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 94

Dotyczy pakietu 1 poz.2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 95

Dotyczy pakietu 1 poz.3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o

gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 96

Dotyczy pakietu 1 poz.5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 97

Dotyczy pakietu 1 poz.6-7

Czy zamawiający wydzieli poz.6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie 98

Dotyczy pakietu 4

Czy zamawiający dopuszcza lub / i wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hypoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno- pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości \pm 7%, włókno poliestrowe - 100 g/m² \pm 5%, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 99

Pakiet 5 Czy zamawiający dopuszcza lub / i wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem dermatologicznym i hypoalergicznym - myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hypoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkakrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno- pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm; 0,6 cm grubości $\pm 7\%$, włókno poliestrowe - 100 g/m² $\pm 5\%$, o wadze 2,5-3 g; bez sztucznych konserwantów?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wyrobu zgodnie z zapisami SWZ.