

DEZ/549/2023

Jelenia Góra 15.05.2023 r.

DO WYKONAWCÓW

**Zakup przenośnego cyfrowego systemu do drenażu klatki piersiowej,
monitora do pomiarów hemodynamicznych oraz cieplarki do płynów infuzyjnych,
środków kontrastowych, płynów do płukania
dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
Zapytanie ofertowe NPU/00363/2023**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

ZESTAW NR 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fabrycznie, nowego urządzenia z rokiem produkcji 2022. Dotyczy zadania nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie z rokiem produkcji 2022. Informację o dopuszczeniu prosimy umieścić w Załączniku Nr 1 Formularz asortymentowo – cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia,

ZESTAW NR 2

1. Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy, nieużywany monitor do pomiarów hemodynamicznych wyprodukowany w latach 2014-2019? Pozwoli to na złożenie ofert na w pełni funkcjonalny monitor, objęty wymaganą przez Zamawiającego gwarancją, w bardzo korzystnej cenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza monitora wyprodukowanego w latach 2014-2019.

ZESTAW NR 3

1. Czy Zamawiający dopuści monitor do pomiarów hemodynamicznych bez zasilania akumulatorowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza monitora bez zasilania akumulatorowego.

Z up. Dyrektora WCSKJ