



Toruń, 12.04.2024 r.

KPIM/192/2024

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (15)

751. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z orurowaniem z tworzywa i stali kwasoodpornej, które to spełnia wymagania normy EN 15883? Uzasadnienie: Wykonanie orurowania z miedzi zamiast stali kwasoodpornej ma na celu jedynie obniżenie kosztów produkcji urządzenia. W przypadku zasilania myjni wodą zmiękczoną następować będzie wypłukiwanie miedzi z rur co nie ma miejsca w przypadku zastosowania stali kwasoodpornej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Dotyczy Parametry Techniczne (Autoklaw klasy B z demineralizatorem):

752. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym minimalna masa narzędzi opakowanych możliwa do sterylizacji w czasie 1 cyklu wynosi 3,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

753. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, w którym minimalna masa narzędzi nieopakowanych możliwa do sterylizacji w czasie 1 cyklu wynosi 4,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

754. Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie spełnia wymagań Dyrektywy o Urządzeniach Ciśnieniowych ze względu na wielkość zbiornika ciśnieniowego? Urządzenia, których iloczyn pojemności komory i nadciśnienia zaworu bezpieczeństwa określonego przez producenta nie przekracza wartości 300 bar x dm³ nie podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Małgorzata Sordej-Orłowska