



*Szpital św. Anny w Miechowie
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342
REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869
<http://www.szpital.miechow.pl>,
e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl*

Miechów, dnia 16 listopada 2020 r.

/wszyscy uczestnicy postępowania/

Nr sprawy 42/2020 – Wykonywanie usługi przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawa urządzeń do sterylizacji i dezynfekcji znajdujących się na wyposażeniu Centralnej Sterylizacji Szpitala św. Anny w Miechowie - zapytanie ofertowe

W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym na Platformie Zakupowej wpłynęły następujące pytania:

Zapytanie 1

Załącznik nr 2 Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy w przypadku konieczności konserwacji, serwisowej wymiany oprogramowania lub jego elementów, Zamawiający wymaga zastosowania oryginalnego software i dedykowanych produktów? Regularna kontrola i konserwacja oprogramowania jest niezbędna do utrzymania urządzeń w stanie zgodnym z dokumentacją techniczną producenta.

Ad. 1 Tak Zamawiający wymaga.

Zapytanie 2

Załącznik nr 2, ust. 10 Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i potwierdzenie, że zezwolenia, licencje i inne dokumenty uprawniające do wykonywania czynności przeglądu i napraw urządzeń powinny być aktualne w stopniu odpowiadającym zaleceniom wynikającym z dokumentacji technicznej producenta?

Ad. 2 Tak Zamawiający potwierdza.

Zapytanie 3

Załącznik nr 3 par. 2 ust. 1 Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień i potwierdzenie, że Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta urządzeń medycznych do świadczenia czynności serwisowych? +AC:2019 oraz zgodną z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425

Ad. 3 Tak Zamawiający wymaga

Podpis elektroniczny