

Dreżdenko, dnia 18 czerwca 2024 roku

Do Wykonawców,
ubiegających się o zamówienie

P1

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów do diagnostyki mikrobiologicznej dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Dreżdenku, nr sprawy: PCZSzp/TP-MN/11/2024, 2024/BZP 00363388/01 z dnia 2024-06-12,

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

1. Zamawiający, w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, *zwaną dalej Ustawą* udziela następujących wyjaśnień i wprowadza zmiany treść SWZ:

Pytanie 1

Pakiet 16 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podłoża beztlenowe, które umożliwiają hodowlę i wzrost większości istotnych klinicznie patogenów, w przeciwieństwie do podłoży litycznych, które w ofercie ma tylko 1 dostawca. Dodatkowo Bakterie wewnątrzkomórkowe (np. Chlamydia, Riketsia) stanowią znikomy procent zakażeń krwi i nawet jeżeli i zostaną wyhodowane w butelce do posiewu krwi, to nie ma możliwości ich odzysku rutynowo stosowanymi metodami; dlatego optymalnymi podłożami do wykrywania drobnoustrojów beztlenowych są podłoża beztlenowe z inhibitorem antybiotyków.

Odp. do pytania 1

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 2

Pakiet 16 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści uniwersalne podłoża tlenowe, które umożliwiają hodowlę zarówno bakterii jak i grzybów zawierające inhibitory antybiotyków oraz antymykotyki. Stosowanie dodatkowego podłoża selektywnego do hodowli grzybów nie ma uzasadnienia, podnosi niepotrzebnie koszty oraz jest dedykowane dla bardzo wąskiej grupy pacjentów (bez włączonej antybiotykoaterapii), dodatkowo podłoże to nie zawiera inhibitorów antybiotyków, więc nie może być stosowane dla pacjentów w trakcie antybiotykoaterapii.

Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 3

Pakiet 16

Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne, jeżeli zostanie zaofertowany suplement certyfikowany, rekomendowany przez producenta systemu i dostosowany do technologii oferowanych przez niego aparatów i butelek, który występuje jako powszechnie dostępny na rynku i stosowany w laboratoriach mikrobiologicznych odczynnik, czyli jałowa krew końska. Każdy producent podłoży do posiewu krwi ma inny rodzaj suplementacji wymagany dla danej technologii. Piśmiennictwo wskazuje ten rodzaj suplementacji pozwala na uzyskanie dokładnie takich samych wyników jak inne dostępne na rynku suplementy.

Odp. do pytania 2

Nie wprowadza się proponowanej zmiany

Pytanie 4

Pakiet 16

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia możliwości hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach o małej objętości materiału od 0,5 ml (krew, płyny ustrojowe) w instrukcjach użytkowych producenta?

Odp. do pytania 4

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 5

Pakiet 16

Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia w oficjalnej ulotce producenta możliwości hodowli krwi oraz płynów ustrojowych w podłożach innych niż pediatryczne?

Odp. do pytania 5

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 6

Pakiet 16 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści suplement ważny po otwarciu 28 dni?

Odp. do pytania 6

Zamawiający **dopuszcza** możliwość złożenia oferty w pakiecie 16 poz. 7 na suplement którego termin ważności po otwarciu wynosi co najmniej 28 dni.

Pytanie 7

Pakiet 17

Czy Zamawiający wymaga, aby po napełnieniu testy były szczelnie zamknięte, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym?

Odp. do pytania 7

Nie wprowadza się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 8

Pakiet 17

Czy Zamawiający wymaga, aby oznaczenie identyfikacji oraz antybiogramu odbywało się na oddzielnych testach?

Odp. do pytania 8

Nie wprowadza się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 9

Pakiet 17

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat posiadał Zaawansowany System Expertowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności.

Odp. do pytania 9

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w dodatku nr 2 do SWZ parametry techniczno-użytkowe analizatorów są parametrami minimalnymi.

Pytanie 10

Pakiet 17

Czy Zamawiający wymaga, aby aparat wykonywał wszystkie czynności automatycznie włącznie z napełnianiem kart/paneli, poprzez inkubację, odczyt aż do zakończenia procesu i wyrzucenia zużytych testów w obrębie aparatu w celu zminimalizowania czynności wykonywanych przez pracownika obsługującego analizator?

Odp. do pytania 10

Nie stawia się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane w dodatku nr 2 do SWZ parametry techniczno-użytkowe analizatorów są parametrami minimalnymi.

Pytanie 11

Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Dostarczany przedmiot umowy winien być objęty wskazanym w załączniku nr 1 okresem ważności/sterylizacji, liczoną od daty dostarczenia do Zamawiającego. Produkty, dla których nie wskazano odrębnego terminu ważności/sterylizacji w dacie dostawy winny być objęte minimum **4 – 6 miesięcznym** terminem ważności/sterylizacji.”?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ.

Odp. do pytania 11

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 12

Projektowane postanowienia umowy §6 ust. 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Niezależnie od innych zastrzeżonych kar umownych, jeżeli w trakcie trwania umowy Wykonawca nie zrealizuje w terminie określonym w §2 ust.1, odmówi realizacji bieżącej dostawy lub nie dotrzyma terminu realizacji reklamacji, Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w wysokości różnicy ceny zakupu przedmiotu umowy u innego dostawcy, zachowując również prawo do naliczenia kar umownych za okres opóźnienia liczony do dnia dokonania zastępczego zakupu. W przypadku opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy lub opóźnienia terminu realizacji reklamacji przekraczającego co najmniej **3 dni robocze**, Zamawiający według swego wyboru uprawniony jest również do powierzenia wykonania niniejszej umowy podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby wzywania Wykonawcy do wykonania umowy bądź też do odstąpienia od umowy bez wyznaczania Wykonawcy dalszego terminu celem wykonania umowy. Uprawnienie w zakresie odstąpienia od umowy może zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni po upływie terminu końcowego na jaki niniejsza umowa została zawarta.”?

Odp. do pytania 12

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 13

Projektowane postanowienia umowy § 8 ust. 1 lit.b

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w przypadku co najmniej trzykrotnego przekroczenia przez Wykonawcę terminu dostawy określonego w §2 ust.1 i ust. 2 o co najmniej 3 dni robocze w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy;”?

Odp. do pytania 13

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 14

Projektowane postanowienia umowy § 8 ust. 1 lit.c

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„w przypadku co najmniej trzykrotnego dostarczenia asortymentu niezgodnego z zamówieniem pod względem jakościowym bądź ilościowym w danym dwunastomiesięcznym okresie obowiązywania umowy”?

Odp. do pytania 14

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 15

Projektowane postanowienia umowy § 8 ust. 1 lit.d

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„dotyczy pakietu 16, 17 - w przypadku co najmniej trzykrotnego przekroczenia terminów w zakresie obsługi serwisowej zawartych w umowie najmu o co najmniej 2 dni robocze”?

Odp. do pytania 15

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 16

Projektowane postanowienia umowy najmu § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczanego na realizację zakresu wskazanego w ust. 1 do 21 dni ?

Odp. do pytania 16

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 17

Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin roboczych od daty zgłoszenia awarii (telefonicznie, poczta elektroniczna, helpdesk) ?

Odp. do pytania 17

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 18

Projektowane postanowienia umowy §2 ust. 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W terminie do 72 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną) Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny dokonać koniecznych napraw.”?

Odp. do pytania 18

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 19

Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku awarii i niemożności jej usunięcia przez inżyniera serwisowego w ciągu 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie kolejnych 72 godzin dostarczyć aparat zastępczy, identyczny z posiadanym lub pokryć koszty badań zleconych podwykonawcom.”?

Odp. do pytania 19

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 20

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 1 dopuści krążki konfekcjonowane po 25 sztuk w opakowaniu i zaoferowanie 4 takich opakowań co w pełni pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odp. do pytania 20

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 21

Pakiet 2 poz.9

Czy Zamawiający w pakiecie 2 pozycji 9 dopuści podłoże z terminem ważności krótszym niż 4 tygodnie?

Uzasadnienie: Podłoże MH II z krwią końską ma termin ważności 4 tyg. od daty produkcji, odliczając czas na kontrolę jakości i transport w dniu dostawy może mieć termin około 2 tyg.

Odp. do pytania 21

Nie wprowadza się dodatkowych proponowanej zmiany.

Pytanie 22

Pakiet 8 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 1 dopuści opakowanie w konfekcji 10 saszetek + 10 torebek i zaoferowanie 120 takich opakowań co w pełni pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odp. do pytania 22

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 23

Pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 1 dopuści dopisanie wiersza w formularzu cenowym w celu wyceny klipsów do torebek, które nie są składem zestawu i posiadają innym nr katalogowy?

Uzasadnienie: Dopisanie wiersza umożliwi złożenie prawidłowej oferty cenowej i usprawni proces składania i realizacji zamówień.

Odp. do pytania 23

Jeżeli dla prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia niezbędne jest dodanie w dodatku nr 2 do SWZ dodatkowej pozycji asortymentowej, Wykonawca może wprowadzić niniejszą zmianę.

Pytanie 24

Pakiet 8 poz.2, 3

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycjach 2 i 3 dopuści opakowanie w konfekcji 10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem na wymaganą ilość?

Odp. do pytania 24

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 25

Pakiet 8 poz.4

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycji 4 dopuści konfekcję 100 sztuk i zaoferowanie 1 takiego opakowania co w pełni pokryje zapotrzebowanie Zamawiającego?

Odp. do pytania 25

Wymaga się złożenia oferty na ilość wymaganą w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 26

Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycji 1 dopuści zestaw 4x240 ml?

Odp. do pytania 26

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 27

Pakiet 11

Czy Zamawiający w pakiecie 11 dopuści test składający się z dwóch kasetek dla jednego oznaczenia spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. do pytania 27

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 28

Pakiet 15

Czy Zamawiający w pakiecie 15 wymaga aby zaoferowane krążki posiadały pozytywną opinię KORLD oraz były przebadane przez EUCAST i uzyskały bardzo dobre wyniki tej oceny?

Odp. do pytania 28

Nie wprowadza się dodatkowych wymagań w ww. zakresie.

Pytanie 29

Pakiet 18 poz.1, 2

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycjach 1 oraz 2 dopuści dopisanie wiersza w formularzu cenowym w celu wyceny nośnika do zawiesiny bakteryjnej, który ma inny nr katalogowy?

Odp. do pytania 29

Jeżeli dla prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia niezbędne jest dodanie w dodatku nr 2 do SWZ dodatkowej pozycji asortymentowej, Wykonawca może wprowadzić niniejszą zmianę.

Pytanie 30

Pakiet 8 poz.4

Czy Zamawiający dopuści pasek wskaźnikowy pakowany po 100 szt. i zaoferowanie 1 opakowania?

Odp. do pytania 30

Wymaga się złożenia oferty na ilość wymaganą w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 31

Pakiet 16 poz.5

Czy Zamawiający dopuści Podłoże lityczne do hodowli drobnoustrojów sfagocytowanych i beztlenowych, podłoże kompatybilne z aparatem do posiewu krwi, podłoże nie zawierające inhibitorów antybiotyków, bez konieczności dodawania suplementów. Podłoże posiada czynnik lizujący, który umożliwia uwolnienie bakterii znajdujących się wewnątrz komórek krwi.

Odp. do pytania 31

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 16 poz. 5 na podłoże, które nie zawiera inhibitorów antybiotyków, posiadające czynnik lizujący, który umożliwia uwolnienie bakterii znajdujących się wewnątrz komórek krwi, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 32

Pakiet 16 poz.2-5

Czy Zamawiający przez sformułowanie: „bez konieczności dodawania suplementów” rozumie pobranie krwi w ilości wymaganej przez producenta podłoża?

Odp. do pytania 32

Zamawiający wyjaśnia, że podłoża oferowane w pakiecie 16 poz. 2-5 winny gwarantować prawidłową hodowlę drobnoustrojów bez konieczności dodawania suplementów, pod warunkiem dodania wymaganej objętości krwi badanej, wskazanej przez producenta podłoża.

Pytanie 33

Pakiet 16 pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych poszczególnych prób zawierające: numer stacji, oznaczenie podłoża, stan butelki (posiew dodatni, posiew ujemny), datę oraz godzinę rozpoczęcia, czas do zakończenia protokołu w formacie dni; godziny: minuty, datę zgłoszenia wyniku

dodatkowego przez system w formacie dni; godziny: minuty, zakończenie protokołu w przypadku próbek ujemnych w formacie dni; godziny: minuty?

Odp. do pytania 33

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 16 na analizator w którym oprogramowanie umożliwia raportowanie oraz drukowanie danych poszczególnych prób zawierające: numer stacji, oznaczenie podłoża, stan butelki (posiew dodatni, posiew ujemny), datę oraz godzinę rozpoczęcia, czas do zakończenia protokołu w formacie: dni:godziny:minuty, datę zgłoszenia wyniku dodatkowego przez system w formacie: dni:godziny:minuty, zakończenie protokołu w przypadku próbek ujemnych w formacie: dni:godziny:minuty.

Pytanie 34

Projektowane postanowienia umowy

W związku z zapisem pkt. 36.2 SWZ umowa będzie podpisana elektronicznie. W związku z tym zwracamy się z prośbą o usunięcie daty zawarcia umowy z komparycji i wpisanie w § 7 „Umowa zostaje zawarta na czas określony – 24 miesiące i obowiązuje od dnia złożenia przez Stronę ostatniego podpisu.”

Odp. do pytania 34

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zgodnie z pkt. 36 SWZ umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej w dacie wskazanej na zawarcie umowy, przekazanej w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. W wyznaczonym terminie Zamawiający prześle podpisaną jednostronnie umowę do Wykonawcy.

Pytanie 35

Projektowane postanowienia umowy §3 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o rozpatrywanie terminu terminów w dni robocze.

Odp. do pytania 35

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 36

Projektowane postanowienia umowy najmu

W związku z zapisem pkt. 36.2 SWZ umowa będzie podpisana elektronicznie. W związku z tym zwracamy się z prośbą o usunięcie daty zawarcia umowy z komparycji i wpisanie w § 6 „Umowa zostaje zawarta na czas określony – 24 miesiące i obowiązuje od dnia złożenia przez Stronę ostatniego podpisu.”

Odp. do pytania 36

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zgodnie z pkt. 36 SWZ umowa zostanie zawarta w formie elektronicznej w dacie wskazanej na zawarcie umowy, przekazanej w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej. W wyznaczonym terminie Zamawiający prześle podpisaną jednostronnie umowę do Wykonawcy.

Pytanie 37

Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 6 dla pakietu 16:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze.

Odp. do pytania 37

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 38

Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 7 dla pakietu 16:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych.

Odp. do pytania 38

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 39

Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 8 dla pakietu 16:

Zwracamy się z prośbą o rozpatrywanie terminów w dni robocze.

Odp. do pytania 39

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 40

Projektowane postanowienia umowy najmu §2 ust. 10 dla pakietu 16:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zapisu na następujący:

„W przypadku trzykrotnej awarii danego elementu najmowanego analizatora, Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny, w terminie do 14 dni po trzeciej awarii tego elementu, wymienić ten element na nowy o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych...”

Odp. do pytania 40

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 41

Projektowane postanowienia umowy najmu §5 ust. 1b dla pakietu 16:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na naliczanie kar za każdy dzień zwłoki.

Odp. do pytania 41

Zamawiający w trybie art. 286 ust. 1 Ustawy wprowadza zmianę w dodatku nr 5 do SWZ - projektowane postanowienia umowy najmu- **§5 ust. 1** treść po zmianie:

1. W przypadku uchybień terminów określonych w:

- a) §2 ust. 2, 7, 8, 10, 14 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,2% wartości brutto wskazanej w załączniku nr 1 do umowy dostawy dla pakietu, którego uchybienie dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- b) §2 ust. 6 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,05% wartości brutto wskazanej w załączniku nr 1 do umowy dostawy dla pakietu, którego uchybienie dotyczy, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.
- c) §2 ust. 3 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 50,00zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
- d) §2 ust. 5 Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 100,00zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Pytanie 42

Projektowane postanowienia umowy najmu §5 ust. 1d dla pakietu 16:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar do 50,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp. do pytania 42

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 43

Pakiet 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie testu z poz. 7 i utworzenie odrębnego pakietu. Pozostawienie Pakietu 10 w obecnym kształcie drastycznie ograniczy konkurencję asortymentowo-cenową, zawężając krąg wykonawców do jednego wykonawcy, co poskutkuje wzrostem ceny oferty przetargowej.

Odp. do pytania 43

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 44

Pakiet 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 testu zgodnie z załączoną ulotką (Rapid@CARBA NP., Biomerieux)?

Odp. do pytania 44

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 45

Pakiet 10 poz.7

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić testy z pakietu 10 poz. 7 do osobnego pakietu? Są to testy immunochromatograficzne, które stanowią osobną grupę produktową. Test z tej pozycji znacząco ograniczy konkurencję. Wydzielenie pozycji zwiększy to konkurencyjność pakietów, a co za tym idzie wpłynie na niższą cenę.

Odp. do pytania 45

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 46

Pakiet 10

Czy Zamawiający zgodzi się w pakiecie 10, aby testy były konfekcjonowane w opakowaniach maksymalnie po 25 szt. Każdy test opakowany jest w indywidualną saszetkę, ważną do daty nadrukowanej na saszetce.

Odp. do pytania 46

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 47
Pakiet 10 poz.7

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić pozycję 7 z pakietu 10, aby zwiększyć konkurencję, a tym samym obniżyć cenę za dany pakiet.

Odp. do pytania 47

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 48
SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów dla produktów dystrybuowanych sporządzonych w języku angielskim?

Odp. do pytania 48

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 19.18 SWZ podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniami na język polski.

Pytanie 49
Pakiet 2 poz.2

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o poniższym składzie:

w g/1 wody destylowanej:		Suplementy/ litr pożywki:	
Bulion tryptofanowo sojowy	10,0 g	Odwłókniona krew barania	50 ml
Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych	2,5 g	Neomycyna	0,1 g
Enzymatyczny hydrolizat kazeinowy	2,5 g	Wankomycyna	0,0075 g
Głukoza	5,0 g	Witamina K3	1,0 ml
Tris	3,0 g		
Ekstrakt drożdżowy	5,0 g		
Hemina	0,01 g		
Agar	13,5 g		
L-cysteina	0,4 g		

Odp. do pytania 49

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 50
Pakiet 2 poz.3-8, 11, 14-17, 19-22, 24

Czy Zamawiający w pozycjach: 3-8, 11, 14-17, 19-22, 24 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności 12 tygodni od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy?

Odp. do pytania 50

Dopuszcza się zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 3-8, 11, 14-17, 19-22, 24 podłoży z terminie ważności minimum 11 tygodni od daty dostawy.

Pytanie 51
Pakiet 2 poz.9

Czy Zamawiający w pozycji 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża o poniższym składzie?

w g/1 wody destylowanej:		Suplementy/litr:	
Pepton kazeinowy	17,5 g	krew końska	50 ml
Skrobia kukurydziana	1,5 g	NAD	0.02 g
Ekstrakt wołowy	2,0 g		
Agar	17,0 g		

*Dostosowane i/lub uzupełnione zgodnie z wymaganiami, aby spełnić kryteria wydajności.

Odp. do pytania 51

Dopuszcza się zaoferowanie w pakiecie 2 poz.9 podłoża o ww. składzie: pepton kazeinowy 17.5g/l, skrobia kukurydziana 1,5g/l, ekstrakt wołowy 2,0g/l, agar 17,0g/l, krew końska 50ml/l, NAD 0,02g/l.

Pytanie 52

Pakiet 2 poz.13

Czy Zamawiający w pozycji nr 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności 56 dni od daty produkcji i minimum 7 tygodni od daty dostawy?

Odp. do pytania 52

Dopuszcza się zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 13 podłoża z terminie ważności minimum 7 tygodni od daty dostawy.

Pytanie 53

Pakiet 2 poz.23

Czy Zamawiający w pozycji nr 23 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności minimum 3 miesiące?

Odp. do pytania 53

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 54

Pakiet 3 poz.1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoża z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Odp. do pytania 54

Dopuszcza się zaoferowanie w pakiecie 3 poz. 1 podłoża z terminie ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy.

Pytanie 55

Pakiet 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osocza w opakowaniu zawierającym 5 ampulek po 2 ml i tym samym 3 takie opakowania?

Odp. do pytania 55

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 7 na produkt konfekcjonowany w opakowaniach 5 ampulek x 2ml w ilości 12 takich opakowań (3x5amp.x2ml).

Pytanie 56

Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników do barwienia w butelkach bez zakraplacza?

Odp. do pytania 56

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 57

Pakiet 9 poz.1

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu 4 odczynników po 250ml składającego się z: odczynnika nr 1 - Fioletu krystalicznego, odczynnika nr 2 – Płynu Lugola, odczynnika nr 3 - Odbarwiacza, odczynnika nr 4 – Safraniny?

Odp. do pytania 57

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w pakiecie 9 poz.1 na zestaw, w którym zamiast o fuksyny karbolowej jest safranina, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Pytanie 58

Pakiet 9, poz. 3

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

Odp. do pytania 58

Dopuszcza się zaoferowanie w pakiecie 9 poz. 3 odczynnika z terminem ważności minimum 5 miesięcy od daty dostawy.

Pytanie 59

Pakiet 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów z terminem ważności minimum 10 miesięcy?

Odp. do pytania 59

Dopuszcza się zaoferowanie w pakiecie 10 poz. 2, 3, 4, 5 produktu z terminie ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy.

Pytanie 60

Pakiet 10 poz.3

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania testu zawierającego 25 oznaczeń i tym samym 21 takich opakowań?

Odp. do pytania 60

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 61

Pakiet 10 poz.6

Czy Zamawiający w pozycji nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania testu zawierającego 25 oznaczeń i tym samym 2 takie opakowania?

Odp. do pytania 61

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Zamawiający wyjaśnia, że w pkt. 6.3 SWZ podał warunki oferowania produktów w opakowaniach zawierających inną ilość niż wskazana w dodatku nr 2 do SWZ.

Pytanie 62

Pakiet 14 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną metodyką (zał. nr 1- Mycoplasma System Plus 72592, Liofilchem)?

Odp. do pytania 62

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 63

Pakiet 18 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zgodnie z załączoną metodyką (załącznik nr 2 – ComASPTTM Colistin, Liofilchem)?

Odp. do pytania 63

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

Pytanie 64

Pakiet 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie i wycenę tylko pozycji nr 1 jeżeli test ma w zestawie bulion do wykonania zawieszyny?

Odp. do pytania 64

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

W załączeniu zmieniony dodatek nr 2 do SWZ

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Agnieszka Banaszek

W trybie art. 284 ust. 6 Ustawy wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania dnia 19.06.2024 r.