



Wrocław, ..00....05.2022r.

**4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław**

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów okulistycznych dla Klinicznego Oddziału Okulistyki, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.25.2022

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.2019 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 3 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu wiskoelastycznego 1,4% o masie cząsteczkowej 2.9-3.8 mln Da, lepkości 300 000 – 470 000mPas, ph 6.8-7.6, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry opisane w SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 3 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu wiskoelastycznego 1.6% o masie cząsteczkowej 2.9-3.8 mln Da, lepkości 350 000-550 000 mPas, ph 6.8-7.6, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry opisane w SWZ bez zmian.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 3 wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu wiskoelastycznego 1.8% o masie cząsteczkowej 2.9-3.8 mln Da, lepkość 350000-550000mPas, ph 6.8-7.6, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry opisane w SWZ bez zmian.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 4 wyrazi zgodę na zaferowanie metylocelulozy o pojemności ampułkostrzykawki 2,5ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie, zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 3 poz. 4 wyrazi zgodę na zaferowanie metylocelulozy o pojemności ampułkostrzykawki 2,0ml, przy zachowaniu pozostałych wymagań bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr53: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry opisane w SWZ bez zmian.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

W razie zaferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowanego a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SWZ czy w przypadku modyfikacji SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (datę odpowiedzi lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

4 upoważnienia
KOMENDANTA
4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ
SP ZOZ we Wrocławiu
Piotr STRAK
Kierownik Sekcji Zamówień i Sprzedaży
(podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)