



Poznań, 8 kwietnia 2021 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI LEKARZ
WETERYNARII

Andrzej Żarnecki

wg rozdzielnika

Nasz znak: AD-O.272.12.2021

Dot. sprawy nr: -

pismo z dnia: -

WYJAŚNIENIE treści SWZ

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, działając zgodnie z treścią art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Dotyczy postanowień SWZ i wzoru umowy

Pytanie nr 1: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego postanowienia, w zgodzie z dyspozycją art. 107 PZP: „Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.”

Odpowiedź nr 1: Zgodnie z treścią punktu X specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie nr 2: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?”



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy następującego postanowienia? Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie”

Odpowiedź nr 2 - 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 4: „Par. 3 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?”

Odpowiedź nr 4: Wszelkie wymagania i informacje dotyczące przeszkolenia pracowników Zamawiającego zawarte są w opisach przedmiotu zamówienia specyfikacji warunków zamówienia, która stanowi załącznik nr 2 do umowy i jest integralną częścią składową umowy.

Pytanie nr 5: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił 21 dni od daty podpisania umowy a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?”

Pytanie nr 6: „Par. 4 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?”

Pytanie nr 7: „Par. 6 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?”

Pytanie nr 8: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?”

Pytanie nr 9: „Par. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”?”

Pytanie nr 10: „Par. 7 ust. 1 pkt 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?”



Pytanie nr 11: „Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?”

Odpowiedź nr 5 - 11: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet VI, załącznik nr 7 do SWZ

Pytanie nr 12: „Czy Zamawiający dopuści komorę z szybą nachyloną pod kątem 5 stopni?”

Pytanie nr 13: „Czy Zamawiający dopuści komorę z bokami pełnymi bez przeszklenia?”

Pytanie nr 14: „Czy Zamawiający dopuści komorę z klasyczną świetlną lampą jarzeniową >850 lux bez dodatkowej regulacji zgodnej z zapisami wymaganej normy EN 12469”

Pytanie nr 15: „Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne by zamiast dokumentu wystawionego przez laboratorium, na etapie dostawy wykonana została kwalifikacja uwzględniająca wymagane pomiary (pomiar prędkości przepływu powietrza, integralności i szczelności filtrów HEPA, pomiar koncentracji cząstek stałych w przestrzeni roboczej komory, sprawdzenie światła białego i lampy UV) przez autoryzowany serwis producenta oferowanego sprzętu oraz serwisanta posiadającego certyfikat PCA z zakresu metrologii i teorii pomiaru oraz opracowywania wyników?”

Pytanie nr 16: „Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości 1450 mm (szer x gł x wys) wraz ze stelażem regulowanym w zakresie 730-890 mm co pozwoli na uzyskanie wysokości ok. 218 cm?”

Odpowiedź nr 12 - 16: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 17: „Czy Zamawiający wymaga by szyba komory po zamknięciu posiadała szczelność aerozolową poprzez automatyczne dociśnięcie w pozycji horyzontalnej do uszczelki obramowania?”

Pytanie nr 18: „Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała filtry HEPA klasy H14 wysokiej żywotności min. 7000 godzin pracy?”



Odpowiedź nr 17 - 18: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet VII, załącznik nr 8 do SWZ

Pytanie nr 19: „Czy Zmawiający dopuści komorę z szybą nachyloną pod kątem 5 stopni?”

Pytanie nr 20: „Czy Zamawiający dopuści komorę z klasyczną świetlną lampą jarzeniową >850 lux bez dodatkowej regulacji zgodnej z zapisami wymaganej normy EN 12469”

Pytanie nr 21: „Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne by zamiast dokumentu wystawionego przez laboratorium, na etapie dostawy wykonana została kwalifikacja uwzględniająca wymagane pomiary (pomiar prędkości przepływu powietrza, integralności i szczelności filtrów HEPA, pomiar koncentracji cząstek stałych w przestrzeni roboczej komory, sprawdzenie światła białego i lampy UV) przez autoryzowany serwis producenta oferowanego sprzętu oraz serwisanta posiadającego certyfikat PCA z zakresu metrologii i teorii pomiaru oraz opracowywania wyników?”

Pytanie nr 22: „Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości 1450 mm (szer x gł x wys) wraz ze stelażem regulowanym w zakresie 730-890 mm co pozwoli na uzyskanie wysokości ok. 218 cm ?”

Odpowiedź nr 19 - 22: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 23: „Czy Zamawiający wymaga by szyba komory po zamknięciu posiadała szczelność aerozolową poprzez automatyczne dociśnięcie w pozycji horyzontalnej do uszczelki obramowania?”


Pytanie nr 24: „Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała filtry HEPA klasy H14 wysokiej żywotności min. 7000 godzin pracy?”

Odpowiedź nr 23 - 24: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet VIII, załącznik nr 9 do SWZ

Pytanie nr 25: „Czy Zmawiający dopuści komorę z szybą nachyloną pod kątem 5 stopni?”

Pytanie nr 26: „Czy Zamawiający dopuści komorę z bokami pełnymi bez przeszklenia?”



Pytanie nr 27: „Czy Zamawiający dopuści komorę z klasyczną świetlną lampą jarzeniową >850 lux bez dodatkowej regulacji zgodnej z zapisami wymaganej normy EN 12469”

Pytanie nr 28: „Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne by zamiast dokumentu wystawionego przez laboratorium, na etapie dostawy wykonana została kwalifikacja uwzględniająca wymagane pomiary (pomiar prędkości przepływu powietrza, integralności i szczelności filtrów HEPA, pomiar koncentracji cząstek stałych w przestrzeni roboczej komory, sprawdzenie światła białego i lampy UV) przez autoryzowany serwis producenta oferowanego sprzętu oraz serwisanta posiadającego certyfikat PCA z zakresu metrologii i teorii pomiaru oraz opracowywania wyników?”

Pytanie nr 29: „Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości 1450 mm (szer x gł x wys) wraz ze stelażem regulowanym w zakresie 730-890 mm co pozwoli na uzyskanie wysokości ok. 218 cm?”

Odpowiedź nr 25 - 29: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 30: „Czy Zamawiający wymaga by szyba komory po zamknięciu posiadała szczelność aerozolową poprzez automatyczne dociśnięcie w pozycji horyzontalnej do uszczelki obramowania?”

Pytanie nr 31: „Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała filtry HEPA klasy H14 wysokiej żywotności min. 7000 godzin pracy?”

Odpowiedź nr 30 - 31: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XXV, załącznik nr 26 do SWZ

Pytanie nr 32: „Czy Zamawiający dopuści komorę z szybą nachyloną pod kątem 5 stopni?”

Pytanie nr 33: „Czy Zamawiający dopuści komorę z klasyczną świetlną lampą jarzeniową >850 lux bez dodatkowej regulacji zgodnej z zapisami wymaganej normy EN 12469”

Pytanie nr 34: „Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne by zamiast dokumentu wystawionego przez laboratorium, na etapie dostawy wykonana została kwalifikacja uwzględniająca wymagane pomiary (pomiar prędkości przepływu powietrza, integralności i szczelności filtrów HEPA, pomiar koncentracji cząstek stałych w przestrzeni roboczej komory, sprawdzenie światła białego i lampy UV) przez autoryzowany serwis producenta oferowanego sprzętu oraz serwisanta posiadającego certyfikat PCA z zakresu metrologii i teorii pomiaru oraz opracowywania wyników?”



Pytanie nr 35: „Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości 1450 mm (szer x gł x wys) wraz ze stelażem regulowanym w zakresie 730-890 mm co pozwoli na uzyskanie wysokości ok. 218 cm?”

Odpowiedź nr 32 - 35: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 36: „Czy Zamawiający wymaga by szyba komory po zamknięciu posiadała szczelność aerozolową poprzez automatyczne dociśnięcie w pozycji horyzontalnej do uszczelki obramowania?”

Pytanie nr 37: „Czy Zamawiający wymaga by komora posiadała filtry HEPA klasy H14 wysokiej żywotności min. 7000 godzin pracy?”

Odpowiedź nr 36 - 37: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiety VI, VII, VIII, XXV, załączniki nr 7, 8, 9 i 26 do SWZ

Pytanie nr 38: „Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną wyposażoną w szybę frontową pochyloną pod kątem 8° względem blatu roboczego i pozostałych parametrach zgodnych SIWZ.”

Pytanie nr 39: „Czy w związku z faktem, że oferowane przez nas komory, obligatoryjnie badane są w przykładowym laboratorium badawczym działającym zgodnie z normą PN-EN ISO 17025, a badanie obejmuje: prędkość przepływu powietrza, integralność filtra HEPA, skuteczność filtracji, szczelność posadowienia filtra, odchylenie strugi powietrza laminarnego, wykonywane jest przyrządami posiadającymi aktualne świadectwo wzorcowania (do okazania), poświadczone świadectwem badania, Zamawiający odstąpi od wymogu, by badania wykonane były przez laboratorium posiadające akredytację.”

Odpowiedź nr 38 - 39: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiety XII, załączniki nr 13 do SWZ

Pytanie nr 40: „Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych w zakresie głębokości 872 mm.”

Odpowiedź nr 40: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lodówki laboratoryjnej o wymiarach zewnętrznych - głębokość do 872mm.



Pytanie nr 41: „Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chłodziarki z półkami metalowymi plastyfikowanymi?”

Pytanie nr 42: „Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za element równoważny do sterownika elektronicznego z wyświetlaczem LCD zestaw do monitorowania temperatury w chłodziarce?”

Pytanie nr 43: „Czy podana pojemność jest pojemnością użytkową czy pojemnością brutto? Prosimy o zgodę na zaoferowanie chłodziarki o pojemności użytkowej 480L.”

Odpowiedź nr 41 - 43: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 44: „Zgodnie z zapisem „Urządzenie było wywzorcowane przez laboratorium posiadające akredytację w środkowym punkcie każdej półki w temperaturze + 5 °C w wewnętrznej komorze w co najmniej 9 punktach” oznacza, że chłodziarkę trzeba wstawić do specjalnej komory klimatycznej. Czy to Zamawiający ma na myśli? Czy raczej chodziło o to, aby wewnętrzna komora przedmiotu zamówienia była mapowana w środkowym punkcie każdej półki w temperaturze + 5 °C”

Odpowiedź nr 44: W opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie XII, załącznik nr 13 do SWZ, Zamawiający zapisał „*Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wymaga aby urządzenie było wywzorcowane przez laboratorium posiadające akredytację w środkowym punkcie każdej półki w temperaturze 5°C. (...)*” Wzorcowanie lodówki laboratoryjnej nie wymaga wstawiania jej do komory klimatycznej, wzorcowanie polega na rozłożeniu sond we wnętrzu lodówki w środkowym punkcie każdej jej półki.

Pytanie nr 45: „Prosimy o wyjaśnienie, na którym poziomie będą umieszczone urządzenia? Czy jest winda towarowa w budynku? Czy będzie konieczność przemieszczenia zamrażarki po schodach? jakiej wielkości są otwory drzwiowe?”

Odpowiedź nr 45: Zgodnie z treścią odpowiedzi udzielonej 29 marca 2021 r. Wymiary drzwi do budynku: szerokość 90cm, wysokość 205cm.

Pytanie nr 46: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres od +1 do + 15 °C lub od +1 do + 10 °C?”

Pytanie nr 47: „Czy Zamawiający dopuści lodówkę laboratoryjną o zakresie temperatur +2°C -15°C?”

Pytanie nr 48: „Czy Zamawiający dopuści lodówkę z 4 stopkami z możliwością regulowania wysokości?”

Pytanie nr 49: „Czy Zamawiający dopuści lodówkę o wysokości 2100mm?”



Odpowiedź nr 46 - 49: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 50: „Czy Zamawiający dopuści lodówkę ze sterownikiem elektronicznym i wyświetlaczem LED?”

Odpowiedź nr 50: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lodówki laboratoryjnej ze sterownikiem elektronicznym z wyświetlaczem LED.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiety XXII, załączniki nr 23 do SWZ

Pytanie nr 51: „Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do błędu w opisie przedmiotu zamówienia. Podane wymiary, w szczególności wysokość nie koresponduje z wymaganą pojemnością 100L.”

Odpowiedź nr 51: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Pytanie nr 52: „Czy podana pojemność jest pojemnością użytkową czy pojemnością brutto? Prosimy o zgodę na zaoferowanie zamrażarki o pojemności użytkowej 91 L.”

Pytanie nr 53: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wymuszonym obiegiem powietrza?”

Pytanie nr 54: „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania drzwi zamykanych na klucz.”

Odpowiedź nr 52 - 54: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiety XXIV, załączniki nr 25 do SWZ


Pytanie nr 55: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zakres temperatury od -10 do -25 °C ?”

Pytanie nr 56: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamrażarkę o wysokości 2037 mm?”

Odpowiedź nr 55 - 56: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 57: „Prosimy o wyjaśnienie, czy wewnątrz ma być wykonane z aluminium czy stali nierdzewnej?”

Pytanie nr 58: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na wewnątrz ze stali nierdzewnej?”



Odpowiedź nr 57 - 58: Zamawiający wszystkie istotne, minimalne parametry wskazał w opisie przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania.

Pytanie nr 59: „Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamrażarkę wyposażoną w 5 półek zamiast szuflad?”

Pytanie nr 60: „Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości 2100mm?”

Pytanie nr 61: „Czy Zamawiający dopuści lodówkę z 4 stopkami z możliwością regulowania wysokości?”

Odpowiedź nr 59 - 61: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XI, załącznik nr 12 do SWZ

Pytanie nr 62: „Czy Zamawiający dopuści aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych spełniający wszystkie wymogi SWZ z wyjątkiem parametrów jednostki sterującej? Uzasadnienie: Aparat jest opatrzony certyfikatem CE-IVD i procedura diagnostyczna wymaga zastosowania zwalidowanej i dedykowanej przez producenta automatu jednostki sterującej z oprogramowaniem z parametrami jn: Control Unit Engage Flex Pro (bez licencji MS) · Procesor: Procesor Intel® Core™ i5 8500 6C CPU · Pamięć: 16 GB RAM, (2x8 GB) DDR4 2666 · Dyski twarde: - 1 szt. 500 GB 7200 obr./min 3,5 cala SATA HDD, - 1 szt. 1 TB 7200 obr./min 3,5 cala SATA HDD · Karta graficzna Intel UHD Graphics 630 · Karta dźwiękowa HD stereo codec Conexant CX20632 · Napęd optyczny: nagrywarka HP 9,5 mm SuperMulti DVDRW 600/800 Tower, zaw. I / O: 2 USB 2.0 z przodu + 5 USB 2.0 z tyłu · LAN: połączenie sieciowe Intel I210-T1 PCIe x1 Gb NIC · 2 porty szeregowo · Klawiatura przewodowa- HP USB, Mysz optyczna- HP USB - monitor 19 cali - Kontrast 1000:1 - czas reakcji 5ms”

Odpowiedź nr 62: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaproponowanej jednostki sterującej.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XIV, załącznik nr 15 do SWZ

Pytanie nr 63: „Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie aparatu real-time PRC z jednostką sterującą dedykowaną do tego aparatu przez producenta, o następujących parametrach: Hardware HP EngageFlexPro (without MS License) Intel Core i5 8500 6C CPU 16GB (2x8GB) DDR4 2666 RAM Intel UHD Graphics 630 HD stereo codec Conexant CX20632 9.5mm SuperMulti DVDRW 600/800 Tower 500GB 7200RPM 3.5in Hard disk 7 x USB 2.0 Intel Ethernet I210-T1 PCIe x1 Gb NIC 3 Serial port 1 PS/2 (Mouse or Keyboard) LightCycler® 480 II image version 3.1.0.2: Software Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64-Bits Microsoft .NET Framework Version 4.7.2 Roche Fonts Version 2.0 Adobe Acrobat reader DC Version 2019.010.20099 Ultra VNC 64-Bit, Version 1.2.2.4 Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) Version 14.0.23026.0 Microsoft Windows PE version 64-Bit,



Version 10 (created from Windows 10 ADK v1803) Roche FSR Authentication Logon Module Version 1.5.1.2 Symantec Enhanced Protection (SEP) Version 14.2.1031.0100 HP Universal Printer Driver for Windows PCL6 Version 6.7.0.23989 Notepad++ Version 7.5.5 Win SCP 5.15.1 LightCycler 480 II Application Package AnDI Service Software 3.1.0”

Odpowiedź nr 63: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaproponowanej jednostki sterującej.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XVII, załącznik nr 18 do SWZ

Pytanie nr 64: „Czy Zamawiający dopuści wirówkę z regulacją czasu pracy 30s-90min lub tryb pracy ciągłej?”

Pytanie nr 65: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości 579mm?”

Pytanie nr 66: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 36kg?”

Pytanie nr 67: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez możliwości pulsacyjnego wirowania ?”

Pytanie nr 68: „Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez pokrywy wyposażonej w wizjer?”

Odpowiedź nr 64 - 68: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XVIII, załącznik nr 19 do SWZ

Pytanie nr 69: „Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wymiarach (wys x szer x gł) 269x445x579mm?”

Pytanie nr 70: „Czy Zamawiający dopuści wirówkę o wadze 36kg?”

Odpowiedź nr 69 - 70: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XXI, załącznik nr 22 do SWZ

Pytanie nr 71: „Czy Zamawiający dopuści Vortex o zakresie prędkości 0-2500rpm?”

Pytanie nr 72: „Czy Zamawiający dopuści Vortex bez wyświetlacza LCD. Vortex posiada pokrętło, służące do ustawiania żądanych parametrów.”



Odpowiedź nr 71 - 72: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia, pakiet XXIII, załącznik nr 24 do SWZ

Pytanie nr 73: „Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o zakresie temperatur -5°C - 20°C?”

Pytanie nr 74: „Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o wysokości 940mm?”

Pytanie nr 75: „Czy Zamawiający dopuści lodówkę z 4 stopkami z możliwością regulowania wysokości?”

Odpowiedź nr 73 - 75: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany i nie wprowadza modyfikacji specyfikacji warunków zamówienia.

z up. Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
KIEROWNIK
Zespołu ds. Administracyjnych

mgr Lidia Zwierzchowska-Cerek

Sporządziła: D. Bartoszevska



Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel.: (61) 868-93-47, fax: (61) 868-45-31, e-mail: sekretariat@wiw.poznan.pl, www.wiw.poznan.pl