

Dziekan

**Zamawiający:**  
**Politechnika Gdańska**  
**Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki**  
**ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk**

Gdańsk, dnia 03.04.2024 r.

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA  
ORAZ ZMIANA  
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

*dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) pn. „Dostawa platformy pomiarowej oraz włókien i patchcordów światłowodowych do budowy stanowiska laboratoryjnego do pomiarów torów światłowodowych dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej”, nr CRZP/47/009/D/24, ZP/27/WETI/24, ogłoszenie o zamówieniu nr 2024/BZP 00263904/01.*

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm. - zwanej dalej ustawą Pzp), Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły w dniu 02.04.2024 r. poprzez *Platformę zakupową*:

**Pytanie nr 1**

Pytanie dotyczące części 1 postępowania.

Zamawiający wymaga dostarczenia reflektometru o szerokości impulsu: od 3ns do 20ms. Naszym zdaniem maksymalna szerokość impulsu która może mieć zastosowanie w wymaganych przez Zamawiającego aplikacjach pomiarowych to 20us.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie z szerokością impulsu od 5ns do 20us.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający akceptuje urządzenie z szerokością impulsu 5ns do 20 $\mu$ s (mikrosekund)

**Pytanie nr 2**

Pytanie dotyczące części 1 postępowania.

Zamawiający wymaga dynamiki :

1310 nm: min 43 dB,

1550 nm: min 40 dB,

1650 nm: min 40dB;

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o dynamice:

1310 nm: min 42 dB,

1550 nm: min 40 dB,

1650 nm: min 40dB;

**Odpowiedź 2**

Zamawiający zaakceptuje urządzenie o dynamice:

1310 nm: min 42 dB,

1550 nm: min 40 dB,

1650 nm: min 40dB;

Powyższe pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. Ich nieuwzględnienie w ofercie spowoduje odrzucenie oferty. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokona zmiany SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

## ZMIANA SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 7 ustawy Pzp Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmiany wprowadzone do treści SWZ, dokonane na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie:

### I. W Rozdziale XIII ust. 1 SWZ Termin związania ofertą.

Przed zmianą:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **04.05.2024 r.**

Po zmianie:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **10.05.2024 r.**

### II. W Rozdziale XIX ust. 1 pkt. 1) SWZ Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

Przed zmianą:

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem *Platformy* pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pg\\_edu/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia **05.04.2024 r.** do godz. **10:00**.

Po zmianie:

- 1) Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem *Platformy* pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/pg\\_edu/proceedings](https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings) na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania - w nieprzekraczalnym terminie do dnia **11.04.2024 r.** do godz. **10:00**.

### III. W Rozdziale XIX ust. 4 pkt. 1) SWZ Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert.

Przed zmianą:

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.04.2024 r.** o godz. **10:15**.

Po zmianie:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **11.04.2024 r.** o godz. **10:15**.

### IV. Zmianie ulega Załącznik nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zmieniony Załącznik nr 5 do SWZ zostaje udostępniony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Powyższe pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ oraz mają moc wiążącą dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Dziękuję  
prof. dr hab. inż. Dariusz Stefański