

Trzebnica, 28.01.2022 r.

Nr postępowania: ZP/2/2022/ZO

### ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (1)

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na dostawę środków ochrony osobistej w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez Covid-19 - 3”.

Zamawiający: Szpital im Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

1. **Pakiet nr 2.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 2 kombinezonu ochronnego o gramaturze 55-60g/m<sup>2</sup> ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. **Pakiet nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 3 ochraniaczy na obuwiu wykonanych z PP+PE z podeszwą antypoślizgową o gramaturze 55gsm ?

**Odpowiedź:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. **Pakiet nr 3.**

Czy Zamawiający dopuści buty wysokie z włókniny polipropylenowej laminowanej folią (laminat dwuwarstwowy) ogr. 35g/m<sup>2</sup>, o podwyższonej wytrzymałości, mocowane za pomocą gumki, wysokie 50cm, rozmiar uniwersalny.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza.