



Kup, dn. 29 kwietnia 2022 r.

Nr sprawy ZP/5/2022

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby projektu rehabilitacji pocovidowej.**

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy Formularza ofertowego – załącznik nr 1: - Czy Zamawiający w Formularzu ofertowym nie popełnił omyłki źle nazywając zadania?
– proszę o potwierdzenie, że powinno być:
Zadanie nr 1 – Łóżka szpitalne, elektryczne dla pacjentów do 180 kg.
Zadanie nr 2 – Łóżka szpitalne, elektryczne dla pacjentów do 240 kg.

Odp.: Nastąpiła omyłka pisarska. W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza modyfikację załącznika nr 1 do SWZ „formularz ofertowy” poprzez dodanie poprawnych nazw zadań. Poprawiony druk formularza oferty stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Dot. Zadanie 1 dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 180kg-ilość 25szt. oraz Zadanie 2 dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 240kg-ilość 8 szt.:

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością wyboru kolorów wypełnień szczytów spośród 10 propozycji oraz z ramą w kolorze białym RAL 9002?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

3. Czy w rozumieniu pkt 4 łóżko ma posiadać sygnalizację diodową włączenia do sieci umieszczoną na pilocie?

Odp.: Tak, Zamawiający wymaga sygnalizacji diodowej włączenia do sieci umieszczonej na pilocie.

4. Czy w rozumieniu pkt 6 łóżko ma posiadać blokadę sterowania elektrycznego w postaci kluczyka, którym można zablokować wszystkie funkcje lub wybrane?

Odp.: Zamawiający odstępuje od tego wymogu.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty z polipropylenu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy w rozumieniu pkt 7 łóżko ma posiadać dodatkowo elektryczną regulację pozycji Trendelenburga i anty Trendelenburga z uwagi na to, iż są to pozycje stosowane do ratowania życia oraz do podniesienia komfortu pacjenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 2000x900mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

8. Mając na uwadze pkt 9 czy łóżko ma posiadać leże o standardowej długości 2000mm wraz z funkcją przedłużenia leża realizowaną za pomocą automatycznych blokad?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 995mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 200x85cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy z uwagi na trend jakim jest rosnąca średnia waga społeczeństwa łóżko ma posiadać bezpieczne obciążenie robocze na poziomie 250kg?

Odp.: Nie ma takiego wymogu.

12. Biorąc pod uwagę brak określenia zakresu regulacji wysokości leża, a po za tym idzie ogromne ryzyko otrzymania w przedmiotowym postępowaniu łóżka o niebezpiecznej, wysokiej pozycji minimalnej zwracamy się z sugestią oraz zapytaniem czy łóżko ma posiadać minimalną wysokości leża poniżej wartości 38cm? Informujemy, iż czołowi producenci oraz dystrybutorzy łóżek szpitalnych w Polsce posiadają w ofercie takie łóżka. Wysokość minimalna jest istotna dla pacjentów niskiego wzrostu, poniżej 160cm, starszych, schorowanych z ograniczoną mobilnością. Tacy pacjenci na łóżku z minimalną wysokością np. 45cm i wyżej nie będą sięgać stopami do podłogi, co może być przyczyną ich upadku podczas opuszczania łóżka.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

13. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta podczas transportu łóżko ma posiadać blokady szczytów uniemożliwiające przypadkowe ich wyjęcie?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

14. Czy z uwagi na konieczność szybkiej i łatwej dezynfekcji łóżko ma posiadać metalowe leże wypełnione odejmowanymi, lekkimi (poniżej 1kg) panelami wykonanymi z tworzywa?

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ.

15. Prosimy o informację czy szafka przyłóżkowa ma posiadać dodatkowy blat dla pacjenta?

Odp.: Tak, szafka musi posiadać dodatkowy blat dla pacjenta.

Dot. Zadania 1. Dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 180 kg- ilość 25:

16. Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o konstrukcji wykonanej z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym dostępnym w kolorze RAL 9002?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

17. Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez sygnalizacji włączenia do sieci? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

18. Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami tworzywowymi, wykonanymi z polipropylenu, z użyciem nanotechnologii srebra?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

19. Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym nie ma możliwości wyboru kolorystycznego akcentu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

20. Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 905x 2020mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

21. Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z podwójnymi barierkami bocznymi, tworzywowymi. Wysokość barierki bocznej w części plecowej wynosi 405 mm natomiast w części nożnej 385 mm. Barierki składane są składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego ruchu przy pomocy dźwigni, nie powodują poszerzania łóżka, są składane poniżej poziomu materaca i zabezpieczają pacjenta na całej długości leża? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

22. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z 4 kołami o średnicy 15 cm, z czego dwa posiadają indywidualną blokadę kół?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

23. Punkt 16 tabeli: Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem z pokrowcem nadającym się do dezynfekcji o wymiarach 2000 x 850 x 120 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania 21. Dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 240 kg- ilość 8:

24. Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o konstrukcji wykonanej z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym dostępnym w kolorze RAL 9002?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

25. Punkt 4 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez sygnalizacji włączenia do sieci? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

26. Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze szczytami tworzywowymi, wykonanymi z polipropylenu, z użyciem nanotechnologii srebra?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

27. Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, w którym nie ma możliwości wyboru kolorystycznego akcentu?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

28. Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o wymiarach leża 905x 2020mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

29. Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z podwójnymi barierkami bocznymi, tworzywowymi. Wysokość barierki bocznej w części plecowej wynosi 405 mm natomiast w części nożnej 385 mm. Barierki składane są składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego ruchu przy pomocy dźwigni, nie powodują poszerzania łóżka, są składane poniżej poziomu materaca i zabezpieczają pacjenta na całej długości leża? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z 4 kołami o średnicy 15 cm, z czego dwa posiadają indywidualną blokadę kół?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

31. Punkt 16 tabeli: Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z materacem z pokrowcem nadającym się do dezynfekcji o wymiarach 2000 x 850 x 120 mm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dot. Zadania 1 i 2:

32. Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

33. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne ze szczytami wykonanymi z płaskowników stalowych lakierowanych proszkowo, z wypełnieniem z płyty HPL?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

34. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z leżem o długości 2000 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp.: W przypadku zadania nr 1 - Zamawiający dopuszcza a w przypadku Zadania nr 2 – Zamawiający nie dopuszcza.

35. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne o szerokości całkowitej 990 mm, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 1 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

36. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z materacem o wymiarach 88 x 2000 mm, adekwatnym dla oferowanego łóżka?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

37. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe w kształcie litery C oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling oraz blatem bocznym wyposażonym w 2 listwy aluminiowe w kształcie litery C?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

38. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez możliwości rozbudowy szuflady o zamek z kluczykiem?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 1 dostawa łóżek szpitalnych elektrycznych dla pacjentów do 180kg – ilość 25 szt.:

39. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 200cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

40. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 85cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

41. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 211cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

42. Czy Zamawiający oczekuje szafki przyłóżkowej z blatem bocznym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania nr 2 dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 240kg – ilość 8 szt.

43. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o długości 200cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

44. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 85cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

45. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 211cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

46. Czy Zamawiający oczekuje szafki przyłóżkowej z blatem bocznym?

Odp.: Zamawiający oczekuje szafki z blatem, nie stawia wymogu by był to blat boczny.

Dot. ZADANIA NR 1

47. Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 6 tygodni ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

48. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści leże 850 x 2000 mm ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

49. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści długość całkowitą 214 cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

50. Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści barierki z dźwignią blokady pod leżem od strony nóg pacjenta w miejscu dla niego niedostępnym, gdzie składanie odbywa się poprzez zwolnienie dźwigni i opuszczenie barierki oraz automatyczna blokada w najwyższym położeniu ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. ZADANIA NR 2

51. Czy Zamawiający dopuści czas realizacji 6 tygodni ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

52. Czy Zamawiający w pkt. 9 dopuści leże 850 x 2000 mm ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

53. Czy Zamawiający w pkt. 11 dopuści długość całkowitą 214 cm ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

54. Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści barierki z dźwignią blokady pod leżem od strony nóg pacjenta w miejscu dla niego niedostępnym, gdzie składanie odbywa się poprzez zwolnienie dźwigni i opuszczenie barierki oraz automatyczna blokada w najwyższym położeniu ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2.1 do SWZ

55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektrycznie sterowane bez sygnalizacji włączenia do sieci? W oferowanym łóżku sygnalizacja informuje o statusie aktywności elektrycznej łóżka (sieć lub akumulator). Prosimy pamiętać, że jakakolwiek sygnalizacja nie zabezpiecza skutecznie przed nieświadomym wyrwaniem kabla z gniazdka sieciowego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne z leżem o wymiarach 85 cm x 200 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, w którym barierki odblokowywane są poprzez uchwycenie barierki jedną ręką, zwolnienie blokady drugą ręką oraz opuszczenie barierki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, którego materac z pokrowcem nadającym się do dezynfekcji dopasowany jest do wymiarów leża? (85 cm x 200 cm)

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy załącznika nr 2.2 do SWZ

59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektrycznie sterowane bez sygnalizacji włączenia do sieci? W oferowanym łóżku sygnalizacja informuje o statusie aktywności elektrycznej łóżka (sieć lub akumulator). Prosimy pamiętać, że jakakolwiek sygnalizacja nie zabezpiecza skutecznie przed nieświadomym wyrwaniem kabla z gniazdka sieciowego.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne z leżem o wymiarach 85 cm x 200 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, w którym barierki odblokowywane są poprzez uchwycenie barierki jedną ręką, zwolnienie blokady drugą ręką oraz opuszczenie barierki?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, którego materac z pokrowcem nadającym się do dezynfekcji dopasowany jest do wymiarów leża? (85 cm x 200 cm).

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Formularza Ofertowego

63. W części XII SWZ w punkcie 14, paragrafie 3- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty Oświadczenia wstępnego wykonawcy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, natomiast załącznik nr 3 dołączony do SWZ to Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym jednocześnie Zamawiający mówi w części XXI, pkt 1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ, należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 3.

64. W części XII SWZ w punkcie 15 Zamawiający mówi o oświadczeniu wstępnym zamieszczonym w załączniku 3/3A do SWZ. W dokumentach zamieszczonych przez Zamawiającego załącznik 3A to Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie.

Odp.: Zapisy pozostają jak w SWZ, należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem odpowiednio nr 3 lub jeśli zaistnieje taka konieczność to nr 3A.

Pytania do Załącznika nr 2.1. do SWZ

65. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym dostępną w trzech kolorach proponowanych przez Producenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

66. Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie sygnalizacja włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka jest zrealizowana za pomocą diody w pilocie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

67. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kablem zasilającym prostym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

68. Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane elektrycznie nie wyposażone w zasilanie akumulatorowe?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

69. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżek wykonane z tworzywa ABS z możliwością wyboru koloru wkładki z trzech dostępnych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

70. Czy Zamawiający dopuści leże o wymiarach 90cmx190cm ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

71. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 210 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

72. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 99 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

73. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające tylko i wyłącznie centralną blokadę kół?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

74. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem nieposiadającym funkcji blokady?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Załącznika nr 2.2. do SWZ

75. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym dostępną w trzech kolorach proponowanych przez Producenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

76. Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie sygnalizacja włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka jest zrealizowana za pomocą diody w pilocie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

77. Czy Zamawiający dopuści łóżko z kablem zasilającym prostym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

78. Czy Zamawiający dopuści łóżko sterowane elektrycznie nie wyposażone w zasilanie akumulatorowe?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

79. Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżek wykonane z tworzywa ABS z możliwością wyboru koloru wkładki z trzech dostępnych?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

80. Czy Zamawiający dopuści leże o wymiarach 90cmx190cm ?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

81. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 210 cm?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

82. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 99 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

83. Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające tylko i wyłącznie centralną blokadę kół?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

84. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem nieposiadającym funkcji blokady?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Dot. Zadania 1. Dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 180 kg – 25 szt. oraz Zadania 2 Dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 240 kg – 8 szt.:

85. Pkt.3 – Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego o konstrukcji wykonanej z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, epoksydowanych, w kolorze białym.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

86. Pkt.8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego ze szczytami wykonanymi z polipropylenu, z rurkami łączącymi ze stali nierdzewnej, z możliwością wyboru koloru wstawek.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

87. Pkt.9 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego o wymiarach leża 85 x 195 cm. Leże musi być krótsze od długości całkowitej łóżka, a Zamawiający wymaga takiej samej długości leża jak długości całkowitej łóżka (Pkt.11).

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

88. Pkt.11 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łóżka elektrycznego o długości całkowitej 213 cm.

Odp.: W zakresie zadania nr 1 - Zamawiający dopuszcza a w zakresie zadania nr 2 – Zamawiający nie dopuszcza.

Ponadto, w związku z zaistniałą omyłką pisarską, Zamawiający wprowadza modyfikacje zapisów w SWZ oraz formularza oferty, gdzie:

1. Rozdział V, ust. 8 SWZ otrzymuje brzmienie:

„8. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się transportem Wykonawcy i na jego koszt, wraz z rozładunkiem do Szpital w Kup, ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup”.

2. Załącznik nr 1 do SWZ „Formularz oferty” w części dot. nazw zadań otrzymuje brzmienie”

„Zadanie nr 1 - Dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 180kg – ilość 20 za cenę jednostkową: zł netto, VAT zł tj. zł brutto tj. za cenę łączną (20 szt.): zł netto, VAT zł tj. zł brutto (łącznie brutto słownie:..... zł)

Zadanie nr 2 - Dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 240kg – ilość 8 za cenę jednostkową: zł netto, VAT zł tj. zł brutto tj. za cenę łączną (8 szt.): zł netto, VAT zł tj. zł brutto (łącznie brutto słownie:..... zł)”

Poprawiony druk formularza oferty stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

3. Załącznik nr 2.1. do SWZ „Zestawienie parametrów technicznych” w części dot. nazw zadań otrzymuje brzmienie”

„Zadanie nr 1 - Dostawa łóżek szpitalnych, elektrycznych dla pacjentów do 180kg – ilość 20”

Poprawiony druk „Zestawienie parametrów technicznych” do zadania nr 1 stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

PROKURENT SAMOISTNY


mgr Senia Gabulla