



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Lubliniec 08-05-2024 r.

SPZOZ-IV-ZP-64-2024

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania na: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej/magazynu SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/16/24

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ:

I grupa pytań:

1. Pytanie nr 1 do części nr 1 (A1)

Czy Zamawiający dopuści taśmy podcewkowe :

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą zasłonową oraz załonową.

Wykonana jest niewchłanianego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

- szerokość: 1,1 cm
- długość: 45 cm
- grubość: 0,50 mm
- gramatura: 57 g/m²
- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi taśmy zakończone pętelkami.

Dopuszczenie naszych produktów pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

II grupa pytań:

Pakiet A13:

Pozycja A13.1: Czy Zamawiający dopuści końcówkę jednorazową- nóż tnący, długość 15,3cm do elektrody jednorazowej lub wielorazowej (do uchwytu), o rozmiarach 2,4 mm do diatermii Valleylab?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pozycja A13.2: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Pozycja A13.4 oraz A13.5: Czy Zamawiający usunie bądź wydzieli do osobnego pakietu te pozycje?

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla pozycje nr A13.4 i nr A13.5. Nie należy wyceniać w ofercie pozycji tych pozycji w części nr A13.

A13.6: Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną, uniwersalną dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg, jednorazową, dzieloną symetrycznie na dwie równe połówki, powierzchnia ogólna 168 cm², powierzchnia czynna 105 cm², grubość hydrożelu 0,69 mm, wymiary 163,5 x 117 mm, podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej, pakowana pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.


A13.7: Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny jednorazowy, jałowy, z nożykiem i kablem dł. 3 m, wtyk do diatermii 3-pinowy, wtyk do elektrod śr. 2,38 mm, materiał uchwytu polipropylen z ABS, maksymalne natężenie prądu do 1A, maksymalna dopuszczalna częstotliwość 1MHz, hipoalergiczny, biokompatybilny, bez pirogenów, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

III grupa pytań:

Pyt. 1 . Czy Zamawiający przyjmie w części zamówienia nr A1?

Taśmę do nietrzymania moczu, materiał polipropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi, symetryczne zwężenia na końcach taśmy, taśma bez plastikowej osłonki, do zakładania taśmy służy igła wielorazowego użytku grubość taśmy 0,34mm, długość 55 cm, szerokość 1,2 cm w środkowej części, ramiona szer. 0,8 cm.



Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny.

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik - dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Nasza firma z powodzeniem działa w Polsce od 1989 roku i posiada ugruntowaną pozycję na rynku dostawców produktów medycznych - jednorazowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24-02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



IV grupa pytań:

A16. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie klipsownicy jednorazowego użytku, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem, gładka powłoka zapobiegająca uszkodzeniu endoskopu, obrotowa, długość całkowita narzędzia 2300 mm, dedykowana do kanału roboczego 2,8 mm, rozwarcie 135 stopni, wielkość otwarcia ramion klipsa 16 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A20.1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jednorazowych igieł do skleroterapii, zakończonych metalowym pierścieniem na końcówce dystalnej, cewnik wykonany z teflonu, uchwyt z tworzywa, z wypustkami do blokowania igły, kodowany kolorystycznie, w zależności od rozmiaru igły.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A20.4. Prosimy o doprecyzowanie, czy przez ustnik "z rurką teflonową", zamawiający rozumie ustnik z możliwością podawania tlenu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ustnika do gastrokopii z dostępem do tlenu, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką.

A20.4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie standardowych jednorazowych ustników z gumką dla dorosłych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ustnika do gastrokopii z dostępem do tlenu, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką.

V grupa pytań:

Część nr A16. Czy Zamawiający dopuści klipsownicy z ramionami o rozwarceniu 16 mm, dł. ramienia 9,5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część nr A20.1. Czy Zamawiający dopuści igły o grubości 0,6 mm, dł. 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Część nr A20.4. Czy Zamawiający dopuści ustnik gastrokopowy o rozmiarze, z dostępem do tlenu, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

VI grupa pytań:

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga przewodu wielorazowego, czy jednorazowego w zakresie zadania A34?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przewodu jednorazowego.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



VII grupa pytań:

1. Czy Zamawiający w A11.1 dopuści Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu oraz z portem do odsysania, sterylny, jednoczęściowy, opakowanie folia-papier, przestrzeń martwa w zakresie 15 - 20 ml wydajność nawilżania min. 28 mg/l przy VT - 500 ml, waga ok 9 g, jak obecnie stosowany ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

1. Czy Zamawiający w A11.2 dopuści Maskę krtaniową jednorazowego użytku, z PCV, do wentylacji pacjenta z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. W zestawie żel i strzykawka luer-lock 30 ml pakowane osobno, , jak obecnie stosowana ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2. Czy Zamawiający w A11.6 dopuści Rurkę intubacyjną z odsysaniem z nad mankieta, mankieta niskociśnieniowy wyprofilowany w kształcie walca, bez zawartości ftalanów, wyposażona w znaczniki głębokości w postaci dwóch półpręścieni. Linia RTG na całej długości rurki, oczko Murphy'ego, rozmiar podany na łączniku, baloniku kontrolnym i w co najmniej dwóch miejscach na korpusie rurki, wyraźny znak skracania rurki, sterylna, opakowanie papier folia z punktowymi, fabrycznymi zgrzewami zapewniającymi utrzymanie anatomicznego kształtu rurki; transparentny dren do odsysania zakończony uniwersalnym łącznikiem umożliwiającym podłączenie do urządzeń ssących i do końcówki typu luer; rozmiar 5,0-10,0 co 0,5mm, jak obecnie stosowana ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3. Czy Zamawiający w A11.7 oczekuje zaoferowania: Polipropylenowy łącznik typu martwa przestrzeń kątowny podwójnie obrotowy z zatyczką do odsysania i bronchoskopi, o długości 7/16 cm, złącze 15M – złącze pacjenta 22M/15F, sterylny, opakowanie folia-papier, jak obecnie stosowany ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

4. Czy Zamawiający w A11.9 dopuści Łącznik kątowny 120st. ze złączami podwójnie obrotowymi, złącze pacjenta 22M/15F, zakończenie 15M, port do odsysania i bronchoskopii z gumową zatyczką, jałowy, jak obecnie stosowany ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

5. Czy Zamawiający w A11.11 dopuści Rurkę intubacyjną z mankieta niskociśnieniowym wykonaną z wysokiej jakości medycznego PVC, ze znacznikiem głębokości intubacji z oznacznikiem rozmiaru na rurce i łączniku, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1 cm. Rozmiary 2,0-10,0 co 0,5 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 - 02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



6. Czy Zamawiający w A11.12 oczekuje zaoferowania: Filtr elektrostatyczny dla dorosłych, sterylny, z portem kapno, Opakowanie folia-papier skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min. 9 mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci max 18 mg H₂O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml, jak obecnie stosowany ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

7. Czy Zamawiający w A11.13 oczekuje zaoferowania: Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych, sterylny, z portem kapno, Opakowanie folia-papier, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,999%, wydajność nawilżania min. 33 mg/l przy VT 500 ml, utrata wilgoci max 6 mg H₂O/litr przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa w zakresie 50-55 ml, jak obecnie stosowany ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

8. Czy Zamawiający w A11.14 oczekuje zaoferowania: System zamknięty do odsysania pacjentów, port dla inhalatorów ciśnieniowych: Do użytku wielodobowego - 72h. Obrotowa zastawka umożliwiająca całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego. Atraumatyczna końcówka cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami. Zawór ssący kodowany kolorystycznie, obrotowy o 90st. Mocny poliuretanowy rękaw zabezpieczający cewnik przed kontaminacją z zewnątrz, jak obecnie stosowany ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

9. Czy Zamawiający w A12.1 oczekuje zaoferowania: Elektrody do defibrylacji dla dorosłych typu Quick-Combo kompatybilne z aparatem Lifepak20, z technologią rastrową, kształt owalny. Radioprzeierne. Opakowania kodowane kolorami z nadrukowanymi schematami połączeń. Zintegrowane odprowadzenia długości 120 cm. Warstwa przewodząca styku wykonana na bazie Ag/AgCl. Powierzchnia styku pojedynczej elektrody 102 cm², pary - 204 cm². Zgodność z normą ANSI / AAMI DF 80:2003, również po długotrwałej współpracy z rozrusznikiem zewnętrznym. Opak. 2 szt. (1 para), jak obecnie stosowana ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

10. Czy Zamawiający w A12.2 oczekuje zaoferowania: Elektrody do EKG jednorazowego użytku, z płynnym żel zapewniającym bardzo małą impedancję skóry i zwiększającym bezpieczeństwo dzięki krótkiemu czasowi powrotu skóry do stanu prawidłowego po zdjęciu elektrody i stykiem Ag/AgCl, podłoże piankowe jest wodoodporne i zmywalne, silnie przylepna; Bardzo mocny, łagodny dla skóry klej (wytrzymałość 72 h, odporna na zamoczenie), szczególnie zalecana do prób wysiłkowych i badania holterowskiego, Rozmiar 50×45 mm ze złączem zatraskowym, całkowita powierzchnia 1730 mm², powierzchnia żelu 346 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie 19N, jak obecnie stosowane ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



11. Czy Zamawiający w A12.5 oczekuje zaoferowania: Elektrody do EKG jednorazowego użytku; ze stykiem Ag/AgCl i podłożem piankowym, specjalny hydrożel do długotrwałego użytku, Bardzo mocny, łagodny dla skóry klej, rozmiar 57×34 mm ze złączem zatraskowym, całkowita powierzchnia 1522 mm², powierzchnia żeluz 254 mm², grubość 1mm, odporność na odrywanie 5N, jak obecnie stosowane?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

VIII grupa pytań:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. A45.2 zaoferowanie szybkie testy kasetkowe służące do wykrywania antygenów grypy wirusowej (Influenza A, Influenza B). Szybkie testy do wykrywania antygenów grypy wirusowej A (w szczególności H1N1 i H5N1) i B. Próbką: wymaz z nosogardła lub aspiraty z nosa. Czas badania: 10-15 minut, (podtypy A H3, A H5 i podtyp B). Swoistość: >=98,9% w porównaniu do metody RT-PCR (podtypy A H3, A H5 i podtyp B). W zestawie wszystkie niezbędne produkty do przeprowadzenia testu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2. Czy Zamawiający dopuści w poz. A45.4 zaoferowanie szybkiego testu kasetkowego z możliwością wykonania jedynie z wymazu pobranego z nosogardzieli?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

IX grupa pytań:

Pakiet A.16

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic o szerokości rozwarcia klipsa 15 mm i 16 mm (do wyboru), maksymalna długość ramion klipsa 11 mm, kąt zagięcia ramion klipsa 90° i 135° (do wyboru).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pakiet A.20

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 0,6 mm, długość 4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 0,6 mm, długość 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie ustnika z rurką polipropylenową.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ustnika do gastrokopii z dostępem do tlenu, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką.

X grupa pytań:

1. Pakiet nr A30, pozycja nr 4 – Czy zamawiający dopuści żel do EKG o pojemności 250ml z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2. Pakiet nr A30, pozycja nr 7 – Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze beżowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3. Pakiet nr A30, pozycja nr 8 – Czy zamawiający dopuści opaski w kolorze beżowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4. Pakiet nr A30, pozycja nr 12 – Czy zamawiający dopuści krzyżową perforację o długości 14cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

5. Pakiet nr A30, pozycja nr 16– Czy zamawiający dopuści nr serii naniesiony, rodzaj, rozmiar, znak CE oraz symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2) naniesione na części metalowej łyżki oraz informacja „single use” nasiona na części plastikowej/mocowaniu łyżki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

6. Pakiet nr A30, pozycja nr 18 – Czy zamawiający dopuści kanki doodbytnicze w rozmiarach CH22 (średnica 7,3mm, długość 40cm), CH24 (średnica 8,0mm, długość 40cm) oraz CH30 (średnica 10,0mm, długość 40cm)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

7. Pakiet nr A30, pozycja nr 21 – Czy zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



8. Pakiet nr A30, pozycja nr 25 – Czy zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane po 80 sztuk, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

9. Pakiet nr A30, pozycja nr 28 – Czy zamawiający dopuści szkiełka o wymiarach 76 x 26 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

10. Pakiet nr A30, pozycja nr 30 – Czy zamawiający dopuści pojemności 1,5l?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

11. Pakiet nr A30, pozycja nr 33 – Czy zamawiający dopuści dren o długości 3m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

12. Pakiet nr A30, pozycja nr 35 – Czy zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 3ml dla rozmiary CH6, 3-5ml dla rozmiarów CH8-CH10 oraz 5-15ml dla rozmiarów CH12-CH24?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

13. Pakiet nr A30, pozycja nr 36 – Czy zamawiający dopuści cewniki do odsysania bez CH22?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

XI grupa pytań:

Część A13

Punkt A13.1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę nożową jednorazowego użytku, o długości całkowitej 70 mm o średnicy trzonka 2,4mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

XII grupa pytań:

1. Dotyczy Pakietu A9.1; Czy Zamawiający dla poz. A9.1 dopuści zaferowanie igieł motylkowych pakowanych po 50 sztuk i zaferowanie w tej pozycji pełnego opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



2. Dotyczy Pakietu A9.3: Czy Zamawiający dla poz. A9.3 dopuści zaoferowanie igieł bezpiecznych pakowanych po 48 sztuk i zaoferowanie w tej pozycji pełnego opakowania?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3. Dotyczy Pakietu A9.7: Czy Zamawiający dla poz. A9.7 dopuści strzykawkę do gazometrii o pojemności 3ml z zalecaną objętością pobrania 1,6ml?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4. Dotyczy Pakietu A9.8: Czy Zamawiający dla poz. A9.8 Probówka PET z aktywatorem wykrzepiania 16 x 100 mm o objętości pobrania 9 - 10 ml- jeśli jest to probówka do oznaczania grupy krwi dopuści zaoferowanie probówki, których aktualnie używa o objętości 4ml z EDTA z innym korkiem niż probówka morfologiczna?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

5. Dotyczy Pakietu A9.11: Czy Zamawiający dla poz. A9.11 wymaga, aby zaoferowane probówki posiadały ograniczoną przestrzeń wolną probówki i związaną z tym aktywację płytek?
Odpowiedź: Tak, wymaga ww.

6. Dotyczy Pakietu A9.11: Czy Zamawiający dla poz. A9.11 dopuści probówki z terminem ważności 4 miesiące?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

7. Dotyczy Pakietu A9.14: Czy Zamawiający w pozycji A9.14 dopuści zaoferowanie nakłuwaczy, których aktualnie używa o szerokości nakłucia 1,5mm i głębokości 2mm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

8. Dotyczy Pakietu A9.16: Czy Zamawiający w pozycji A9.16 dopuści zaoferowanie probówek, których aktualnie używa, z korkiem wciskany, a nie zakręcany?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

9. Dotyczy Pakietu A9.18: Czy Zamawiający w pozycji A9.18 wymaga zaoferowania aparatu do oznaczania OB z probówki morfologicznej z pozycji A9.12?
Odpowiedź: Tak, wymaga ww.

10. Dotyczy Pakietu A9.18: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rozszerzenia pozycji A9.18 o kolejne pozycje – materiały zużywalne do dzierżawionego aparatu do OB, oraz o podanie jaką ilość badań OB. Zamawiający zamierza wykonać w trakcie umowy.
Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę na ww., ilość orientacyjna 4000 badań.

11. Dotyczy formularza cenowego dla Pakietu A9: Zwracamy się z prośbą o modyfikację formularza zgodnie z poniższym wzorem i liczenie wartości brutto jako wartość netto + VAT
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (dalej:



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24-02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



„ustawa o VAT”), faktura dokumentująca dostawę towarów powinna zawierać, między innymi, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto) oraz wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Zastosowanie przedstawionej tabeli zgodne jest z systemami fakturowania, w związku z czym na etapie realizacji umowy będzie całkowita zgodność między formularzem cenowym, a fakturami. Sugerowana zmiana pozwoli na uniknięcie w przyszłości reklamacji na etapie realizacji umów, wynikającej z odmiennego sposobu obliczania ceny w formularzu cenowym niż na fakturze VAT. Sprzedaż asortymentu odbywa się w pełnych opakowaniach handlowych, zatem prosimy o przyjęcie za jednostkę miary 1 op. (kol. 4) i przeliczenie zgodnie z konfekcjonowaniem (kol. 9) w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę. Należy również wskazać, że z uwagi na przyjętą przez Państwa w formularzu cenowym jednostkową cenę brutto towarów, przy kalkulowaniu właściwej kwoty netto towaru oraz stawki podatku nie zawsze jest możliwe dokładne oddanie ceny towarów. Wynika to przede wszystkim z faktu, że podział wskazanej przez Państwa kwoty brutto na cenę netto i odpowiadającą jej kwotę podatku od towarów i usług prowadzi do otrzymania wartości cen netto „niepełnych” (tj. wartości poniżej jednego złotego, które muszą być wykazywane w częściach setnych). Oznacza to, że zastosowanie oczekiwanej przez Państwa metody (wskazywania jednostkowej ceny brutto towarów) prowadziłoby do sytuacji, gdzie cena netto musiałaby zostać zaokrąglona do pełnych wartości, co powodowałoby różnice w kwotach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

12. Dotyczy formularza cenowego dla Pakietu nr A9:
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną. Przychylenie się do prośby Wykonawcy będzie miało również istotny wpływ na Zamawiającego i Wykonawcę na etapie realizację umowy. Zastosowanie ceny jednostkowej brutto do 4 miejsc po przecinku zlikwiduje prawdopodobieństwo rozbieżności pomiędzy fakturą otrzymaną przez Zamawiającego a formularzem cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

13. Dotyczy formularza cenowego dla Pakietu nr A9:
W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytania zwracamy się z prośbą o umożliwienie wyceny za opakowanie brutto. Wykonawca dokona przeliczenia ilości sztuk na opakowania do dwóch miejsc po przecinku. Przychylenie się do prośby Wykonawcy będzie miało również istotny wpływ na Zamawiającego i Wykonawcę na etapie realizację umowy. Zastosowanie ceny za opakowanie brutto zlikwiduje prawdopodobieństwo rozbieżności pomiędzy fakturą otrzymaną przez Zamawiającego, a formularzem cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



XIII grupa pytań:

Pytanie 1. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, o którym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy Zamawiający ma prawo dokonania zakupu niedostarczonego wyrobu o takiej samej nazwie/parametrach u innego dostawcy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, a Wykonawca pokryje ewentualną różnicę w cenie związaną z zakupem tych wyrobów u innych dostawców.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 2. Dotyczy zapisów umowy § 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 3. Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje, że jakiegokolwiek prawa Wykonawcy związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca gwarantuje tym samym, iż bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności nie dokona jakiegokolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z osoby Wykonawcy na inny podmiot. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić. Niniejsze ograniczenie obejmuje w szczególności przelew, subrogację ustawową oraz umowną, zastaw, hipotekę oraz przekaz.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 4. Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pytanie 5. Dotyczy części A16. Z uwagi na prawdopodobne omyłki pisarskie dot. parametrów, prosimy o dopuszczenie klipsownic o kącie zagięcia końcówek ramion w zakresie 90-135 stopni i w trzech dostępnych rozwarciach ramion: 11, 13 i 16 mm (do wyboru przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia).



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 6. Dotyczy części A20.2 i A20.3. Prosimy o dopuszczenie pętli o śr. osłonki 2,3 mm (zamiast 2,4 mm).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie 7. Dotyczy części A20.4. Czy Zamawiający dopuści ustniki z gumką standardowe tj. bez rurki teflonowej na tlen?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania ustnika do gastrokopii z dostępem do tlenu, ze wstępnie założoną po jednej stronie gumką.

XIV grupa pytań:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)”

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy par 1 ust. 2 - Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 70% wskazanej ilości.

Pytanie nr 2 (dotyczy: Pakiet A36). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z polipropylenu w różnych rozmiarach: M,L,XL oraz XXL, w opakowaniach po 10szt. dostarczanych w miarę potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 3 (dotyczy: Pakiet A39.1). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 5600 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Pytanie nr 4 (dotyczy: Pakiet A39.2). Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 1200 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pytanie nr 5 (dotyczy: Pakiet A39.6) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 120 ml.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

XV grupa pytań:

1.Część A1. Czy Zamawiający dopuści taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach:

Długość 45 cm

Masa liniowa 0,050 g/dm

Masa powierzchniowa 65 g/m²

Szerokość 1,1 cm

Grubość nitki 0,16 mm

Porowatość 65% ?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

2.Część A44.1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pęsetę o długości 13 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3.Część A44.2. Czy Zamawiający potwierdzi, że można zaoferować imadło o długości 13 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

4.Część A44.3. Czy Zamawiający potwierdzi, że można zaoferować nożyczki ostro-ostre o długości 11cm ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

XVI grupa pytań:

Pytanie 1 – dotyczy pakietu A35 . Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga czujników jednopacjentowych czy wielorazowych w technologii Masimo Set – pomiar mimo ruchu i przy niskiej perfuzji z połączeniem typu RD?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania czujników jednopacjentowych.

XVII grupa pytań:

A5.1 - Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w opakowaniu podwójnym wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



A5.2 - Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr 450x180mm wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu, dostępny w rozmiarach od CH12 do CH24?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A5.3 -Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych długość 1500mm bursztynowe z pojemnością wypełnienia 1,9ml, z informacją o pojemności wypełnienia na opakowaniu jednostkowym zamiast pojemności resztkowej?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A5.3 - Czy Zamawiający dopuści przedłużacze do pomp infuzyjnych bez informacji o pojemności resztkowej na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A5.5 – A5.6 –Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wyceny zestawu do przetaczania płynów i leków światłoczułych (bursztynowy przyrząd do infuzji) w pozycji A5.5 natomiast w pozycji A5.6 wyceny osłony na butelkę / worek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

A5.5 – Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z komorą kropłowa wykonaną z PVC o długości 60mm (55mm w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta czteropłaszczyznowo wykonana z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A5.6- Czy Zamawiający dopuści worek do osłony podawanego płynu przed światłem o wymiarach 20x30cm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A5.7, 9, 11 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z standardowym ostrym kolcem ściętym ołówkowo czteropłaszczyznowo?

Odpowiedź: Tak, wymaga ww.

A5.11 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany kolorową (niebieską) klapką w opakowaniu papier-folia z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

A5.11 - Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwę producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

A5.15 – Zwracam się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje strzykawek w opakowaniu a '50 szt. czy a'100 szt. (ze względu na sprzeczne informacje)? Czy w przypadku



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



oczekiwania opakowania zawierającego 50 szt. strzykawkę Zamawiający dopuści strzykawkę w opakowaniu a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga strzykawkę w opakowaniu a'100 szt.

A5.15 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2ml skalowane co 0,1ml?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A5.17-20 – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściowe z skalą rozszerzoną o 10%? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A5.21-22 – Czy Zamawiający dopuści igły ze stali nierdzewnej? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A5.23– Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml luer z 10% rozszerzeniem skali nominalnej? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A5.23– Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 10ml luer-lock bez rozszerzenia? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A5.24– Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł do insuliny za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A7.1– Czy Zamawiający dopuści igłę PencilPoint bez prowadnicy 22Gx90mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

A7.2– Czy Zamawiający dopuści igłę Pencil Point 25Gx90mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

A7.2– Czy Zamawiający dopuści igłę Pencil Point 25Gx120mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

A7.3– Czy Zamawiający dopuści igłę Tuohy 18Gx90mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

A7.4 – Czy Zamawiający dopuści igłę Pencil Point 22Gx90mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

A7.4 – Czy Zamawiający dopuści igłę Quincke 22Gx90mm?



Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

A7.5 – Czy Zamawiający dopuści igłę Pencil Point 25G i 27G o dł. 90mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Główny Księgowy
34 350 63 83

A7.6 – Czy Zamawiający dopuści igłę Pencil Point 26G o dł. 90mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Dział Kadr
34 350 63 87

A7.6 – Czy Zamawiający dopuści igłę Quincke 26Gx90mm?



Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

A7.7 – Czy Zamawiający dopuści igłę Quincke 25Gx90mm?



Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

A18.1 – Czy Zamawiający oczekuję 4-światłowej silikonowej sondy Sengstaken – Blakemore wykonanej z biokompatybilnego i transparentnego silikonu?
Odpowiedź: Tak, wymaga ww.


Izba Przyjęć
34 351 49 10

A18.1 - Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE SONDY WYKONANEJ Z SILIKONU.

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

A18.4 - Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o dł. 2,0m kaniulach o kształcie jak na załączonym zdjęciu (oznaczone cyfrą 6)?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 – 02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



A18.5 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej z trzeba igłami 14G, 16G i 19G? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70


Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:




A18.8 - Czy Zamawiający dopuści łącznik redukcyjny sterylny o średnicy zewnętrznej (O.D) i wewnętrznej (I.D):



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A18.8 - Czy Zamawiający dopuści łącznik redukcyjny sterylny o średnicy zewnętrznej (O.D) i wewnętrznej (I.D):



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A18.10 - Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową pediatryczną dostępną w rozmiarze S dla noworodków i w rozmiarze M dla dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A18.14 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z oskrzeli z pojemnikiem w kształcie walca (nie próbówki) jak na załączonym zdjęciu? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A18.15 - Czy Zamawiający dopuści wycenę wymazówek za opakowanie a'100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

A18.20 - Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskaczy za opakowanie a'50 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Główny Księgowy
34 350 63 83

A18.22 - Czy Zamawiający dopuści wycenę szczoteczek za opakowanie a'100 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Dział Kadr
34 350 63 87

A18.28 - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków combi za opakowanie a'100 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

A18.28 - Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków combi za opakowanie a'250 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

A18.33,36 - Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn z gąbką za opakowanie a'10 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

A18.39 - Czy Zamawiający dopuści osłonkę lekko pudrowaną?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A18.39 - Czy Zamawiający dopuści osłonkę nawilżaną?
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Dział Informatyki
34 351 49 12

A18.41 - Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów foliowych za opakowanie a'100 szt.?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Izba Przyjęć
34 351 49 10

A18.50 - Czy Zamawiający dopuści szczotkę do chirurgicznego mycia rąk o maksymalnej ilości resterylizacji 100 razy?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

A18.52 - Czy Zamawiający dopuści bawełnianą chustę trójkątną 130x96x96cm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

A18.52 - Czy Zamawiający dopuści włókninową chustę trójkątną 136x96x96cm?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

A18.54 - Czy Zamawiający dopuści kaczkę jednorazowego użytku z polipropylenu 1500ml wyposażona w zastawkę antyzwrotną o konstrukcji jak na załączonym zdjęciu?

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



A18.58 - Czy Zamawiający dopuści wycenę misek nerkowatych za opakowanie a'300 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



A30.5 - Czy Zamawiający dopuści żel USG 0,5l w butelce PE z korkiem ułatwiającym dozowanie (typu pull-push)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A30.7 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej o następujących parametrach:

- zestaw składający się z dwóch podkładek i paska mocującego
- podkładki mocowane do policzków pacjenta za pomocą części przylepnej, posiadającej na drugiej stronie warstwę rzepu
- pasek do stabilizacji rurki intubacyjnej lub ustno-gardłowej
- wykonany z włókny, którą należy przymocować do warstwy rzepa, którym pokryte są podkładki
- przylepne pole w środkowej części paska dla lepszej stabilizacji rurki medycznej
- możliwość repozycji i korekcji położenia rurki dzięki zastosowanym rzepom
- wymiary 5,6x6,7cm
- pokryty hipoalergicznym klejem
- opakowanie handlowe zawiera 30 szt. opasek
- jednorazowego użytku
- niejałowy
- okres trwałości: 3 lata?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

A30.8 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec stabilizujący do rurki intubacyjnej o następujących parametrach:

- zestaw składający się z dwóch podkładek i paska mocującego
- podkładki mocowane do policzków pacjenta za pomocą części przylepnej, posiadającej na drugiej stronie warstwę rzepu
- pasek do stabilizacji rurki intubacyjnej lub ustno-gardłowej
- wykonany z włókny, którą należy przymocować do warstwy rzepa, którym pokryte są podkładki
- przylepne pole w środkowej części paska dla lepszej stabilizacji rurki medycznej
- możliwość repozycji i korekcji położenia rurki dzięki zastosowanym rzepom
- wymiary 5,6x6,7cm
- pokryty hipoalergicznym klejem
- opakowanie handlowe zawiera 30 szt. opasek
- jednorazowego użytku
- niejałowy
- okres trwałości: 3 lata?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

A30.10 - Czy Zamawiający dopuści worek ileostomijny otwarty z filtrem węglowym z wodoodpornej fizeliny przezroczysty z otworem max. 70mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



A30.10 – Czy Zamawiający dopuści worek ileostomijny otwarty z filtrem węglowym z wodoodpornej fizelinybeżowy z otworem max. 70mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

A30.13 – Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon mikrobiologicznie czystą posiadającą Świadectwo Czystości Mikrobiologicznej?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

A30.13 – Czy Zamawiający dopuści butelkę Redon w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A30.18– Czy Zamawiający dopuści kankę doodbytniczą w rozmiarze CH22 7,3mmx40cm? Pozostałe parametry i rozmiary zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A30.19 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z wężykiem (drenem) z regulacją przepływu w postaci zacisku przesuwanego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A30.20 - Czy Zamawiający dopuści wycenę woreczków za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A30.22 - Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników na kał za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A30.23 - Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki moczu sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A30.23 - Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na mocz za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A30.24 - Czy Zamawiający dopuści wycenę pojemników na mocz za opakowanie a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A30.26 - Czy Zamawiający dopuści wycenę aplikatorów gąbkowych za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

A30.30 - Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny o pojemności 2l?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

A30.30 - Czy Zamawiający dopuści wycenę worków na wymiociny za opakowanie a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Główny Księgowy
34 350 63 83

A30.33,37 - Czy Zamawiający dopuści dren pakowany podwójnie - opakowanie wewnętrzne foliowe, zewnętrzne papier-folia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

A36 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L, który odpowiada rozmiarowi uniwersalnemu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

A49.1-2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

M1.1- Czy Zamawiający dopuści ciśnieniomierz zegarowy o średnicy manometru 52mm z gruszką, stetoskopem, mankietem 22-45cm, z gwarancją min. 12 miesięcy, instrukcją w j. polskim, oznakowane CE, zarejestrowane jako wyrób medycznych o następujących parametrach:

- Zakres pomiaru: 0-300mmHg
- Minimalna wartość na skali: 3,75mmHg
- Dokładność pomiaru: $\pm 3,75$ mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

M5.1- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

M5.2- Zwracam się z prośbą o podanie posiadanego videoprintera, do którego papier ma być przeznaczony

Odpowiedź: Videoprintery czarno-białe firmy Sony.

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

M5.3 - Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak108mmx23m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 107mmx23m.

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:

M5.3 - Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak107mmx23m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



M6.1-2 - Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek identyfikacyjnych za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

M8 - Czy Zamawiający dopuści bezdotkowy termometr elektroniczny o następujących parametrach:

- Duży i czytelny wyświetlacz LCD
- Szybki pomiar ≤ 1 s



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



- Możliwość odczytu temperatury w °C / °F
- Zakres pomiarowy: 32,0°C ~ 43,0°C
- Rozdzielczość ekranu: 0,1°C
- Dokładność pomiaru:
 - ± 0,2°C w zakresie 35,0°C ~ 42,0°C
 - ± 0,3°C w zakresie 32,0°C ~ 34,9°C i 42,1°C ~ 43,0°C
- Alarm wibracyjny i dźwiękowy
- Wskaźnik słabej baterii
- Czujnik odległości
- Funkcja pamięci: 10 wyników
- Automatyczne wyłączanie
- Gwarancja min. 12 miesięcy
- Instrukcja w języku polskim
- Oznakowane CE, wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

XVIII grupa pytań:

1. Dotyczy pakietu 22 ,Dotyczy dzierżawy ,prosimy o dopisanie do umowy, warunków dotyczących czynszu dzierżawnego oraz dostawy monitora tj:

1. Prosimy o dopisanie w paragrafie 2 ust. 4 następującej treści: Monitor rzutu serca zostanie dostarczony i uruchomiony przez Wykonawcę w terminie ustalonym z Zamawiającym, najpóźniej do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

2. Prosimy o dopisanie w paragrafie 5 ust. 2 b następującej treści: b) Zapłata należności za dzierżawę monitora rzutu serca następować będzie na podstawie dostarczanych do Zamawiającego faktur VAT, za miesiąc poprzedni, przelewem w ciągu 60 dni od dnia doręczenia faktury VAT, na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w treści faktury

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

3. Jednocześnie prosimy o zmianę zapisów paragraf 5 ust, 1 na :
Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi: zł brutto . Wartość czynszu dzierżawnego/miesięcznego wynosi: brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Uwaga: w związku z powyższymi odpowiedziami, w druku ofercie na część nr A22 należy dodać pozycję nr A22.3 podając wartość czynszu miesięcznego i wartość czynszu za 12 miesięcy umowy. Kwota czynszu będzie składową ceny oferty na część nr A22.

XIX grupa pytań:



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Pakiet A8

Pozycja A8.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylny zestaw do pomiaru diurezy godzinowej. Dren dwuświatłowy długości 150 cm, łącznik do cewnika Foley z bezigłowym portem dostępu do pobierania próbek strzykawkami typu Luer i zastawką jednokierunkową chroniącą przed cofaniem się moczu do cewnika Foleya. Dren na wejściu do komory pomiarowej zabezpieczony spiralą antyzalamaniową. Komora pomiarowa wyposażona w hydrofobowy filtr powietrza o minimalnej powierzchni 300 mm² oraz zawór umożliwiający spuszczenie moczu z komory do worka, z workiem zbiorczym na mocz skalowanym numerycznie co 100 ml w zakresie od 100 do 2000 ml, wyposażonym w hydrofobowy filtr powietrza, jednokierunkową zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do komory pomiarowej oraz zawór spustowy do opróżniania worka. Komora pomiarowa wyskalowana co 1 ml do objętości 40 ml, co 5 ml w zakresie objętości 40 – 90 ml i co 10 ml w zakresie 90 – 500 ml. Zestaw wyposażony w elastyczne paski oraz okrągły hak do zawieszenia systemu przy łóżku pacjenta. Bez lateksu i DEHP.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pozycja A8.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną obejmujący sterylnie zapakowane: zestaw do pomiaru diurezy godzinowej i kompatybilna linia do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego. 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pozycja A8.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników skalowanych do kontrolowanego odsysania o długości 39 cm (długość efektywna 33 cm) w rozmiarach CH 6, 8, 10.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pakiet A11

Pozycja A11.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Maski krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski nadmuchiwany z drenem niewbudowanym na całej długości, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maska posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwieżią, kodowany kolorystycznie dla każdego z



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce maski i łączniku. Maski wolne od lateksu i PHT. Maski w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg). W zestawie żel i strzykawka luer-lock 30 ml.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pakiet A11

Pozycja A11.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Maski krtaniowa jednorazowego użytku, sterylna, anatomicznie ukształtowana, wykonana w całości z silikonu, ze zintegrowanym blokerem zgryzu. Mankiet maski nadmuchiwany z drenem niewbudowanym na całej długości, wyraźnie szerszy oraz podwyższony w części proksymalnej w celu maksymalnego uszczelnienia i wypustka unosząca nagłośnię chroniąca przed jej wklinowaniem. Maski posiada podwójny kanał gastryczny biegnący po dwóch stronach rurki maski ze wspólnym poszerzonym ujściem obu kanałów w dystalnym końcu mankieta maski. Możliwość intubacji przez maskę za pomocą standardowej rurki dotchawiczej, maski posiada wbudowaną w kopułę maski rampę dla rurki intubacyjnej ułatwiającą przeprowadzenie procedury intubacji. Łącznik maski zdejmowalny, zabezpieczony uwięzią, kodowany kolorystycznie dla każdego z rozmiarów. Na rurce maski krtaniowej dwa znaczniki głębokości wprowadzenia maski, rozmiaru oraz zakresu wagowego pacjenta, kompatybilności z rozmiarem rurki intubacyjnej oraz kompatybilności kanału gastrycznego z rozmiarem cewnika. Rozmiar maski kodowany kolorem łącznika i numerycznie na rurce i łączniku maski. Maski wolne od lateksu i PHT. Maski w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz. 0 (<2,0 kg); dla roz. 0,5 (2-4 kg); dla roz. 1,0 (4-7 kg); dla roz. 1,5 (7-17 kg); dla roz. 2 (17-30 kg); dla roz. 3 (30-60 kg); dla roz. 4 (60-80 kg); dla roz. 5 (>80 kg).

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pakiet 8

Poz. A8.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z czasem stosowania do 84 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Poz. A8.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worków z drenem 120 cm.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Poz. A8.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 40 cm bez znacznika położenia zakrzywionej końcówki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24-02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Pakiet A14, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie diagnostycznych i ochronnych rękawic nitrylowych, kolor inny niż biały, fioletowy, różowy, z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, długość min. 240 mm, teksturowane na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału zapewniającego wysoką wytrzymałość i bardzo dobre czucie. Odporne przez min 120 min. na 30% nadtlenek wodoru i min 240 min 37% formaldehyd, leków cytostatycznych wg. ASTM D 6978 oraz bakterii, grzybów i wirusów wg. EN ISO 374-5 oraz wirusów wg. ASTM F 1671. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany, potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Opakowanie przystosowane do pobierania rękawic od spodu - odpowiednie oznakowanie na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic oraz poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej oraz informacją na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 200 sztuk (XL po 180 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pakiet A14, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, polichloroprenowych (neoprenowe), bezpudrowych, warstwa wewnętrzna nitrylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, średnia grubość: na palcu 0,17 mm, na dłoni i mankiecie $\geq 0,14$ mm, długość min. 280-296 mm (dopasowana do rozmiaru). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ min. B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancje na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na przenikalność wirusów zgodnie z EN 374-5. Odporne na przenikanie min. 10 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 (informacja fabrycznie nadrukowana na wewnętrznym opakowaniu jednostkowym). Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



Pakiet A14, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowego użytku rękawic diagnostycznych i ochronnych wykonanych z polichlorku winylu (PVC), powierzchnia gładka. Pasujące na obie dłonie, z rolowanym mankietem zapobiegającym samo zwijaniu się rękawicy. Rękawice pakowane są w sposób umożliwiający łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk. Średnia grubość na palcach i dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,04 mm, AQL 1,5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 5. Rękawice przebadane na działanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 oraz przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671. Bez zawartości DEHP (DOP) – fabrycznie oznakowane na opakowaniu. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pakiet A14, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, lateksowych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankietu. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zakładanie. Grubość na palcach min. 0,11 mm, grubość na dłoni min. 0,09 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 $\geq 6,5N$. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Dyspenser oraz otwór dozujący zabezpieczone dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I, reguła V zgodnie z Rozporządzeniem EU 2017/475 oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 6 substancji na poziomie co najmniej 4), w tym całkowicie odporne na penetrację substancji tj. poziom 6 dla 30% Nadtlenek wodoru (woda utleniona) oraz 37% Formaldehyd, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN 374-5. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak: tiuramy, DPG, MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD potwierdzone badaniem TLC. Przydatne do kontaktu z żywnością (produkowane w zakładzie z wdrożonym ISO 22000 – informacja na opakowaniu, zgodne z REG. 1935/2004). Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

Pakiet A14, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną wielowarstwową powłoką polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; średnia grubość na palcu 0,22 - 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein <10 ug/g rękawicy (badania



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Odporne na penetrację min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pakiet A14, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczno-ochronnych, niesterylnych nitrylowych, bezpudrowych z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżająco - natłuszczającą z koloidalnego roztworu z owsa w kolorze jasnozielonym. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Grubość zgodnie z EN 455-2, mierzona podwójnie: palec: min. 0,10 mm; dłoń: 0,09 mm, mankiet 0,08 mm, długość min 240 mm, AQL 1.0. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ C wg EN ISO 374-1. Odporne przez min. 120 min. na przenikanie min. 7 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 (raport z niezależnego laboratorium) lub równoważną oraz przebadane na penetrację cytostatyków, min. 30 substancji, zgodnie z ASTM D 6978, potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium. Odporne na penetrację wirusów w zgodnie z EN 374-5. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór podawczy zabezpieczony folią o właściwościach antybakteryjnych potwierdzonych badaniami. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie po 250 szt. (XL po 230 szt.).

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pakiet A14, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o zewnętrznej powierzchni mikroteksturowanej. Kształt anatomiczny z przeciwstawnym kciukiem, AQL max. 0,65, średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, sterylizowane radiacyjnie, średni poziom protein <20 µg/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg EN 455-3 z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy), mankiet rolowany. Opakowanie zewnętrzne papier-folia, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń. Długość min. 260- 280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

42-700 Lubliniec
ul. Sobieskiego 9
tel. 34 350 63 86
fax 34 356 58 70

www.szpitallubliniec.pl
e-mail: przetargi@spzozlubliniec.pl
NIP: 575-16-53-596
REGON: 000310083

Sekretariat
34 350 63 80

Główny Księgowy
34 350 63 83

Dział Kadr
34 350 63 87

Dział Zamówień
Publicznych
34 350 63 86

Dział Organizacji i
Nadzoru
34 350 63 90

Dział
Administracyjno-
Techniczny
34 350 63 89

Dział Informatyki
34 351 49 12

Izba Przyjęć
34 351 49 10

Medyczne
Laboratorium
Diagnostyczne
34 350 63 70

Ratownictwo
Medyczne
34 350 63 61

Rejestr Wojewody:
24 -02181
KRS: 0000004716

Certyfikat jakości w
Ratownictwie
Medycznym:



wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Opakowanie 70 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 6,0-9,0.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Pakiet A14, poz. 8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie niesterylnych, jednorazowych rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Grubość na palcach min. 0,08 mm, grubość na dłoni min. 0,06 mm. Miękkie i elastyczne, niezrywające się podczas nakładania, AQL 1.0, siła zrywania zgodnie z EN 455-2 ≥ 6 N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach do dezynfekcji (Etanol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków). Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszczona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary XS-XL, oznaczone kolorystycznie minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane po 100 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Uwaga: Zmiana SWZ z dnia 08-05-2024 r.

- 1) Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 14-05-2024 r. do godz. 10:00**
- 2) Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 14-05-2024 r. o godz. 10:10** poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.
- 3) Wykonawca pozostaje związany ofertą **do dnia 12-06-2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Z poważaniem:

Sporządził: Piotr Mastalerz tel. 34/350-63-86 ; przetargi@spzozlubliniec.pl