



EZ.272.043.2022

Wrocław, dnia 31.03.2023r.

EZ/179/23

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych do leczenia wodogłowia (sygnatura sprawy: **EZ/870/411-06/22**)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 dot. Zadania 3

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łącznika o średnicy 1,9 mm o innej długości, producent nie podaje dokładnej długości łącznika w ogólnodostępnych materiałach?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 2 dot. Zadania 6

„Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia drenu z mandrynem, czy dren powinien posiadać nakładkę antyzatłamaniovą?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyspecyfikował ww. parametrów w opisie wyrobu w związku z tym Zamawiający dopuszcza dren z mandrynem, dren posiadający nakładkę antyzatłamaniovą lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 3 dot. Zadania 7

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki cylindrycznej o średnicy 2,8 mm i długości 14,7 mm z łącznikami?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 4 dot. Zadania 10

„Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zastawki cylindrycznej o średnicy 2,8 mm i długości 14,7 mm z łącznikami?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 5 dot. Zadania 11

„Czy Zamawiający oczekuj zaoferowania dwóch rodzajów przewodnic elastycznych w wersji standardowej i sztywniejszej, do wyboru na etapie zamówienia?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyspecyfikował ww. parametrów w opisie wyrobu w związku z tym Zamawiający dopuszcza przewodnice elastyczne w wersji standardowej, przewodnice w wersji sztywniejszej lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 6 dot. Zadania 10

„Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści zastawkę noworodkową, niskoprofilową Hakim o dł. 12 mm, szerokość 4mm, wysokość 4 mm, wraz z integralnymi łącznikami?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Pytanie 7 dot. Zadania 11

„Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuści elastyczną przewodnicę drenu otrzewnowego o dł. 35 cm, 50 cm lub 65 cm, rozmiar wybierany wg zapotrzebowania?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

Sporządziła: Agnieszka Łobodziec
Sprawdziła: Ewa Kupis

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2,54-049 Wrocław
e-mail: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

