



Włocławek, dnia 09.07.2019r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, jednorazowych zestawów operacyjnych, jednorazowych i wielorazowych narzędzi chirurgicznych, śródoperacyjnych materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu medycznego do oddziału okulistyki.**

**Znak postępowania : DZP/26/2019.**

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 120-293275, data przekazania: 21.06.2019r., data publikacji: 25.06.2019r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 25.06.2019 r.

1. Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 130-319153, data przekazania: 04.07.2019r., data publikacji: 09.07.2019r., data zamieszczenia na stronie internetowej dla niniejszego postępowania na platformie zakupowej:

<https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek> w dniu 09.07.2019r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że dokonuje sprostowania odpowiedzi do pytania nr 3 z dnia 04.07.2019r., w następujący sposób:

**jest:**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 poz 2 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwienia błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life ( $C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$ ) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawkę 0.7 ml?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.**

**a winno być:**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 poz 2 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwienia błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life ( $C_{48}H_{50}N_3NaO_7S$ ) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawkę 0.7 ml?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa

*lek.med. Krzysztof Szczepański*

SPORZĄDZIŁA :  
mgr inż. Dorota Szczupakowska  
tel/faks : 54 412 94 32