



REGON: 910858394

NIP: 892 – 12 – 96 – 985

Nasz znak: SP ZOZ/ZP/PN- 6/3/21

Nasza data: 02.08.2021rok

Numer ogłoszenia : Dz. U. /2021/S 124-327801 PL; [https //ted.europa.eu/TED](https://ted.europa.eu/TED)

Termin składania ofert: 09.08.2021 r godzina 10.00

Wykonawcy - Dostawcy
postępowania przetargowego
ZP/PN- 6/2021

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie uprzejmie informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące postępowania przetargowego, oznaczonego numerem **ZP/PN- 6/2021 pn. „Dostawa implantów, endoprotez i dodatkowych wyrobów ortopedycznych z podziałem na 5 pakietów”**

Pytania do projektu umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na modyfikację projektu umowy w § 7 na:

„Kary umowne

- 1) *w wysokości 1 % wartości niezrealizowanej części dostawy w terminie w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu realizacji umowy do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego przedmiotu umowy (nieterminowe dostawy oraz utworzenie depozytu).*

ODPOWIEDZ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na powyższy zapis

- 2) *w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, związanych z przedmiotem umowy lub z jej nieprawidłowym wykonaniem.*

ODPOWIEDZ : Zgodnie z SWZ i załącznikami

- 3) *łącznie maksymalna wysokość kar umownych, jakich mogą dochodzić strony wynosi 20% wartości umowy brutto .”?*

ODPOWIEDZ : Zgodnie z SWZ i załącznikami

W oparciu o Art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące w/w przetargu:

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 12** dopuści możliwość zaofiarowania płytki o długości od 60 do 424 mm, od 4 do 30 otworów, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDZ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 19** dopuści możliwość zaofiarowania:
Płytki anatomicznej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory

dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki?

ODPOWIEDZ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 5 poz. 6 Czy w Pakiecie Nr 5 w poz. 6 Zamawiający zaakceptuje kotwicę o długości 25,8mm z zachowaniem wszystkich innych wymagań?

ODPOWIEDZ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 2, dotyczy Pakietu nr 5 Czy w Odniesieniu do Pakietu nr 5 Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu użyczenia napędu na okres trwania umowy ?

ODPOWIEDZ: TAK, Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie użyczenia napędu

Zatwierdzam;

p. o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Rypinie
Anna Wilkanowska