



WSSz -NZIP –401/24

Łódź, dnia 14.08.2024 r.

**Uczestnicy postępowania
przetargowego**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne określone na podstawie art. 3 ustawy Pzp na dostawę sprzętu do Pracowni Hemodynamiki, sprawa ZP 23/24

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi informuje, że w piśmie nr WSSz-NZIP-400/24- wyjaśnienia treści SWZ doszło do omyłki pisarskiej w zakresie odpowiedzi nr 60. Prawidłowa treść wyjaśnienie w punkcie 60 brzmi:

„Wyjaśnienia: Zamawiający wymaga złącza wysokociśnieniowego o wytrzymałości ciśnieniowej 1200 PSI, zbrojonego, o długości 150 cm.”

Z poważaniem

Z upoważnienia Dyrektora
KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Paweł Lipiński