

Wrocław, dnia 27 maja 2022 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ

Nr sprawy: MED/250/2022

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych/wyposażenia medycznego.

W związku z zapytaniem do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Proszę o wyjaśnienia dotyczące zadania nr 6 poz. 1 Rejestrator temperatury i wilgotności - czy Zamawiający akceptuje zaoferowanie rejestratora o zakresie mierzonych temperatur od (-30) do + 70 st. C ?

Poz.2 - Pirometr laserowy - czy Zamawiający żąda zaoferowania pirometru wraz z wzorcowaniem? Jeśli tak to można wykonać wzorcowanie w akredytowanym laboratorium PCA w 3 punktach z zakresu od (-18) do +300 st. C - proszę zdefiniować punkty do wzorcowania.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający w poz. 1 zadania nr 6 nie określił zakresu mierzonych temperatur rejestratora temperatury i wilgotności. W związku z tym Zamawiający dopuszcza zaproponowane parametry przedmiotu zamówienia.

Ad. 2


Zamawiający informuje, iż do wymaganego pirometru laserowego opisanego w poz. 2 - zadanie nr 6 wymagane jest dołączenie świadectwa wzorcowania wykonanego w laboratorium akredytowanym przez PCA w 3 punktach standardowych z zakresu od (-18) do +300 st. C.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w formularzu ofertowym na zadanie nr 6 – poz. nr 2.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp – Zamawiający udostępni na platformie zakupowej, w formie komunikatu publicznego, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmodyfikowany formularz ofertowy na zadanie nr 6.

Z poważaniem

**KOMENDANT 2. WOG
z upoważnienia
Kierownik SZP 2. WOG**



Marta SZCZUREK