



Włocławek, dnia 20.05.2020r.

### Wszyscy uczestnicy postępowania

**dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa protez naczyniowych dla Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku przez okres 12 miesięcy. Znak postępowania: DZP/36/2020.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843), Zamawiający Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku zawiadamia, że jeden z Wykonawców złożył następujące zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

#### Pytanie nr 1

##### dot. Części nr 2 Siateczka homeostatyczna

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie siatki hemostatycznej wykonanej w 100% z utlenionej celulozy (materiał pochodzenia roślinnego), całkowicie zatrzymującej krwawienie w zależności od opatrunku w czasie od 0,81 do 3,20 min., posiadającej strukturę gazy łatwo dopasowującej się do kształtu rany, możliwość docięcia do odpowiednich kształtów, dzięki niskiemu pH posiadającej właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne, całkowicie wchłanialna w organizmie w ciągu 4 tygodni, pakowana po 15 sztuk.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż ustanowienie wymogu całkowitej wchłanialności w terminie 7-14 dni w ocenie wykonawcy stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 3 ustawy. Parametr powyższy zależy od okoliczności konkretnego przypadku, u niektórych pacjentów okres całkowitej wchłanialności będzie mieścił się w przedziale podanym przez zamawiającego, a u inny może być dłuższy.

**Odpowiedź: Tak**, z uwagi na uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza . Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania dotychczasowej odpowiedzi na pytanie nr 5 z dnia 14.05.2020r., zmieniając jej treść na powyższą.

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki  
we Włocławku  
*mgr inż. Karolina Matczak*

SPORZĄDZIŁA : mgr Agnieszka Matczak  
agnieszka.matczak@szpital.wloclawek.pl



Województwo  
Kujawo-Pomorskie

ul. Wieniecka 49, 87 - 800 Włocławek  
NIP: 888 311 78 73; REGON: 341411727  
www.szpital.wloclawek.pl; sekretariat@szpital.wloclawek.pl  
tel. 54 412 90 00