



*Szpital św. Anny w Miechowie*  
*ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*  
tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342  
**REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869**  
**<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)**

Miechów, dnia 24 lipca 2020 r.

/do wszystkich uczestników postępowania/

---

**Nr sprawy: 19/2020** - Zakup i dostawa łóżek szpitalnych dla potrzeb Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

**Zapytanie 1**

Pytania do Załącznika nr 2 (zadanie nr 2; pozycja III) – Łóżko szpitalne elektryczne – 2 sztuki: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne elektryczne, które posiada całkowitą długość łóżka wynoszącą 2280 mm?

**Ad. 1 Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie 2**

Pytania do Załącznika nr 2 (zadanie nr 1; zadanie 2): Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby po trzech naprawach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkowało wymianą przez Wykonawcę tego podzespołu na nowy, na żądanie Zamawiającego?

**Ad. 2 Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie 3**

Pytania do SIWZ (zadanie nr 1; zadanie 2): Zwracamy Zamawiającemu uwagę, iż w punkcie **VII Wymagania dotyczące wadium** w SIWZ, Zamawiający zastosował wadium całościowe, ponieważ jednak zakres zamówienie podzielony został na dwa zadania, prosimy Zamawiającego o rozdzielenie kwoty wadium na poszczególne zadania?

**Ad. 3 Zamawiający dokonał rozdzielenia kwoty wadium zgodnie z zamieszczonym sprostowaniem w dniu 08.07.2020 roku.**

**Zapytanie 4**

**Pytania do załącznika nr 3 – Wzór umowy:**

**§6:**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku zwłoki w dostawie z 2% na 0,2% ceny brutto za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kary umownej Zamawiający wyrazi zgodę?

**Ad. 4 Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji z 2% na 0,2% ceny brutto za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kary umownej Zamawiający wyrazi zgodę?

**Ad. 5 Zgodnie z SIWZ.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

### **Zapytanie 6**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści pilota bez świetlnych wskaźników sygnalizujących uruchomienie danej funkcji?

**Ad. 6 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 7**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka opartą na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju prostokątnym, bez możliwości monitorowania pacjenta ramieniem C?

**Ad.7 Zamawiający wymaga możliwość monitorowania pacjenta ramieniem C.**

### **Zapytanie 8**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści minimalną wysokość leża od podłogi 439 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka, wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac?

**Ad. 8 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 9**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści funkcję autoregresji oparcia pleców min. 110 mm zabezpieczającą przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg?

**Ad. 9 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 10**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści pozycję Fowlera (obniżenie wysokości leża, uniesienie oparcia pleców i uda) za pomocą przycisków służących do regulacji segmentów leża znajdujących się na panelu centralnym?

**Ad.10 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 11**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych – selektywna blokada (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków i pokręteł, panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu poszczególnych funkcji?

**Ad.11 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 12**


Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści segment podudzia regulowany za pomocą sprężyny gazowej?

**Ad.12 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 13**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści segmenty oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami laminatowymi HPL przeziernymi dla promieni RTG, segment miednicy stały, stalowy, lakierowany proszkowo?

**Ad.13 Tak, dopuszczamy.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

**REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869**

***<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)***

#### **Zapytanie 14**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści podwozie zaopatrzone w osłonę z tworzywa bez zastosowania nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół?

**Ad.14 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 15**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału?

**Ad.15 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 16**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści barierki boczne posiadające wskaźniki kąta pochylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych, zamiast poziomic?

**Ad.16 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 17**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko specjalistyczne elektryczne – 10 szt. Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści górną powierzchnię poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystającą ponad płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

**Ad.17 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 18**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści pilota bez świetlnych wskaźników sygnalizujących uruchomienie danej funkcji?

**Ad.18 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 19**


Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka opartą na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju prostokątnym, bez możliwości monitorowania pacjenta ramieniem C?

**Ad.19 Zamawiający wymaga możliwość monitorowania pacjenta ramieniem C.**

#### **Zapytanie 20**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści minimalną wysokość leża od podłogi 444 mm w celu zmniejszenia ryzyka tzw. wypadnięcia pacjenta z łóżka, wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac?

**Ad.20 Tak, dopuszczamy.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

### **Zapytanie 21**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści funkcję autoregresji oparcia pleców min. 110 mm zabezpieczającą przed tzw. wypychaniem szczytu od strony nóg?

**Ad.21 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 22**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści pozycję Fowlera (obniżenie wysokości leża, uniesienie oparcia pleców i uda) za pomocą przycisków służących do regulacji segmentów leża znajdujących się na panelu centralnym?

**Ad.22 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 23**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych – selektywna blokada (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków i pokręteł, panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu poszczególnych funkcji?

**Ad. 23 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 24**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści segment podudzia regulowany za pomocą sprężyny gazowej?

**Ad. 24 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 25**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści segmenty oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami laminatowymi HPL przeziernymi dla promieni RTG, segment miednicy stały, stalowy, lakierowany proszkowo?

**Ad. 25 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 26**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści jedną dźwignię uruchamiającą centralną blokadę kół umieszczoną przy ramie podwozia od strony nóg (na całej szerokości podstawy)?

**Ad. 26 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 27**


Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści podwozie zaopatrzone w osłonę z tworzywa bez zastosowania nanotechnologii srebra, zakrywające mechanizm centralnej blokady kół?

**Ad. 27 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 28**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści barierki boczne posiadające wskaźniki kąta pochylenia segmentu oparcia pleców oraz przechyłów wzdłużnych, zamiast poziomic?

**Ad.28 Tak, dopuszczamy.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

### **Zapytanie 29**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 36) Zamawiający dopuści górną powierzchnię poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu) nie wystającą ponad płaszczyznę materaca, aby wyeliminować ucisk na mięśnie i tętnice ud pacjenta?

**Ad.29 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 30**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w system ważący spełniający wymagania następujących przepisów i norm:

- Dyrektywa Europejska 93/42/CE z 14. czerwca 1993 roku dotycząca wyrobów medycznych
- Dyrektywa Europejska 2006/42/CE z 17. maja 2006 roku dotycząca maszyn, zmieniająca Dyrektywę 95/16/CE
- Dyrektywa Europejska 2006/95/CE z 12. grudnia 2006 roku dotycząca uściślenia ustawodawstwa państw członkowskich w sprawie materiałów elektrycznych przeznaczonych do stosowania pod limitowanym napięciem
- Dyrektywa Europejska 2004/108/CE z 15. grudnia 2004 roku dotycząca uściślenia ustawodawstwa państw członkowskich w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
- Dyrektywa Europejska 2009/23/CE z 23. kwietnia 2009 roku dotycząca nieautomatycznych przyrządów ważenia
- Norma UNE – EN ISO 12100, “Bezpieczeństwo maszyn. Zasady ogólne dla oceny i redukcji ryzyka projektowania”
- Norma UNE – EN 20324, “Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy, kod IP”. Równoważna normie IEC 60529
- Norma UNE – EN 60204-1, “Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Zasady ogólne”
- Norma UNE – EN 60601-1, “Medyczne urządzenia elektryczne. Część 1. Ogólne zasady bezpieczeństwa”
- Norma UNE – EN 60601-1-2, “Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2. Zasady ogólne bezpieczeństwa. Norma: kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania i badania”
- Norma UNE – EN 60601-2-52, “Medyczne urządzenia elektryczne. Część 2-52: Wymagania szczegółowe dotyczące podstawowego bezpieczeństwa elektrycznych łóżek medycznych”
- Norma EN 45501-95, metrologiczne aspekty nieautomatycznych przyrządów ważenia

**Ad.30 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 31**


Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 37 i 38) Zamawiający dopuści obsługę systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z panelu z wyświetlaczem wbudowanym w barierki boczne (z obu stron), bez konieczności „chowania” w przypadku nieużywania?

**Ad.31 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 32**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 41) Zamawiający dopuści funkcje systemu ważącego:

- Automatyczne tarowanie
- Zapamiętywanie wagi pacjenta (np. poranny pomiar w stosunku do aktualnego wyniku - wyświetlany za pomocą jednego przycisku)
- Funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych
- Automatyczne kalibrowanie wagi



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

**REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869**

***<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)***

- Funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta
- Alarm wyjścia pacjenta z łóżka  
Przechodzenie wagi w tryb czuwania po ok. 20 sekundach z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle”



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

**Ad.32 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 33**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści stopień ochrony przed wpływem środowiska IPX6?

**Ad.33 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 34**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści przewód zasilający prosty?

**Ad.34 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 35**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 9) Zamawiający dopuści pilota bez świetlnych wskaźników sygnalizujących uruchomienie danej funkcji?

**Ad.35 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 36**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści elektryczną regulację oparcia pleców w zakresie od 0° do 65°?

**Ad.36 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 37**


Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści elektryczną regulację funkcji autokontur – jednoczesne uniesienie części plecowej do 65° oraz segmentu uda 45°?

**Ad.37 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 38**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści elektryczną regulację segmentu uda w zakresie od 0° do 45°?

**Ad.38 Tak, dopuszczamy.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

#### **Zapytanie 39**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści funkcję autoregresji oparcia pleców min. 110 mm?

**Ad.39 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 40**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści pozycję do badań regulowaną za pomocą przycisków służących do regulacji segmentów leża znajdujących się na panelu centralnym?

**Ad. 40 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 41**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści pozycję Fowlera (obniżenie wysokości leża, uniesienie oparcia pleców i uda) za pomocą przycisków służących do regulacji segmentów leża znajdujących się na panelu centralnym?

**Ad.41 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 42**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści blokowanie na panelu centralnym wszystkich funkcji elektrycznych – selektywna blokada (oprócz funkcji ratunkowych) przy pomocy odpowiednich przycisków i pokręteł, panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu poszczególnych funkcji?

**Ad.42 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 43**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści segment podudzia regulowany za pomocą sprężyny gazowej?

**Ad.43 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 44**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści poręcze boczne lakierowane proszkowo, wykonane z 4 profili stalowych, składane wzdłuż ramy leża, zabezpieczające 3/4 długości leża?

**Ad.44 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 45**


Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści leże podzielone na 4 segmenty, w tym 3 segmenty ruchome wypełnione odejmowanymi płytami laminatowymi HPL przeziernymi dla promieni RTG, segment miednicy stały, stalowy, lakierowany proszkowo?

**Ad.45 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 46**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 39) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworzni wyrównania potencjału?

**Ad.46 Tak, dopuszczamy.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

#### **Zapytanie 47**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy (w pkt. 39) Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w poziomice?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

**Ad.47 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 48**

Dotyczy: zadanie nr 2 – szafka przyłóżkowa – 13 szt. Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści głębokość szafki 460 mm?

**Ad.48 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 49**

Dotyczy: zadanie nr 2 – szafka przyłóżkowa – 13 szt. Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści wysokość blatu 880 mm?

**Ad.49 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 50**

Zadanie nr 1 – łóżka szpitalne rehabilitacyjne z szafkami (162 szt.) Poz. I – łóżko szpitalne rehabilitacyjne 72 szt. Dotyczy pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ramą wewnętrzną, z segmentami umieszczonymi na ramie, jako parametr lepszy? Uzasadnienie: Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne od opisanej w SIWZ ramy zewnętrznej. Wymagane w SIWZ rozwiązanie, w którym ruchome segmenty leżą umieszczone są w ramie, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne, gdyż tworzy mechanizm „nożyc”. Konstrukcja z ramą wewnętrzną, gdzie rama znajduje się pod segmentami leża, jest nie tylko bezpieczniejsza, ale także bardziej ergonomiczna: umożliwi bliższe podejście personelu do leżącego pacjenta, a także nie powoduje poszerzenia gabarytów łóżka w przypadku zamontowania poręczy bocznych.

**Ad.50 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 51**


Zadanie nr 1 – łóżka szpitalne rehabilitacyjne z szafkami (162 szt.) Poz. I – łóżko szpitalne rehabilitacyjne 72 szt. Dotyczy pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym wszystkie cztery koła posiadają blokadę jazdy i obrotu? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze niż opisane w SIWZ.

**Ad. 51 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 52**

Zadanie nr 1 – łóżka szpitalne rehabilitacyjne z szafkami (162 szt.) Poz. I – łóżko szpitalne rehabilitacyjne 72 szt. Dotyczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ortopedycznej ramy wyciągowej wykonanej w całości ze stali nierdzewnej, jako parametr lepszy niż opisany w SIWZ? Powłoka chromowana wymagana w SIWZ narażona jest na uszkodzenia mechaniczne i w przyszłości umożliwi korozję.





*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

**Ad. 52 Dopuszczamy, nie wymagamy.**

**Zapytanie 53**

Zadanie nr 1 – łóżka szpitalne rehabilitacyjne z szafkami (162 szt.) Poz. I – łóżko szpitalne rehabilitacyjne 72 szt. 4. Dotyczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wraz z łóżkiem materac dostosowany do wymiarów leża w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, nie wywołującej alergii, nieprzenikalnej dla roztoczy – jako parametr równoważny?

**Ad. 53 Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie 54**

Poz. II – łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Ad pkt 5: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ramą wewnętrzną, z segmentami umieszczonymi na ramie, jako parametr lepszy? Uzasadnienie: Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne od opisanego w SIWZ ramy zewnętrznej. Wymagane w SIWZ rozwiązanie, w którym ruchome segmenty leża umieszczone są w ramie, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne, gdyż tworzy mechanizm „nożyc”. Konstrukcja z ramą wewnętrzną, gdzie rama znajduje się pod segmentami leża, jest nie tylko bezpieczniejsza, ale także bardziej ergonomiczna: umożliwia bliższe podejście personelu do leżącego pacjenta, a także nie powoduje poszerzenia gabarytów łóżka w przypadku zamontowania poręczy bocznych.

**Ad. 54 Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie 55**

Poz. II – łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Dotyczy pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko w którym wszystkie cztery koła posiadają blokadę jazdy i obrotu? Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze niż opisane w SIWZ.

**Ad. 55 Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie 56**

Poz. II – łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Dotyczy pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wraz z łóżkiem materac dostosowany do wymiarów leża w pokrowcu z tkaniny nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, antybakteryjnej, trudnopalnej, nie wywołującej alergii, nieprzenikalnej dla roztoczy – jako parametr równoważny?

**Ad. 56 Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie 57**


Poz. III – Szafka przyłóżkowa 147 szt. Ad pkt 11: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki, w której szuflada i drzwiczki wyposażone są w ergonomiczne uchwyty do otwierania wykonane ze stali chromowanej.

**Ad. 57 Tak, dopuszczamy.**

**Zapytanie 58**

Poz. IV – Szafka przyłóżkowa 15 szt. Ad pkt 7: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki z blatem bocznym o regulowanej wysokości tegoż blatu w górnym zakresie do 1040 mm (parametr ten odbiega od dopuszczonego w SIWZ zaledwie o 20 mm i nie wpływa na funkcjonalność szafki). Zakres dolny – zgodny z SIWZ.

**Ad. 58 Tak, dopuszczamy.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

#### **Zapytanie 59**

Poz. IV – Szafka przyłóżkowa 15 szt. Ad pkt 15: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki, w której szuflada i drzwiczki wyposażone są w ergonomiczne uchwyty do otwierania wykonane ze stali chromowanej?

**Ad. 59 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 60**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręcze boczne odejmovane od ramy leża z użyciem narzędzi?

**Ad. 60 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 61**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręcze boczne montowane w specjalnych tulejach pod ramą leża, demontowalne bez użycia narzędzi za pomocą specjalnych pokręteł dołączonych do barierek? Ten sposób montażu gwarantuje stabilność barierek i ogranicza ich chybliwość.

**Ad. 61 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 62**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną wykonaną ze słupków i belek zrobionych z rury stalowej o średnicy 25mm i grubości ścianki 2mm?

**Ad. 62 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 63**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną o długości bez pałąka 1980mm +/- 20mm?

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt.

**Ad. 63 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 64**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną o szerokości (z zamocowanym pałąkiem) 940mm +/- 20mm?

**Ad. 64 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 65**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne wyposażone w podwójną ramę ortopedyczną o wysokości (mierzonej od leża do górnej powierzchni belek wzdłużnych) 1110mm +/- 20mm?

**Ad. 65 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 66**


Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręcze boczne odejmovane od ramy leża z użyciem narzędzi?

**Ad. 66 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 67**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżka wyposażone w poręcze boczne montowane w specjalnych tulejach pod ramą leża, demontowalne bez użycia narzędzi za pomocą specjalnych pokręteł dołączonych do barierek? Ten sposób montażu gwarantuje stabilność barierek i ogranicza ich chybliwość.

**Ad. 67 Tak, dopuszczamy.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

#### **Zapytanie 68**

Szafka przyłóżkowa – 147 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki o szerokości 540mm +/- 10mm?

**Ad. 68** Podany zakres mieści się w granicach określonych w załączniku do SIWZ.

#### **Zapytanie 69**

Szafka przyłóżkowa – 147 szt. 10. Czy Zamawiający dopuści szafki o głębokości 430mm +/- 10mm?

**Ad. 69** Podany zakres mieści się w granicach określonych w załączniku do SIWZ.

#### **Zapytanie 70**

Szafka przyłóżkowa – 147 szt. 10. Czy Zamawiający dopuści szafki o wysokości 800mm +/- 10mm?

**Ad. 70** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 71**

Szafka przyłóżkowa – 147 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki bez wkładu bocznego wykonanego z tworzywa?

**Ad. 71** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 72**

Szafka przyłóżkowa – 147 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki z prętami chroniącymi przedmioty we wkładzie bocznym malowane farbą poliestrowo-epoksydową (proszkową) w kolorze dopasowanym do korpusu szafki?

**Ad. 72** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 73**

Szafka przyłóżkowa – 147 szt. Czy Zamawiający dopuści blaty szafek wyposażone w tworzywowe wałki na krawędziach ograniczające możliwość zsunienia się przedmiotów oraz wylewania się wody na podłogę?

**Ad. 73** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 74**

Szafka przyłóżkowa – 147 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki o konstrukcji oraz czołach szuflad i drzwiczek wykonanych ze stali nieocynkowanej?

**Ad. 74** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 75**

Szafka przyłóżkowa – 147 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których szuflada i drzwiczki wyposażone są w ergonomiczne uchwyty do otwierania wykonane ze stali węglowej?

**Ad. 75** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 76**


Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki o szerokości całkowitej ze złożonym blatem do boku szafki 570mm +/- 10mm?

**Ad. 76** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 77**

Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki o głębokości 430mm +/- 10mm?  
Szafka przyłóżkowa – 15 szt.

**Ad. 77** Podany zakres mieści się w granicach określonych w załączniku do SIWZ.



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

#### **Zapytanie 78**

Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki o wysokości 820mm +/- 10mm?  
Szafka przyłóżkowa – 15 szt.

**Ad. 78** Podany zakres mieści się w granicach określonych w załączniku do SIWZ.

#### **Zapytanie 79**

Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści blaty szafek wyposażone w tworzywowe wałki na krawędziach ograniczające możliwość zsunienia się przedmiotów oraz wylewania się wody na podłogę?

**Ad. 79** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 80**

Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki o konstrukcji oraz czołach szuflad i drzwiczek wykonanych ze stali nieocynkowanej?

**Ad. 80** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 81**

Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki, w których szuflada i drzwiczki wyposażone są w ergonomiczne uchwyty do otwierania wykonane ze stali węglowej?

**Ad. 81** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 82**

Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe bez dokumentów potwierdzających antybakteryjność lakieru dołączonych do oferty?

**Ad. 82** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 83**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści 12 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**Ad. 83** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 84**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów dotyczących nanotechnologii srebra, która to technologia krytykowana jest przez wiele osób i może mieć bardzo negatywne skutki dla zdrowia pacjenta ( <http://www.uwm.edu.pl/egazeta/nanoczasteczki-toksykologdy-bija-na-alarm> )?

**Ad. 84** Patrz ad. 14 i ad. 27.

#### **Zapytanie 85**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający uzna za spełniający zapisy pkt. 6 tabeli z parametrami technicznymi w przypadku 72 szt. łóżek w przypadku zaproponowania łóżek lakierowanych proszkowo farbami biozgodnymi?

**Ad. 85** Tak, uznamy.

#### **Zapytanie 86**


Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (72 szt.) ze szczytami metalowymi (rury) pokrytymi chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

**Ad. 86** Tak, dopuszczamy.

#### **Zapytanie 87**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (72 szt.) z barierkami bocznymi składającymi się z trzech profili poziomych o wym. 4 x 2 cm każdy, lakierowanymi proszkowo farbami biozgodnymi?

**Ad. 87** Tak, dopuszczamy.



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

### **Zapytanie 88**

Zadanie nr 1. Czy w związku z pkt. 17 tabeli z parametrami technicznymi Zamawiający dopuści łóżko (72 szt.) z ramą ortopedyczną o następujących parametrach technicznych: podwójna rama wyciągowa wykonana z okrągłych rur (stal węglowa, chromowana) (wyposażona w pojedynczy wieszak kroplówki 1 szt., uchwyt do ręki 2 szt., 3 szt. rolek wyciągowych) – 1 kpl. Wszystkie belki wzdłużne i poprzeczne wyposażone w zabezpieczenia przed spadaniem bloczków. Belki poprzeczne nie wystające poza szerokość ramy leżą wykonane z rur o średnicy min. 25mm. Poprzeczka od strony głowy o szerokości ramy leżą umożliwiającą zamontowanie wyciągów do kończyny górnej. Belki wzdłużne wykonane z rur o średnicy min. 28mm, belki pionowe wykonane z rur o średnicy 32mm. ?

**Ad. 88 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 89**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający uzna za spełniający zapisy pkt. 6 tabeli z parametrami technicznymi w przypadku 90 szt. łóżek w przypadku zaproponowania łóżek lakierowanych proszkowo farbami biozgodnymi?

**Ad. 89 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 90**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści łóżko (90 szt.) ze szczytami metalowymi (rury) pokrytymi chromem, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści łóżko (90 szt.) z barierkami bocznymi składającymi się z trzech profili poziomych o wym. 4 x 2 cm każdy, lakierowanymi proszkowo farbami biozgodnymi?

**Ad. 90 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 91**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (147 szt.) z lakierowanymi proszkowo prętami zabezpieczającymi przedmioty umieszczone w bocznym wkładzie?

**Ad. 91 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 92**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (147 i 15 szt.) z blatem nieprofilowanym, wykonanym z płyty tworzywowej HPL?

**Ad. 92 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 93**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (147 i 15 szt.) z ogranicznikiem uniemożliwiającym całkowite wypadnięcie szuflady, ale bez ogranicznika wysuwu w stronę ściany?

**Ad. 93 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 94**


Zadanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (147 i 15 szt.) pokrytą lakierkiem bez właściwości antybakteryjnych?

**Ad. 94 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 95**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową (147 i 15 szt.) z elementami tworzywowymi bez właściwości antybakteryjnych?

**Ad. 95 Tak, dopuszczamy.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

#### **Zapytanie 96**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający uzna za spełniający zapisy pkt. 15 tabeli z parametrami technicznymi w przypadku 147 szt. szafek przyłóżkowych w przypadku zaproponowania szafki przyłóżkowej malowanej proszkowo farbami biozgodnymi?

**Ad. 96 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 97**

Zadanie nr 1. Czy Zamawiający uzna za spełniający zapisy pkt. 19 tabeli z parametrami technicznymi w przypadku 15 szt. szafek przyłóżkowych w przypadku zaproponowania szafki przyłóżkowej malowanej proszkowo farbami biozgodnymi?

**Ad. 97 Tak, uznamy.**

#### **Zapytanie 98**

Zadanie nr 1. Prosimy o wskazanie czy pkt 8 tabeli dot. gwarancji i serwisu nie został zamieszczony przez przypadek?

**Ad. 98 Pkt. 8 dotyczy urządzeń elektronicznych, które do swego działania wykorzystują oprogramowanie.**

#### **Zapytanie 99**

Zadanie nr 1 – łóżka szpitalne rehabilitacyjne z szafkami (162 szt.). Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający w pkt.4. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie wysokość leża od podłogi: 400 mm, przyznając jednocześnie 1 pkt jako że  $\leq 500$ mm ?

**Ad. 99 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 100**

Zadanie nr 1 – łóżka szpitalne rehabilitacyjne z szafkami (162 szt.). Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający w pkt.17. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści jako wyposażenie ortopedyczną ramę wyciągową odpowiadającą opisowi wykonaną ze stali nierdzewnej ?

**Ad. 100 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 101**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Czy Zamawiający w pkt.4. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie wysokość leża od podłogi: 400 mm, przyznając jednocześnie 1 pkt jako że  $\leq 500$ mm ?

**Ad. 101 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 102**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Czy Zamawiający w pkt.2. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, gdzie szerokość szafki: 400 mm?

**Ad. 102 Tak, dopuszczamy.**


#### **Zapytanie 103**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Czy Zamawiający w pkt.5 i 6. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, bez wkładu bocznego i chromowanych prętów zabezpieczających przedmioty umieszczone w bocznym wkładzie? Oferowana szafka posiada wewnątrz półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, nie ma potrzeby ich przechowywania na zewnątrz.

**Ad. 103 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 104**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Czy Zamawiający w pkt.15. Szczegółowego opisu przedmiotu zrezygnuje z konieczności załączenia dokumentów (raporty techniczne, karty



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

**REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869**

***http://www.szpital.miechow.pl, e-mail: sekretariat@szpital.miechow.pl***

charakterystyki itp.) potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty)? W opisie szafki nie ma wymogu stosowania technologii antybakteryjności.

**Ad. 104 Tak, Zamawiający rezygnuje z w/w zapisu.**

#### **Zapytanie 105**

Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający w pkt.2. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, gdzie Szerokość szafki: 560 mm?

**Ad. 105 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 106**

Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający w pkt.7. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, gdzie regulacja wysokości blatu bocznego : 780 – 1180 mm?

**Ad. 106 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 107**

Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający w pkt.10. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, gdzie głębokość blatu bocznego wynosi 320 mm?

**Ad. 107 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 108**

Szafka przyłóżkowa – 15 szt. Czy Zamawiający w pkt.19. Szczegółowego opisu przedmiotu zrezygnuje z konieczności załączenia dokumentów (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty)? W opisie szafki nie ma wymogu stosowania technologii antybakteryjności.

**Ad. 108 Patrz ad. 104.**

#### **Zapytanie 109**

Zadanie nr 2 – łóżka szpitalne elektryczne (13 szt.). Łóżko szpitalne elektryczne – 10 szt.. Czy Zamawiający w pkt.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi wynosi 1000 mm?

**Ad. 109 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 110**

Zadanie nr 2 – łóżka szpitalne elektryczne (13 szt.). Łóżko szpitalne elektryczne – 10 szt. Czy Zamawiający w pkt.3. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści zamiast pilota pacjenta, sterowanie za pomocą dwustronnych paneli wbudowanych w barierki od strony głowy pacjenta od strony wewnętrznej i od strony zewnętrznej?


**Ad. 110 Dopuszczamy, nie wymagamy.**

#### **Zapytanie 111**

Zadanie nr 2 – łóżka szpitalne elektryczne (13 szt.). Łóżko szpitalne elektryczne – 10 szt.. Czy Zamawiający w pkt.17. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, dopuści łóżko z podwójną autoregresją?

Podwójna autoregresja jest to automatyczne odsuwanie się oparcia pleców i ud oraz dodatkowo teleskopowe podnoszenie się tych segmentów znacząco redukuje wpływ sił ścinających i ucisku na pacjenta, które są główną przyczyną odleżyn. Nazwa System TA „Total Autoregression”, jest to nazwa marketingowa stosowana przez jednego z wykonawców celem identyfikacji własnych produktów.

**Ad. 111 Tak, dopuszczamy.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

**REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869**

***<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)***

### **Zapytanie 112**

Zadanie nr 2 – łóżka szpitalne elektryczne (13 szt.). Łóżko szpitalne elektryczne – 10 szt.. Czy Zamawiający w pkt.27. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające systemem centralnej blokady uruchamianej 1 dźwignią stalową umieszczoną na całej szerokości pod leżem od strony nóg pacjenta, z funkcją jazdy kierunkowej?

**Ad. 112 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 113**

Łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy Zamawiający w pkt.1. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko gdzie szerokość całkowita łóżka z podniesionymi lub opuszczonymi poręczami bocznymi wynosi 1000 mm?

**Ad. 113 Zgodnie z SIWZ.**

### **Zapytanie 114**

Łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy Zamawiający w pkt.3. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści zamiast pilota pacjenta, sterowanie za pomocą dwustronnych paneli wbudowanych w barierki od strony głowy pacjenta od strony wewnętrznej i od strony zewnętrznej?

**Ad. 114 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 115**

Łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy Zamawiający w pkt.17. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, dopuści łóżko z podwójną autoregresją?

Podwójna autoregresja jest to automatyczne odsuwanie się oparcia pleców i ud oraz dodatkowo teleskopowe podnoszenie się tych segmentów znacząco redukuje wpływ sił ścinających i ucisku na pacjenta, które są główną przyczyną odleżyn. Nazwa System TA „Total Autoregression”, jest to nazwa marketingowa stosowana przez jednego z wykonawców celem identyfikacji własnych produktów.

**Ad. 115 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 116**

Łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy Zamawiający w pkt.27. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające systemem centralnej blokady uruchamianej 1 dźwignią stalową umieszczoną na całej szerokości pod leżem od strony nóg pacjenta, z funkcją jazdy kierunkowej?

**Ad. 116 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 117**

Łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy Zamawiający w pkt.29. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści technologię dwutlenku tytanu, jako równoważną?

**Ad. 117 Patrz ad. 14.**

### **Zapytanie 118**


Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt.. Czy Zamawiający w pkt.22. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające funkcję autoregresji oparcia pleców 105 mm? Łóżko posiada funkcję autoregresji części plecowej 105 mm i części udowej 80 mm, co jest wystarczającą ochroną.

**Ad. 118 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 119**

Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt.. Czy Zamawiający w pkt.28. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające barierki boczne metalowe, lakierowane proszkowo, składające się z 4 profili poziomych, składane wzdłuż ramy leża, łatwo demontowane bez użycia narzędzi,





*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

zgodne z normą EN 60601-2-52, wysokość barierek 450 mm nad poziomem leża bez materaca, zabezpieczające  $\frac{3}{4}$  długości leża.?

**Ad. 119 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 120**

Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt.. Czy Zamawiający w pkt.32. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści łóżko posiadające segmenty leża wypełnione wyjmowanymi lamelami z tworzywa?

**Ad. 120 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 121**

Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt.. Czy Zamawiający w pkt.43. Szczegółowego opisu przedmiotu zrezygnuje z konieczności załączenia dokumentów (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty)? W opisie łóżka nie ma wymogu stosowania technologii antybakteryjności.

**Ad. 121 Patrz ad. 99.**

#### **Zapytanie 122**

Szafka przyłóżkowa – 13 szt.. Czy Zamawiający w pkt.2. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, gdzie Szerokość szafki: 400 mm?

**Ad. 122 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 123**

Szafka przyłóżkowa – 13 szt.. Czy Zamawiający w pkt.5 i 6. Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dopuści szafkę przyłóżkową, bez wkładu bocznego i chromowanych prętów zabezpieczających przedmioty umieszczone w bocznym wkładzie? Oferowana szafka posiada wewnątrz półkę oraz miejsce na 3 butelki 1,5 l, nie ma potrzeby ich przechowywania na zewnątrz.

**Ad. 123 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 124**

Szafka przyłóżkowa – 13 szt.. Czy Zamawiający w pkt.15. Szczegółowego opisu przedmiotu zrezygnuje z konieczności załączenia dokumentów (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzających antybakteryjność lakieru i tworzywa(dołączyć do oferty)? W opisie szafki nie ma wymogu stosowania technologii antybakteryjności

**Ad. 124 Patrz ad. 14 i ad. 27.**

#### **Zapytanie 125**

Zadanie 1. Czy Zamawiający w rozumieniu punktu 8 i 9 opisu łóżek, dopuści lepsze rozwiązanie w postaci segmentów leża wypełnionych płytą metalową montowaną na stałe, łatwą do mycia i dezynfekcji w przeciwieństwie do siatki metalowej?

**Ad. 125 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 126**


Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści bezawaryjną ręczną regulację oparcia pleców, mechaniczną bez udziału sprężyny gazowej?

**Ad. 126 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 127**

Zadanie 1. Czy Zamawiający dopuści listwy odbojowe zamiast krążków odbojowych? Jest to rozwiązanie tożsame.

**Ad. 127 Zgodnie z SIWZ.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

### **Zapytanie 128**

Zadanie 1. Czy Zamawiający w rozumieniu opisu poręczy bocznych dopuści aluminiowe poręcze boczne składające się z 6 pionowych profili połączonych górnym profilem wyposażonym w bezpieczny mechanizm blokowania i zwalniania barierki, montowane do ramy leża w sposób nie powodujący poszerzenia całkowitej szerokości łóżka?

**Ad. 128 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 129**

Zadanie 1. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający dopuści barierki umocowane za pomocą śrub?

**Ad. 129 Zamawiający nie dopuszcza.**

### **Zapytanie 130**

Zadanie 1. Czy w rozumieniu opisu ortopedycznej ramy wyciągowej Zamawiający dopuści podwójna rama ortopedyczna wykonana z aluminium montowana bezpośrednio do ramy leża, o przekroju rur o kształcie wielokąta foremnego gwarantujący stabilność i sztywność oraz wyposażoną w:

- \* poprzeczne rury (2 szt.)
- \* pałąk od środka nóg pacjenta (1 szt.)
- \* wieszak kroplówki (1 szt.)
- \* trójkątne uchwyty z regulowaną długością (2 szt.)
- \* bloczki do zakładania naciągów
- \* uchwyty do mocowania wszystkich elementów ramy ortopedycznej?

**Ad. 130 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 131**

Szafka przyłóżkowa. Czy Zamawiający dopuści szerokość, głębokość i wysokość szafki odpowiednio 440, 460 i 780 mm? Wymiary te tylko w nieznaczny sposób odbiegają od wymaganych.

**Ad. 131 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 132**

Szafka przyłóżkowa. Czy w rozumieniu punktu 5 i 6 opisu szafki przyłóżkowej (147 sztuk) Zamawiający dopuści powiększoną zamykaną komorę szafki przedzieloną półką oraz dodatkowo wyciąganą półkę z przodu szafki (nie powodującą powiększenia gabarytów) na np. na kubek lub prasę?

**Ad. 132 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 133**

Szafka przyłóżkowa. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję szafki z blachy stalowej lakierowanej proszkowo a szuflady i drzwiczki z płyty tworzywowej?

**Ad. 133 Tak, dopuszczamy.**


### **Zapytanie 134**

Szafka przyłóżkowa. Czy Zamawiający dopuści zamiast wystających uchwytów do otwierania drzwiczek i szuflad ergonomiczne profilowane wycięcia, które stwarzają mniejsze ryzyko gromadzenia się brudu i są łatwiejsze do czyszczenia?

**Ad. 134 Tak, dopuszczamy.**

### **Zapytanie 135**

Szafka przyłóżkowa. Czy w rozumieniu punktu 10 oraz 12 i 13 opisu szafki przyłóżkowej (147 sztuk) Zamawiający dopuści szafkę o takiej konstrukcji, gdzie drzwiczki można zamontować zarówno z



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

prawej, jak i lewej stronie i nie ma potrzeby stosowania przelotowych szuflad i dodatkowych drzwiczek, ponieważ szafkę można ustawić zarówno z lewej, jak i prawej stronie łóżka?

**Ad. 135 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 136**

Szafka przyłóżkowa. Czy Zamawiający dopuści szerokość szafki 570 mm? Parametr ten w nieznacznym sposób odbiega od oczekiwanego i nie wpływa na funkcjonalność.

**Ad. 136 Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pytanie dotyczy szafek z blatem bocznym (15 szt.).**

#### **Zapytanie 137**

Szafka przyłóżkowa. Czy Zamawiający dopuści dodatkowy blat boczny chowany do boku szafki z regulacją wysokości ale bez kąta pochylania? Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie zwłaszcza podczas spożywania posiłków przez pacjentów przy szafce.

**Ad. 137 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 138**

Szafka przyłóżkowa. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję zespołu zmiany wysokości blatu bocznego aluminiową?

**Ad. 138 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 139**

Szafka przyłóżkowa. Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości blatu bocznego 750-950 mm?

**Ad. 139 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 140**

Szafka przyłóżkowa. Czy Zamawiający dopuści wymiary blatu bocznego 300 x 450 mm?

**Ad. 140 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 141**

Szafka przyłóżkowa. Czy w rozumieniu punktu 12 opisu szafki przyłóżkowej (15 sztuk) Zamawiający dopuści blaty gładkie, nieprofilowane bez wypukłej krawędzi, łatwe do mycia i utrzymania w czystości, a blat główny szafki wyposażony w aluminiowe relingi (z trzech stron) zapobiegające zsuwaniu się przedmiotów?

**Ad. 141 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 142**

Szafka przyłóżkowa. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję szafki na profilach aluminiowych, a czoła szuflad, drzwiczki oraz blaty wykonane z wysoko wytrzymałego tworzywa HPL?

**Ad. 142 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 143**


Wzór umowy :

Jednocześnie Wykonawca prosi o rozważenie możliwości zmian zapisów wzoru umowy w zakresie §6 i §2 tj:

§6 – obniżenie kar

- w przypadku zwłoki w dostawie, w wysokości 2 % (dwa procent) ceny brutto za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 2% (dwa procent) ceny brutto za każdy dzień zwłoki



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

na zapis :

- w przypadku zwłoki w dostawie, w wysokości 0,1 % (dwa procent) ceny brutto za każdy dzień zwłoki,

w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% (dwa procent) ceny brutto za każdy dzień zwłoki.

§2 - wydłużenie terminu realizacji zamówienia

- Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy opisany w §1 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

na zapis :

- Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko przedmiot umowy opisany w §1 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w terminie do 14 tygodni od daty podpisania umowy.

**Ad. 143 Pozostaje jak w SIWZ.**

#### **Zapytanie 146**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą z odbojami, jak również z poręczami bocznymi 100cm? W oferowanym łóżku poręcze nie poszerzają szerokości całkowitej łóżka.

**Ad. 146 Nie dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 147**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający dopuści wysokość leża 47cm?

**Ad. 147 Podana wysokość mieści się w granicach określonych w załączniku do SIWZ.**

#### **Zapytanie 148**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający dopuści wysokość leża 40cm?

**Ad. 148 Nie dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 149**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 72 szt. Czy Zamawiający dopuści w leżu zamiast siatki metalowe panele z otworami wentylacyjnymi?

**Ad. 149 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 150**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści szerokość całkowitą z odbojami, jak również z poręczami bocznymi 100cm? W oferowanym łóżku poręcze nie poszerzają szerokości całkowitej łóżka.

**Ad. 150 Nie dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 151**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści wysokość leża 47cm?

**Ad. 151 Podana wysokość mieści się w granicach określonych w załączniku do SIWZ.**

#### **Zapytanie 152**


Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści wysokość leża 40cm?

**Ad. 152 Nie dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 153**

Łóżko szpitalne rehabilitacyjne – 90 szt. Czy Zamawiający dopuści w leżu zamiast siatki metalowe panele z otworami wentylacyjnymi?

**Ad. 153 Tak, dopuszczamy.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

#### **Zapytanie 154**

Szafka przyłózkowa – 147 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę bez wkładu bocznego wykonanego z tworzywa?

**Ad. 154 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 155**

Szafka przyłózkowa – 147 szt. Szafka przyłózkowa – 147 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą 2 szuflady – górną i dolny kontener wysuwany jak szuflada, w miejsce komory zamykanej drzwiczkami? Dostęp do dolnej szuflady jest dla leżącego pacjenta wygodniejszy niż przy szafce z drzwiczkami.

**Ad. 155 Nie dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 156**

Szafka przyłózkowa – 147 szt. Czy Zamawiający dopuści szuflady wysuwane jednostronnie?

**Ad. 156 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 157**

Szafka przyłózkowa – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą 2 szuflady – górną i dolny kontener wysuwany jak szuflada, w miejsce komory zamykanej drzwiczkami? Dostęp do dolnej szuflady jest dla leżącego pacjenta wygodniejszy niż przy szafce z drzwiczkami.

**Ad. 157 Nie dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 158**

Szafka przyłózkowa – 15 szt. Czy Zamawiający dopuści szuflady wysuwane jednostronnie?

**Ad. 158 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 159**

Zadanie nr 2. Łóżko szpitalne elektryczne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 100cm?

**Ad. 159 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 160**

Zadanie nr 2. Łóżko szpitalne elektryczne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi dzielonymi tworzywowymi – po 2 barierki na każdą stronę łóżka, zabezpieczające na całej długości leża, składane niezależnie od siebie?

**Ad. 160 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 161**

Zadanie nr 2. Łóżko szpitalne elektryczne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka opartą na ramionach wznoszących / pantografie?

**Ad. 161 Nie dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 162**


Zadanie nr 2. Łóżko szpitalne elektryczne – 10 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony z tworzywa ?

**Ad. 162 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 163**

Łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 100cm?

**Ad. 163 Zgodnie z SIWZ.**



*Szpital św. Anny w Miechowie  
ul. Szpitalna 3, 32-200 Miechów*

tel. 41 38-20-333, fax 41 38-20-342

*REGON: 000304384, NIP 659-13-28-869*

*<http://www.szpital.miechow.pl>, e-mail: [sekretariat@szpital.miechow.pl](mailto:sekretariat@szpital.miechow.pl)*

#### **Zapytanie 164**

Łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi dzielonymi tworzywowymi – po 2 barierki na każdą stronę łóżka, zabezpieczające na całej długości leża, składane niezależnie od siebie?

**Ad. 164 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 165**

Łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka opartą na ramionach wznoszących / pantografie?

**Ad. 165 Nie dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 166**

Łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowej osłony z tworzywa ?

**Ad. 166 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 167**

Łóżko szpitalne elektryczne – 2 szt. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 100cm?

**Ad. 167 Zgodnie z SIWZ.**

#### **Zapytanie 168**

Szafka przyłóżkowa – 13 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę bez wkładu bocznego wykonanego z tworzywa?

**Ad. 168 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 169**

Szafka przyłóżkowa – 13 szt. Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą 2 szuflady – górną i dolny kontener wysuwany jak szuflada, w miejsce komory zamykanej drzwiczkami? Dostęp do dolnej szuflady jest dla leżącego pacjenta wygodniejszy niż przy szafce z drzwiczkami.

**Ad. 169 Nie dopuszczamy/**

#### **Zapytanie 170**

Szafka przyłóżkowa – 13 szt. Czy Zamawiający dopuści szuflady wysuwane jednostronnie?

**Ad. 170 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 171**

Dotyczy: zadanie nr 2 – łóżko szpitalne elektryczne – 1 szt. Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja nie wymaga stosowania sworznia wyrównania potencjału?

**Ad. 171 Tak, dopuszczamy.**

#### **Zapytanie 172**

Szafka przyłóżkowa – 147 szt. Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe bez dokumentów potwierdzających antybakteryjność lakieru dołączonych do oferty? Szafka przyłóżkowa – 147 szt.

**Ad. 172 Tak, dopuszczamy.**